



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

<http://www.spzozwolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia. 02, października, 2020 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/199/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn: „**zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego z zawieszeniem sufitowym wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni RTG w SPZOZ w Wolsztynie**”; PN/15/2020

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843), Zamawiający modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:

1. Załącznika nr 2 do SIWZ- parametry graniczne aparatu RTG:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o wymiarze płyty min 220x75cm;
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o zakresie regulacji wysokości od 56,5cm do 87cm,
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w p. V stołu o zakresie regulacji wysokości od 56,5cm do 85 cm,
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w p. VI zakresu ruchu pionowego lampy wynoszącym 160 cm,
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w p. VIII: Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole, pkt. 5, 6, 7:

5	Rozmiar piksela detektora	≤ 150 μm
6	Rozdzielczość detektora	≥ 3,3 lp/mm
7	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli	≥ 6,6 mln

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w p. VIII ładowarki z jednoczesnym ładowaniem 2 baterii
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w p. VIII detektora z baterią pozwalającą zrobić 200 ekspozycji na 1 naładowaniu.
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie detektora, który wykazuje się klasą wodoodporności IPX6.
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w p. VIII: Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole, pkt. 2, 3, 6

2	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli	≥ 8 mln
3	Rozmiar piksela	≤ 150 μm

6	Rozdzielczość detektora	≥ 3,3 lp/mm
---	-------------------------	-------------

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie detektora bez osłony pod warunkiem, że detektor będzie gwarantował maksymalne obciążenie na całej powierzchni 310 kg i minimalne punktowe obciążenie detektora min. 150 kg
- Zamawiający dopuszcza ładowanie detektora w ładowarce np. 1-2-3 slotowej,
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z zakresem ruchu poprzecznego min 202cm,
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu RTG z detektorem przenośnym bezprzewodowym bez funkcji ładowania w stole, lecz wyposażony w ładowarkę nastołową umożliwiającą ładowanie min. 2 baterii na raz,
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu RTG z detektorem o rozdzielczości wynoszącej 3,57 lp/mm,
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie detektora o rozmiarze pola aktywnego 33,9 x 42,4 cm.,
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ładowarki umożliwiającej jednoczesne ładowania 2 baterii lub dwóch ładowarek umożliwiających jednoczesne ładowania 2 baterii (w sumie 4),
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu RTG ze stołem, którego blat posiada listwy wzmacniające boczne, nieznacznie wystające poza poziom blatu.
- Zamawiający wykreśla Pkt X, Ppkt.13. „Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem”.

2. Załącznik nr 9 do SIWZ:

- **Umowa, §4 Serwis aparatu RTG, pkt. 5;** Zamawiający zmienia zapis na:

„Naprawy przedmiotu umowy w razie jego awarii zostaną wykonane w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia każdej awarii.”

- **Umowa, §10 Istotne zmiany umowy, ust.2 pkt. 4 ppkt. c):** Zamawiający zmienia zapis na:
w przypadku trwałego uszkodzenia przedmiotu umowy i stwierdzenia nieopłacalności jego naprawy przez serwisanta dopuszcza się możliwość zastąpienia przedmiotu umowy innym, który będzie spełniać wszystkie minimalne przedstawione w SIWZ wymagania,

- **Umowa, §10 Istotne zmiany umowy, Zamawiający poprawia we wzorze umowy** poprawia numerację punktów i podpunktów w §10, zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji

3. Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowy: Zamawiający wykreśla zdanie: *” Oświadczam, że zapewniamy przez 36 m-cy serwis gwarancyjny urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, który wykonywać będzie.....”*

4. Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów, Zamawiający wykreśla wyraz „dostawy” w następującym zdaniu: *„Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty usługi, dostawy których wskazane zdolności dotyczą.”*

5. SIWZ, Rozdz. XIX, Zamawiający zmienia zapis na: *„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.*

6. SIWZ, Warunki udziału w postępowaniu” w zakresie pkt. Dotyczącego: zdolności technicznej lub zawodowej, na zapis:



„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje:

„co najmniej 2 dostawy aparatu RTG wraz z zapewnieniem usług serwisowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto każda.

lub

co najmniej 1 dostawę aparatu RTG i co najmniej 1 dostawę aparatu TK wraz z zapewnieniem usług serwisowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto każda.”

7. Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć:

09.10.2020 r. godz. 11:00.

Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:

09.10.2020 r. godz. 11:15.

Powyzsze wyjasnienia sa wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie

Karol Mońko

Załączniki:

Zmodyf. Załącznik nr 1 do SIWZ

Zmodyf. Załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 7 do SIWZ

Zmodyf. załącznik nr 9 do SIWZ

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

