



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel/fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 07.10.2020 r.

WYJAŚNIENIA Nr 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na zakup wraz z dostawą zestawu histeroskopowego – toru wizyjnego FULL HD z narzędziami do histeroskopii operacyjnej

Nr postępowania: **ZP/13/20**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy pkt 88 Załącznika nr 2 do SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie optyki histeroskopowej o długości 22 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje iż w dniu 07.10.2020 r. skorzystał z prawa, które daje mu art. 38 ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych i udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez Wykonawców, które wpłynęły po upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż termin składania wniosków dotyczących wyjaśnień treści SIWZ dla tego postępowania upłynął **w dniu 05.10.2020 r.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje Wykonawców iż zgodnie z art. 38 ust.1a nie będzie już udzielał odpowiedzi na wpływające obecnie pytania.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Pietruszka

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego