



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/8/2021

Przasnysz, dnia 01.03.2021 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę wideobronchoskopu dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Pytanie nr 1

dot. załącznika nr 2 do zapytania - Zestawienie parametrów technicznych – pkt. 11

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napraw z winy użytkownika, a nie ukrytych wad fabrycznych zapis nie ma zastosowania.

Odp: Zamawiający potwierdza. Trzykrotna naprawa urządzenia w czasie trwania gwarancji skutkuje wymianą na nowe urządzenie z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji z winy użytkownika.

Pytanie nr 2

dot. załącznika nr 2 do zapytania - Zestawienie parametrów technicznych – pkt. 11

Czy Zamawiający zgodzi się na wymianę jedynie uszkodzonego podzespołu a nie całego kosztownego urządzenia po 3 naprawie? W trakcie eksploatacji wideobronchoskopu dochodzi do częstych uszkodzeń pancerza lub końcówki endoskopu podczas intubacji ratującej życie. Ilość i typ uszkodzeń są bardzo zróżnicowane na co producent nie ma wpływu, wnioskujemy jak we wstępie.

Odp: Zamawiający wymaga jak w specyfikacji.

Pytanie nr 3

dot. załącznika nr 2 do zapytania - Zestawienie parametrów technicznych – pkt. 15

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od obowiązku dostarczenia dokumentacji serwisowej? Wideobronchoskop nie posiada kodów serwisowych, a jedynie zalecenia serwisowe (zawarte w instrukcji użytkownika). Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z zabezpieczeniami umożliwiającymi czynności diagnostyczne i serwisowe opisane w podstawowej dokumentacji serwisowej wraz z dostarczeniem informacji serwisowej zapewniającej podstawową diagnostykę urządzenia?

Odp: Zamawiający dopuszcza do postępowania urządzenie z zabezpieczeniami umożliwiającymi czynności diagnostyczne i serwisowe opisane w podstawowej dokumentacji serwisowej wraz z dostarczeniem informacji serwisowej zapewniającej podstawową diagnostykę urządzenia

Z poważaniem:

**DYREKTOR
SP ZZOZ w Przasnyszu**

mgr Grzegorz Magnuszewski