

Kraków, 14.08.2024r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271.28.2024

Postępowanie pn." Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi (pakiet nr 1) oraz systemu próżniowego do pobierania krwi (pakiet nr 2)"

**SPROSTOWANIE DO PISMA Z DNIA 13.08.2024 r (ODPOWIEDZI NA PYTANIA_1)
W ZAKRESIE PYTANIA I (pytanie nr 3)**

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie w związku z błędnym udzieleniem odpowiedzi na pytania I w zakresie pytania nr 3 sprostowuje udzieloną odpowiedź w dniu 13.08.2024 roku w powyższym pytaniu.

POWINNO BYĆ:

PYTANIA I

Pytania dotyczące Przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie 2 – Załącznik nr 2 do SWZ:

3. Dotyczy pozycji 15

a. Co oznacza cyfra „90” w opisie igieł motylkowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż cyfra 90 oznacza ilość sztuk w opakowaniu.

Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 2 poz. 15 i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

b. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły motylkowe drenem i długości do 19 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

c. Prosimy o podanie wielkości opakowania handlowego dla igieł motylkowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazana wielkość dotyczy opakowań a' 90 szt.

Sprostowanie wprowadzone niniejszym pismem stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Z poważaniem

Załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ_po zmianie 2

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania
- a/a