

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

**sekretariat** 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

**NIP:** 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

---

Myślenice, dnia 01.02.2024r.

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej uPZP) o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 uPZP. , którego przedmiotem dostawy przedmiotem dostawy niesterylnych materiałów jednorazowego użytku. Nr sprawy 47/PN/23

**Zamawiający informuje o modyfikacji odpowiedzi udzielonych na pytania Wykonawcy drugiego z dnia 30.01.2023 r.:**

Zadanie 1, Poz. 27

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości min. 200 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .**

Zadanie 1, Poz. 31

Czy Zamawiający dopuści maskę z rezerwuarem oraz drenem o długości min. 200 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .**

Zadanie 1, Poz. 61

Czy Zamawiający wymaga zalecanych przez producenta oryginalnych podzespołów pracujących w technologii kardiomonitora Philips Goldway G40 zgodnie z instrukcją urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty**

Podpis.....

---

Zamieszczono na stronie internetowej ( platforma zakupowa zamawiającego)

.....