



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06

NIP 894-24-56-112, REGON 000294295

strona internetowa: www.dcchp.pl

e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz.....1161/DF/2021

Wrocław 02.11.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ - sprawa BZP 3810.63.2021.TP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych (stosowanych w centralnej sterylizacji) z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ.

Pakiet 6, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rękawy, w których zgodność z normami PN-EN 868-5, PN-EN-ISO 11607-1 jest potwierdzona Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 6, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rękawy, w których wszystkie oznaczenia umieszczone są poza przestrzenią pakowania zarówno od strony papieru jak i folii?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 6, poz. 1-7

Czy w opisie charakterystyki rękawów papierowo-foliowych doszło do omyłki pisarskiej przy określaniu normy PN EN 863-3? Czy Zamawiający miał na myśli normę PN EN 868-3?

Odp; Zamawiający poprawia omyłkę pisarską.

Korekta odpowiedzi na poniższe pytanie

1. Czy w odniesieniu do rękawów papierowo – foliowych Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie poświadczenia o zgodności z normami ISO 11 607 oraz 868–5 wystawionego przez wytwórcę wyrobu? Opakowania do sterylizacji, jako wyroby medyczne klasy I, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, nie wymagają udziału jednostki notyfikowanej w zakresie ich wytwarzania? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych i służyć może ograniczeniu konkurencyjności postępowania.

Jest :

Odp: Zgodnie z SWZ.

Powinno być:

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści:
„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Lidia Malička