

Dębno, dnia 16.05.2023r.

Nasz znak: **6/zp/2023**

Odpowiedź nr 9

**Na zapytanie do swz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń
dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/S 076-229148
z dnia 2023-04-18**

W dniu 16.05.2023r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pytanie 1. Pkt. 106-112

Czy Zamawiający dopuści robot do nagrywania płyt renomowanego producenta z wbudowaną drukarką termotransferową o rozdzielczości 400dpi, umożliwiającą nadruk w trybie monochromatycznym (tylko czarno białym) przy zastosowaniu taśm czarnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU
Iwona Andrzejczyk-Szawerdo.....

Otrzymują:

1. Wykonawca

2. Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-debno> → Dostawa tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.”

KIEROWNIK BIURA
TECHNICZNO-GOSPODARZEGO
Adam Mazurak