



Wrocław, dnia 11.05.2023 r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-110/2023

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę **odzieży do ochrony radiologicznej**.

Pytanie nr 1

Wnosimy o usunięcie z załącznika nr 1,1 "nylon" i "nylonowy" ponieważ słowo to jest nazwą konkretnego produktu opatentowanego przez firmę DuPont.

Zgodnie z Ustawą przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Odp. Zamawiający usunie z załącznika 1.1 "nylon" i "nylonowy"

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy i osłony wykonane z materiału zewnętrznego z dzianiny pokrytej poliuretanem, odpornego na uszkodzenia, charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, wolnego od lateksu i PCV, posiadającego najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatycznego, przystosowanego do dezynfekcji ogólnymi środkami?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy i osłony wykonane z materiału zewnętrznego z dzianiny pokrytej poliuretanem ale wymaga wagi lekkiej

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza osłony wykonane z materiału wierzchniego gładkiego, łatwozmywalnego (powlekanego poliuretanem) poparte instrukcją konserwacji, kartą techniczną i oświadczeniem producenta odzieży ochronnej? Dodam, iż ten materiał stosowany jest powszechnie przez szpitale w Polsce.

Odp. Zamawiający dopuszcza osłony wykonane z materiału wierzchniego gładkiego, łatwozmywalnego (powlekanego poliuretanem) poparte instrukcją konserwacji, kartą techniczną i oświadczeniem producenta odzieży ochronnej

Pytanie nr 4



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Czy Zamawiający dopuści garsonkę o następującym fasonie: Garsonka zabezpieczająca przód, boki i tył użytkownika.

Kamizelka zapinana na zakładkę za pomocą odpowiednio rozmieszczonych taśm rzep. „Pas” najścia się paneli przednich daje podwojony równoważnik bez ryzyka złego założenia przez użytkownika. Od strony wewnętrznej kamizelka posiada wszyty elastyczny pas odciążający odcinek lędźwiowy. Barki wypełnione pianką zwiększającą komfort podczas wielogodzinnego użytkowania. Tył kamizelki wydłużony, by nie tworzyć stref odkrytych na promieniowanie podczas schylania. Dodatki: pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa, kieszeń zewnętrzna, możliwość wykonania monogramu do 10 znaków, podszewka oddychająca.

Spódnica: Zapinana z boku na rzep a z zewnątrz za pomocą odciążającego pasa biodrowego na klamrę zatrzaskową. podwójna ochrona nachodzących się paneli przednich

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w przypadku osłony na tarczycę będzie również wymagał możliwości mocowania osłony do fartucha?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści materiał ochronny - bezołowiowa mieszanka antymonu i bizmutu, lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę przy napięciu 60-110kV – waga maksymalna 5,6 kg/m² dla współczynnika ochrony 0,5 mmPb, zgodny z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Zamawiający dopuści okulary o wadze 67 g?

Odp. Zamawiający dopuszcza okulary o wadze 67 g

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zakupów Publicznych
Romana Komora

INSPEKTOR

ds. Zaopatrzenia Medycznego Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław

mgr Karolina Romanowska
telefon 48 95 95 454

Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

NIP 8951645574, REGON 000977893

www.wssk.wroc.pl

