

Tarnów, dnia 31.03.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK. ¹⁴⁶⁹ /20

Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wydzieli z **pakietu 86 pozycję 5** i wyrazi zgodę na zaoferowanie następujących parametrów: Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika schodkowa 3cm. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 86 pozycję 6 i wyrazi zgodę na zaoferowanie następujących parametrów: Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika rozdwojona. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach.

Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 2 dot. ZAKRES NR 96 - IGŁY KOTWICZE I DO OLIGOBIOPSJI

Czy Zamawiający zezwoli na wydzielenie z zakresu 96 pozycji numer 2 i 3 igła do oligobiopsji do pistoletu BARD MAGNUM do piersi 16G oraz igła do oligobiopsji do pistoletu BARD MAGNUM do nerki 14G.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści w zakresie numer 96 w pozycji 1 igła do piersi lokalizacyjna ALMS G20. Druć do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach - dwuczęściowe urządzenie składające się z kaniuli igłowej z integralnym żeńskim kielichem z zamknięciem typu Luer oraz drutu lokalizacyjnego z podwójnymi elementami blokującymi na dystalnej końcówce. Zaprojektowany, aby zablokować bezpieczne umieszczanie i zablokować migrację drutu. Trwała skręcona konstrukcja drutu o parametrach: 20g x 37mm, 20g x 57mm, 20g x 77mm, 20g x 107mm, 20g x 137mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a



DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza 10-2002 w Tarnowie

Anna Czech