



Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp na zakup ultrasonografu oraz myjni do sond przezprzełykowych dla potrzeb WSSz. im. Biegańskiego w Łodzi, sprawa ZP 5/24

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dn. 11. 09. 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dot. pakietu nr 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do suchej dezynfekcji wysokiego poziomu HLD bez użycia środków chemicznych, dezynfekcja sond przy pomocy promieniowania UV-C o odpowiedniej długości fal?

Parametry urządzenia:

Poz 2 - Czas dezynfekcji maksymalnie do 180s

Poz 4 - Załadunek sond od frontu

Poz 6 - Panel kontrolny z danymi do wyświetlania z przyciskami funkcyjnymi i z wyświetlaczem danych z procesu. Panel sterujący informuje o stanie lamp, temperaturze, pozostałym czasie dezynfekcji oraz dawce promieniowania UV-C

Poz 7, 9, 10, 15 – Urządzenie ze względu na swoją specyfikę dostarcza wysoki poziom dezynfekcji wliczając działanie sporobójcze nie wymagając materiałów konsumpcyjnych, w tym chemicznych środków dezynfekcyjnych. Zaleca się przed każdą dezynfekcją przetrzeć sondę przy użyciu odpowiedniej ściereczki z detergentem. Autodezynfekcja zachodzi podczas każdego cyklu.

Wobec powyższych informacji urządzenie nie potrzebuje mieć na wyposażeniu filtra końcowego wody, filtrów wstępnych i zasilania urządzenia wodą wodociągową gdyż nie zachodzi w tym urządzeniu proces mycia.

Poz 13 – Urządzenie zgodne z normami PN-EN ISO 13485, EN 61326-1, EN14561, EN14562, EN14563, EN14476

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem:

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Paweł Lipiński