

**Wszyscy Wykonawcy  
Biorący udział w postępowaniu  
/Platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-46/23** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wyposażenia i adaptację pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni, na potrzeby Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).**

Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1605, dalej „Ustawa Pzp”), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **zawiadamia o unieważnieniu postępowania.**

Podstawa prawna: art. 255 pkt 6 Ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie: Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 października 2023 r. KIO 2816/23 Zamawiający przystąpił do ponownego badania i oceny ofert, w toku którego stwierdzono, że:

- 1) w pkt. 17 załącznika 5E do SWZ pod nazwą „Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla zgrzewarki rotacyjnej ze stolikiem rolkowym” postawiony jest przez Zamawiającego niemożliwy do spełnienia warunek, aby zgrzewarka posiadała "szybkość zgrzewania min. 10 m/s". Jest to rezultat niemożliwy do osiągnięcia przez żadne urządzenie dostępne dziś na rynku. Wartość taka jest zatem błędna i jako taka nie powinna się pojawić w wymaganiach;
- 2) wadliwy parametr nie został zakwestionowany na etapie procedury przetargowej przez żadnego z potencjalnych oferentów, ani nie został wcześniej zauważony przez Zamawiającego, w związku z tym został utrzymany jako wymagany parametr dla przedmiotu zamówienia;
- 3) zawarcie umowy na dostawę urządzenia, które nie występuje na rynku byłoby zawarciem umowy o świadczenie niemożliwe w rozumieniu art. 387 kodeksu cywilnego;
- 4) skoro Zamawiający wie o niemożliwości świadczenia w zakresie opisanym w SWZ, to jest zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 387 kodeksu cywilnego;
- 5) stwierdzona wada dokumentacji postępowania jest już na obecnym etapie postępowania niemożliwa do usunięcia. Konsekwencją zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe byłaby nieważność umowy.

*Opracowała:*  
*Barbara Głowacka*  
*Tel. 61 854 60 18*  
*email: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)*