



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



Wałbrzych, dnia 24.07.2019r.

DZPZ-530-Zp/37/PN-35/19

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: "Dostawa: pompa do żywienia dojelitowego, zgłębniki nosowo-żołądkowe i nosowo-jelitowe, konektory i strzykawki, zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego i worki do drenażu, kleszcze optyczne, filtr 83-C, cyklometr z monitorowaniem, defibrylator, papiery rejestracyjne i zestaw do pompy flocare infinity " – Zp/37/PN-35/19*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 5**

**Kleszcze optyczne biopsyjne twarde (do pobierania wycinków z pęcherza moczowego).**

1. Proszę o podanie nr katalogowego optyki 300 i płaszcz endoskopowego, z którymi mają współpracować oferowane kleszcze optyczne? Ewentualnie proszę o podanie systemu mocowania (rodzaj zamka). Na rynku jest wiele systemów połączeń np. stosowane przez firmy Wolf, Storz, Olympus.

**Odp: Optyka 30° i płaszcz endoskopowe posiadamy wyłącznie firmy Storz.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-eksploatacyjnych  
mgr inż. Andrzej Staszka