



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 587/11/2023

Chrzanów, 16.11.2023 r.

## Wykonawcy

### **Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na DOSTAWA APARATU RTG Z RAMIENIEM C DLA PRACOWNI ENDOSKOPII SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE - sprawa 129/2023**

1. Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego odległość SID wynosi 100 cm? **odp. Dopuszczamy.**
2. Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego prześwit ramienia C wynosi 79 cm? **Odp. nie**
3. Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego zakres ruchu ramienia C wzdłuż wynosi 15 cm? **odp. nie**
4. Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego zakres ruchu orbitalnego wynosi 141°? **Odp. nie**
5. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) wynosi 360° (90°/270°)? **Odp. dopuszczamy.**
6. Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada możliwości obrotu ramienia C wokół osi pionowej? W aparatach posiadających ruchy zmotoryzowane opcja ta nie jest wykorzystywana. **Odp. Nie .**
7. Pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego szybkość zmotoryzowanego ruchu orbitalnego i rotacji ramienia C wynosi 9°/s? Różnica pomiędzy parametrem wymaganym a oferowanym jest znikoma. **odp. Dopuszczamy**
8. Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i przyzna maksymalną ilość punktów za rozwiązanie równoważne wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada hamulce ruchów ramienia C orbitalnego i rotacyjnego wzdłużnego zwalniane i blokowane: z panelu do sterowania funkcjami generatora i aparatu, z panelu montowanego do stołu, z dodatkowego wózka z tabletem lub z monitora umieszczonego na wózku z monitorami? **Odp. zgodnie z swz**
9. Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada kolorowy panel dotykowy o rozdzielczości 1366x768 do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu wraz z funkcją podglądu skopii live umiejscowiony na wózku ramienia C? Wózek monitorowy nie posiada dodatkowego panelu, monitor jest dzielony na dwa ekrany i wyposażony w ekran dotykowy. Na wózku monitorowym możliwy jest pogląd i obróbka obrazów. Czy Zamawiający uzna rozwiązanie za równoważne i przyzna maksymalną ilość punktów? **Odp. zgodnie z swz**
10. Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, które posiada możliwość wyświetlania aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji na monitorze oraz tablicie bez możliwości wyświetlenia na panelu przy stole? **Odp. zgodnie z swz**
11. Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wózek z ramieniem C o szerokości 84 cm? **Odp. nie**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

12. Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada generator o mocy 15 kW (ekwiwalent 30 kW)? Dzięki nowemu oprogramowaniu aparat ma możliwość lepszego odszumienia obrazu (usunięciu ziarnistości oraz niechcianych artefaktów) co pozwala na uzyskanie zdjęcia w jakości porównywalnej dla generatora o mocy 30 kW. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Moc generatora RTG”, według następującego wzoru: największa wartość- 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt. **Odp. zgodnie z swz**
13. Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej do 40 mA? **Odp. zgodnie z swz**
14. Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, które posiada maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej do 75 mA? **Odp. zgodnie z swz**
15. Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada lampę rentgenowską z wirującą anodą typu splitblok? Dzięki takiemu rozwiązaniu aparat posiada niskoprofilową lampę co zmniejsza ryzyko kolizji ze stołem operacyjnym oraz ułatwia manewrowanie ramieniem podczas zabiegu. Dodatkowo to unikalne rozwiązanie pozwala ustawić wzmacniacz obrazu bliżej pacjenta co ma bezpośrednie przełożenie na lepszą jakość obrazu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Lampa z wirującą anodą typu monoblock”, według następującego wzoru: lampa typu monoblock- 0 pkt., lampa typu splitblok - 10 pkt. **Odp. zgodnie z swz**
16. Pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego anoda posiada szybkość 2850 obr/min? **odp. nie**
17. Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C w którym pojemność cieplna anody wynosi 300 kHU? Różnica między oferowanym parametrem, a wymaganym jest niewielka i nie wpływa na prace aparatu. **Odp. zgodnie z swz**
18. Pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C w którym pojemność cieplna kołpaka wynosi 1600 kHU? Różnica między oferowanym parametrem, a wymaganym jest związana z rozwiązaniem splitblock (lampa oraz generator znajdują się w innych miejscach co zmniejsza ryzyko przegrzania się aparatu) dzięki któremu aparat nie potrzebuje większej pojemności cieplnej kołpaka. **Odp. zgodnie z swz**
19. Pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który chłodzony jest tylko za pomocą powietrza? Wynika to z nowoczesnego rozwiązania splitblock, czyli umieszczenia generatora w stacji z monitorem. Dzięki dużej odległości pomiędzy lampą a generatorem aparat nie potrzebuje chłodzenia cieczą, ponieważ nie jest tak mocno narażony na przegrzanie jak w przypadku rozwiązania monoblock. **Odp. zgodnie z swz**
20. Pkt. 48, 50, 65 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego obraz z detektora wyświetlany jest na monitorach w formie prostokąta o przyciętych rogach? Obraz celowo jest tak zobrazowany aby przy obrocie zdjęcia nie zostały z niego usunięte żadne ważne elementy. **Odp. zgodnie z swz**
21. Pkt. 53 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada matrycę detektora o rozdzielczości 1548x1524 pikseli? **Odp. zgodnie z swz**
22. Pkt. 58 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C którego pamięć na dysku twardym wynosi 40 000 zdjęć? W obecnych standardach wysokiej klasy aparatów RTG zdjęcia zgrywane są bezpośrednio na serwer szpitala więc pojemność 40 000 zdjęć w takim wypadku będzie wystarczająca. **Odp. dopuszczamy**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

23. Pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada możliwość wyświetlania 9 obrazów? **Odp. zgodnie z swz**
24. Pkt. 68 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie DSA oraz roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu bez CO2? **Odp. zgodnie z swz**
25. Pkt. 74-77 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada 1 kolorowy monitor 4K UHD o przekątnej 32" o maksymalnej luminacji 600 cd/m2 oraz kontraście 800:1 do jednoczesnego wyświetlania obrazu Live (obraz na żywo) i referencyjnego? Dzięki takiemu rozwiązaniu obraz na żywo oraz referencyjny nie będzie rozdzielony plastikową obudową. Dodatkowo rozdzielczość monitora jest najwyższej jakości i wynosi 3840x 2160 Ultra HD. **Odp. zgodnie z swz**
26. Pkt. 80 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez monitor dotykowy / klawiaturę wirtualną na wózku z monitorami? **Odp. dopuszczamy**
27. Pkt. 82, 83 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada możliwość zgrzania zdjęć tylko na nośnik USB? Zgodnie z obecnymi standardami w wysokiej jakości aparatach RTG nie używa się już nośników DVD, ponieważ mają one zbyt małe pojemności jak również większość komputerów nie posiada stacji DVD gdzie można byłoby odtworzyć zgrane zdjęcia. Oferowany aparat posiada aż 3 porty USB oraz umożliwia zapis zdjęć na USB z dogrywaniem przeglądarki DICOM. **Odp. zgodnie z swz**
28. Dotyczy Arkusza Informacji Technicznej pkt 4- Prosimy o dopuszczenie aparatu, w którym głębokość ramienia C równa jest 68 cm. **Odp. Nie**
29. Dotyczy Arkusza Informacji Technicznej pkt 5 -Prosimy o dopuszczenie aparatu o wartości SID równej 105 cm. **Odp. dopuszczamy**
30. Dotyczy Arkusza Informacji Technicznej pkt 25 - Prosimy o dopuszczenie aparatu o szerokości wózka z ramieniem C równej 80 cm. **Odp. dopuszczamy.**
31. Dotyczy Arkusza Informacji Technicznej pkt 58 - Prosimy o dopuszczenie aparatu z maksymalną liczbą pamiętanych obrazów równą 100 000. **Odp. dopuszczamy**
32. Dotyczy Arkusza Informacji Technicznej punktów 13, 14, 15 - Prosimy o dopuszczenie aparatu bez pełnej motoryzacji, tzn. tylko z ruchem zmotoryzowanym w pionie. **Odp. nie**
33. Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 6 - Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie terminu płatności za dostawę do 60 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT, bez rozdzielania na raty. **Odp. nie wyrażamy zgody.**
34. Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 2 lit e) Zwracamy się z prośbą o zwiększenie ilości napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu urządzenia do 3. **Odp. nie wrażamy zgody , zapisy pozostają bez zmian.**
35. Pytanie 8 Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 6 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C. **Odp. Zamawiający zmienia zapis §7 pkt.6 na „W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wadliwości urządzenia ( lub w terminie 14 dni w przypadku o którym mowa w ust. 7), Wykonawca może dostarczyć i uruchomić urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych do parametrów oferowanego urządzenia na czas wykonania naprawy. Udostępnienie urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy nie skutkuje naliczaniem kar umownych, o których mowa w §9 ust.2 b.**

## 36. Dotyczy zapisów SWZ w rozdziale XIII p. 3 pp. F) 1.

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy? **Odp. tak, dopuszczamy**

## 37. Dotyczy zapisów SWZ w rozdziale XIII p. 3 pp. F) 1.

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia tj. aparatu RTG z ramieniem C z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego a tym bardziej z wyłączeniem usług np. szkoleń, gwarancji itp.? **Odp. tak, dopuszczamy**

## 38. Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy § 7 ust 4

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 72 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? **Odp. tak**

## 39. Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy § 7 ust 5

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Prosimy o doprecyzowanie, że dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. **Odp. zgodnie z swz**

## 40. Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy § 7 ust 5 zapis „Okres gwarancji na całość urządzenia biegnie na nowo...”

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu – gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie elementu lub istotnej naprawie długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sprzęt medyczny nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania urządzenia.

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast elementu lub modułu Sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji nie biegnie na nowo.” **Odp. Zamawiający**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**zmienia zapis na „Okres gwarancji na urządzenie przedłuża się o czas wyłączenia urządzenia z powodu awarii”.**

**41. Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy § 7 ust 6**

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG/CT/MR jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych  
**odp. Zamawiający zmienił zapis §7 ust.6**

**42. Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy § 7 ust 9**

Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego wymagania **Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**

**43. Czy Zamawiający oczekuje, aby dane dotyczące dawek promieniowania aplikowanych pacjentom w czasie poszczególnych badań były automatycznie przesyłane do posiadanego przez Zamawiającego systemu rejestracji dawek promieniowania i generacji raportów dla KCOR? **Odp. Nie****

**44. Prosimy o zmianę treści SWZ, str. 1 – „Podstawa prawna” poprzez wskazanie prawidłowego dziennika Ustaw dla ustawy prawo zamówień publicznych – „(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.)”. **Odp. Zamawiający poprawia zapis.****

**45. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu do SWZ – „Kosztorys szczegółowy”, kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie wyodrębnienia tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to uniknąć konieczności naliczenia podatku VAT od finansowania. W przypadku wyodrębnienia, finansowanie, jako odrębna usługa jest zwolnione z podatku VAT więc wyodrębniając koszt finansowania na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT. Finansowanie jako odrębna usługa, zgodnie z interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów, jest zwolnione z podatku VAT. Proponujemy poniższą modyfikację:**

| Lp.   | asortyment  | Ilość | Cena jedn. netto | Vat % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / model/ typ |
|-------|---|-------|------------------|-------|-------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 1.    | <b>Aparat RTG z ramieniem c dla Pracowni Endoskopii</b> spełniający wymagania AIT | 1     |                  |       |                   |               |                |                        |
| 2.    | <b>Koszt finansowania płatności ratalnej</b>                                      | 1     |                  | zw    |                   |               |                | Nie dotyczy            |
| Razem |   |       |                  |       |                   |               |                |                        |

**Odp. Nie wyrażamy zgody.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

46. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat. **Odp. zapisy pozostają bez zmian**
47. Prosimy Zamawiającego o zmianę §3 ust. 1 projektu umowy poprzez usunięcie zwrotu: „, tj. do dnia .....”. Termin wykonania umowy będzie zależny od terminu zawarcia umowy, czyli technicznie od momentu podpisania umowy przez Strony. W zależności od terminu złożenia podpisów pod umową, data kalendarzowa wpisana w treść umowy może okazać się niewłaściwa ze względu na późniejszy termin złożenia podpisów i zawarcia umowy. Końcowy termin na wykonanie umowy może być określony po zawarciu umowy bez konieczności wskazywania konkretnej daty kalendarzowej. **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**
48. Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi o którym mowa w treści projektu umowy §6 ust. 1 będzie wynosił 2 lata zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. **Odp. Zamawiający zmienia zapis §6 ust.1 na: „Strony ustalają, iż okres gwarancji wynosi: ..... Miesiące (min. 24 miesiące) od daty odbioru przedmiotu umowy. Okres rękojmi wynosi: ..... miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy i przysługuje niezależnie od gwarancji i jest równy okresowi gwarancji.”**
49. Prosimy o zmianę §7 ust. 5 projektu umowy w taki sposób, aby tylko naprawy istotne danego elementu/podzespołu wydłużały okres gwarancji tego elementu/podzespołu o czas jego wyłączenia z eksploatacji. Zgodnie z kodeksem cywilnym tylko istotna naprawa powoduje wydłużenie okresu gwarancji. **Odp. Zamawiający zmienił zapis odp. na pyt 40**
50. Zamawiający w treści projektu umowy §6 ust. 2 lit. c) oraz §7 ust. 1 wymaga, aby przeglądy konserwacyjne oraz serwis były świadczone przez Wykonawcę, jednakże w przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia dotyczącej serwisowania, czynności serwisowania będą wykonywane przez serwis podwykonawcy, a nie Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w zakresie §6 ust. 2 lit. c) projektu umowy, Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi posiadanie autoryzowanego serwisu przez inny podmiot wskazany przez Wykonawcę, np. przez podwykonawcę. W zakresie §7 ust. 1 projektu umowy prosimy o zmianę jego brzmienia poprzez wskazanie, że serwis będzie świadczony w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia lub w siedzibie autoryzowanego serwisu (jeżeli sytuacja będzie tego wymagała), nie w siedzibie autoryzowanego Wykonawcy. **Odp. Zamawiający dopuszcza podwykonawców w zakresie realizacji zamówienia.**
51. Prosimy o potwierdzenie oraz dodanie do treści projektu umowy §7 ust. 2 projektu umowy zapisu, że przyjmowanie zgłoszeń o wadach będzie liczone w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie faxy lub e-mail, z tym zastrzeżeniem, że fax lub e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 7.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu niebędącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym”. **Odp. zapis pozostaje bez zmian.**
52. Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 6 zd. 2 projektu umowy poprzez dodanie, że udostępnienie urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy nie skutkuje naliczaniem kar umownych, o których mowa w §9 ust. 2 lit. b, ale także powstaniem prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §10 ust. 3 tiret drugie. **Odp. Zamawiający zmienił zapis §7 ust.6. Odp. Zapis został zmieniony odpowiedź z pyt. 35**
53. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie §7 ust. 7 tiret drugie projektu umowy poprzez wskazanie, że Wykonawca ma 14 dni roboczych na dokonanie naprawy. **Odp. Tak, precyzujemy zapis 14 dni roboczych.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

54. Prosimy o modyfikację treści projektu umowy §4 ust. 6 projektu umowy poprzez dookreślenie płatności. Proponujemy zmianę zapisów o następującej treści: „Zamawiający ureguluje należność w 12 równych, miesięcznych ratach. Wykonawca wraz z fakturą jest zobowiązany dostarczyć harmonogram spłaty rat. Pierwsza rata wraz z kosztami finansowania zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, kolejne raty płatne będą do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie harmonogramu, który jest załącznikiem do faktury”. Jeżeli harmonogram miałby być załącznikiem do umowy, który powinien być przedłożony przy zawieraniu umowy, wskazane w harmonogramie daty zapłaty rat mogą okazać się niewłaściwe, ponieważ termin zapłaty I i kolejnych rat jest uzależniony od wystawienia faktury, a co za tym idzie od daty dostawy. W zależności od tego na jaki dzień przypadnie dostawa, terminy zapłaty mogą się różnić od tych wskazanych pierwotnie przy zawieraniu umowy. **Odp. Zamawiający zmienia zapis na „Zamawiający ureguluje należność w 12 równych, miesięcznych ratach - pierwsza rata płatna w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. Każda kolejna płatność następująca po pierwszej wpłacie, w równych miesięcznych ratach w terminie do końca każdego danego miesiąca”.**
55. Prosimy Zamawiającego o usunięcie z treści §10 ust. 3 projektu umowy określenia „w szczególności”. Podstawy do odstąpienia od umowy muszą być określone maksymalnie precyzyjnie, tak aby nie było żadnych wątpliwości jakie negatywne zachowanie lub zaniechanie stron stanowi podstawę do zaistnienia tak daleko idącej konsekwencji jak odstąpienie od umowy i zakończenie stosunku prawnego pomiędzy stronami. Określenie „w szczególności” oznacza, że poza opisanymi w projekcie umowy sytuacjami, mogą zaistnieć także inne, niedookreślone uchybienia, które mogą stać się podstawą do odstąpienia od umowy. **Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**
56. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 7 wzoru umowy, ostatnie zdanie poprzez nadanie mu brzmienia: „Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. **Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**
57. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie paragrafu zawierającego katalog wszystkich możliwych zmian umowy, jakie są możliwe, zgodnie z poniższym:
- „1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
- a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
  - b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
  - c) zmiany sposobu/terminów płatności;
  - d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
  - e) zmiany numeru konta bankowego;
  - f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
  - g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
  - h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
  - i) nastąpi zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”
- Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**
58. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy. **Odp. Dokumenty do pobrania z ogólnodostępnych publikatorów**

59. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy następującego zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki.” **Odp. Nie wyrażamy zgody**
60. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §9 ust. 2 lit. c) wzoru umowy. **Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**
61. Prosimy także Zamawiającego o modyfikację §9 ust 6 istotnych postanowień umowy i dopuszczenie dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez obie Strony umowy. Przyznanie tego uprawnienia wyłącznie Zamawiającemu stanowi naruszenie zasady równości Stron umowy. **Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**
62. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o zgodę na dodanie do projektu umowy klauzuli o poniższej treści:  
„.....\**, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.*”
- \* Wykonawca  
**Odp. dopisuje się do §4 pkt. 9 o treści:** „Wykonawca oświadcza że: **jest / nie jest**\*(niepotrzebne skreślić ) dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”
63. Prosimy o wyrażenie zgody, by aktualizacja harmonogramu płatności wyłącznie w zakresie dat płatności po dostawie, nie wymagała aneksu do umowy. **Odp. tak dopuszczamy.**
64. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny” W przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy termin opóźnienia, prosimy o jego wskazanie. **Odp. Nie wyrażamy zgody.**
65. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzorów umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualne wzory umów. **Odp. Zmiany zostaną wprowadzone w ostatecznej umowie z Wykonawcą.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

66. W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:

„§....

Siła wyższa

- 1) Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy.
- 2) Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.
- 3) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.
- 4) W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.
- 5) Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.
- 6) W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.

**Odp. nie wyrażamy zgody.**

67. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

**Odp. Nie wyrażamy zgody**

68. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia? . **Odp. Zapisy pozostają bez zmian**

69. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń. . **Odp. Zapisy pozostają bez zmian**

70. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia, do zawarcia której Zamawiający się zobowiązuje? . **Odp. Zapisy pozostają bez zmian**

71. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. . **Odp. Zapisy pozostają bez zmian**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

72. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. . **Odp. Zapisy pozostają bez zmian**
73. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru weksla oraz deklaracji wekslowej Zamawiającego. . **Odp. Zapisy pozostają bez zmian**
74. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów zawartych w §11 ust. 1 lit. b oraz ust. 2 lit. b) istotnych postanowień umowy. Wskazujemy, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa, a nie roboty budowlane, zatem Zamawiający nie może wnikać w stosunki i postanowienia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą. Przedmiotowe zamówienie, zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Zamawiającego ma charakter dostawy. Pozostawienie zapisu dotyczącego formy zawarcia umowy podwykonawstwa oraz przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy nie ma w tym przypadku uzasadnienia. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami takie zapisy są charakterystyczne dla umów zawieranych w wyniku postępowań na roboty budowlane a przedmiotowe postępowanie dotyczy dostawy. **Odp. Zamawiający wykreśla pkt. 2 b §11**

***Z poważaniem***

