



WSSz -NZIP – 250 / 23

Łódź, dnia 06. 04. 2023 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”, sprawa ZP 12/23

I. Na podstawie art. 135 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pakiet 1 Chłodziarka dla pacjentów

1. Czy ma to być chłodziarka na leki pacjentów, czy typowo spożywcza, AGD? Jeżeli farmaceutyczna, na leki, to: Ponieważ chłodziarki na leki, jako profesjonalne urządzenia chłodnicze (a nie spożywcze) nie podlegają rozporządzeniu o etykietowaniu energetycznym prosimy o odstąpienie wymogu klasy energetycznej min. A.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu klasy energetycznej.

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości min. 60 cm?

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wymaga urządzeń AGD do przechowywania żywności, czy urządzeń laboratoryjnych do przechowywania np. szczepionek?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „Klasa energetyczna min A”. Według starej kwalifikacji, która uległa zmianie na początku 2022 roku są to urządzenia energooszczędne. Natomiast według nowej klasyfikacji urządzenia klasy A są to urządzenia, które nie są dostępne na rynku i określone są mianem urządzeń przyszłości. W związku z tym prosimy o wykreślenie tego zapisu, bądź określenie minimalnych wymagań jeżeli chodzi o pobór energii elektrycznej pobieranej przez urządzenie.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość : 597 mm x 654 mm x 1884 mm?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

6. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy „utrzymanie temperatury przy braku zasilania min 8 godz.” ma być realizowane przez zewnętrzny zasilacz UPS?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2 Chłodziarka na leki

7. Ponieważ chłodziarki na leki, jako profesjonalne urządzenia chłodnicze (a nie spożywcze) nie podlegają rozporządzeniu o etykietowaniu energetycznym prosimy o odstąpienie wymogu klasy energetycznej min. A.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości min. 60 cm

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Czy Zamawiający wymaga urządzeń AGD do przechowywania żywności, czy urządzeń laboratoryjnych do przechowywania np. szczepionek?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

10. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „Klasa energetyczna min A”. Według starej kwalifikacji, która uległa zmianie na początku 2022 roku są to urządzenia energooszczędne. Natomiast według nowej klasyfikacji urządzenia klasy A są to urządzenia, które nie są dostępne na rynku i określane są mianem urządzeń przyszłości. W związku z tym prosimy o wykreślenie tego zapisu, bądź określenie minimalnych wymagań jeżeli chodzi o pobór energii elektrycznej pobieranej przez urządzenie.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość : 597 mm x 654 mm x 1884 mm?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

12. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy „utrzymanie temperatury przy braku zasilania min 8 godz.” ma być realizowane przez zewnętrzny zasilacz UPS?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę na leki o klasie energetycznej E ?

Wyjaśnienia: Zgodnie ze zmodyfikowaną SWZ.

14. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie? Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku, jaka jest jej wielkość po podłodze? Czy będzie konieczność przemieszczenia zamrażarki po schodach ? Jakiej wielkości są otwory drzwiowe ? Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne

Wyjaśnienia: Urządzenie będzie umieszczone na II piętrze. Jest dostępna winda o dużych wymiarach – umożliwiających transport pacjentów na łóżkach. Brak dodatkowych barier architektonicznych

15. W chłodziarkach na leki i farmaceutycznych klasa energetyczna określana jest w kWh/24 . Klasy A i pozostałe do F mają zastosowanie w sprzęcie gospodarstwa domowego. Proszę o dopuszczenie profesjonalnej chłodziarki ze zużyciem energii 1.79 kWh/24 h.

Wyjaśnienia: Zgodnie ze zmodyfikowaną SWZ.

16. Prosimy o odstąpienie od wymogu nr 9. Jest on niemożliwy do spełnienia w żadnych chłodziarkach przeznaczonych do profesjonalnego użycia. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o informację czy postawiony wymóg będzie weryfikowany przy dostawie urządzenia.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

17. Prosimy o zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach

Wysokość 1522 mm

Szerokość 575

Głębokość 640

Lub

Wysokość 1665 mm

Szerokość 665

Głębokość 710

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o wymiarach: Wysokość 1522 mm, Szerokość 575, Głębokość 640.

18. *Prosimy o zgodę na zakres temperatur od +2 do +8 C.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

19. *Prosimy o zgodę na chłodziarkę z drzwiami prawymi bez możliwości zmiany kierunku.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

20. *Proszę o wykreślenie parametru: Klasa energetyczna min. A. Klasyfikacja, której Państwo wymagają dotyczy tylko urządzeń domowych – takie urządzenia nie posiadają odpowiednich parametrów dedykowanych do przechowywania leków.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 3 Fotel do pobierania krwi

21. *Czy Zamawiający dopuści "Fotel na kółkach o konstrukcji ze stalowych rurek malowanych proszkowo z kołami o średnicy min. 125 mm, w tym minimum dwa tylne z hamulcem"?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 Łóżko z wyposażeniem do Sali nadzoru i Sali deficytu medycznego

22. *Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

23. *Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 219 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

24. *Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem? Nie ma potrzeby stosowania funkcji STOP.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

25. *Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wykonanym z płyty tworzywowej hpl, wyposażonym w reling aluminiowy oraz dwie listwy aluminiowe w kształcie litery C?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

26. *Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwoleżynowy o szerokości 85cm? Jest to standardowa szerokość materaca przeciwoleżynowego pasująca do większości dostępnych na rynku łóżek szpitalnych.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

27. *Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwoleżynowy z pompą o głośności do 30dB?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

28. *Dot. pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym pozycja mobilizacyjna realizowana jest za pomocą dwóch przycisków na panelu centralnym, łóżko dodatkowo wyposażone w dedykowany sterownik ułatwiający mobilizację pacjenta wbudowany w górną barierkę przy uchwycie ręki pacjenta mobilizowanego co jest rozwiązaniem nowocześniejszym i bardziej komfortowym, a także zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta niż rozwiązanie opisane przez Zamawiającego?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

29. *Dot. pkt. 71 Czy Zamawiający dopuści wymiary materaca 86x200cm?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

30. *Dot. pkt. 78 Czy Zamawiający dopuści pompę ze sterowaniem manualnym za pomocą przycisków membranowych umożliwiającą regulację ciśnienia w komorach materaca?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

31. *Dot. pkt. 78 Czy Zamawiający dopuści pompę ze stałym cyklem pracy 11minut?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

32. *Dot. pkt. 78 Czy zamawiający dopuści pompę bez alarmu awarii wewnętrznej pompy oraz bez sygnalizacji awaryjnego działania pompy*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

33. *Dot. pkt. 78 Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w dźwiękowy alarm informujący o braku zasilania?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 6 Stolik zabiegowy

34. *Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 7 tygodni od daty podpisania umowy. Pragniemy zauważyć, iż czas ten jest niezbędny do wyprodukowania oraz sprowadzenia wyrobu, z uwzględnieniem standardowego czasu produkcji dla przedmiotowych stolików zabiegowych. Wydłużenie terminu realizacji umożliwi Wykonawcom wykonanie umowy z należytą starannością.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę – modyfikuje treść SWZ w części dotyczącej pakietu nr 6.

35. *Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie stolików zabiegowych z pakietu 6, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ – Zamawiający wymaga przeglądów gwarancyjnych jedynie w sytuacji określenia takiego wymogu przez producenta sprzętu. W przypadku braku takiego wymogu należy podać taką informację w załączniku.

36. *Pakiet 6 zał. nr 5 do SWZ pkt. 8 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu skutecznej naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 15 dni roboczych.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wydłuża okres skutecznej naprawy do max 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

37. *Pakiet 6 zał. nr 5 do SWZ pkt. 15. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wykazu preparatów/materiałów dopuszczalnych przez Wytwórcę do dezynfekcji zaoferowanego Wyrobu - producent nie podaje nazw konkretnych produktów, a jedynie ogólne zalecenia i informacje dotyczące środków przeznaczonych do czyszczenia.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza podanie ogólnych zaleceń i informacji dotyczących środków przeznaczonych do czyszczenia.

38. *Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu/instalacji, uruchomienia i przeszkolenia pracowników w zakresie stolików zabiegowych z pakietu 6. Oferowane stoliki zabiegowe są dostarczane gotowe do użytku, ponadto oferowane stoliki są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych stolików zabiegowych przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W przypadku sprzętu gotowego do użytku oczywistym jest, że Zamawiający nie będzie wymagał jego montażu czy instalacji.

39. *Poz. 7_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika 2 niewyjmowanymi blatami z podniesionymi brzegami z 4 stron, wyposażony w relingi o przekroju okrągłym, z dwóch stron (po bokach) stolika zabezpieczające sprzęt przed zsunięciem i służące do prowadzenia stolika.*

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pakiet 9 Urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca

40. *Czy w myśl zasady o uczciwej konkurencji zamawiający w pakiecie 9 dopuści do oceny nieinwazyjny monitor Hemodynamiczny działający w oparciu o metodę bioreaktancji dający wynik ciągly odświeżany co 30 sekund pokazujący następujące parametry: wskaźnik sercowy (CI), objętość wyrzutowa (SV), wskaźnik objętości wyrzutowej (SVI), wariancja objętości wyrzutowej (SVV), czas wyrzutów (VET), całkowity opór obwodowy (TPR), wskaźnik całkowitego oporu obwodowego (TPRI), moc serca (CP), wskaźnik mocy serca (CPI), wskaźnik dopływu tlenu (DO2I), impedancja klatki piersiowej (ZO), zawartość płynu opłucnowego (TFC), zmiana zawartości płynu opłucnowego od zadanej chwili początkowej (TFCd), zmiana TFC od poziomu odniesienia (TFCd0). W pełni nieinwazyjny monitor Hemodynamiczny wykorzystuje dedykowane jednorazowe elektrody mocowane do ciała pacjenta.*

Wyjaśnienie. Proponowane rozwiązanie umożliwia długotrwałe monitorowania pacjenta bez konieczności wymiany elektrod przez 48h.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 10 Wózek na bieliznę

41. *Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 7 tygodni od daty podpisania umowy. Pragniemy zauważyć, iż czas ten jest niezbędny do wyprodukowania oraz sprowadzenia wyrobu, z uwzględnieniem standardowego czasu produkcji dla przedmiotowych wózków. Wydłużenie terminu realizacji umożliwi Wykonawcom wykonanie umowy z należytą starannością.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę – modyfikuje treść SWZ w części dotyczącej pakietu nr 10.

42. *Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z pakietu 10, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ – Zamawiający wymaga przeglądów gwarancyjnych jedynie w sytuacji określenia takiego wymogu przez producenta sprzętu. W przypadku braku takiego wymogu należy podać taką informację w załączniku.

43. *Pakiet 10 zał. nr 5 do SWZ pkt. 8 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu skutecznej naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 15 dni roboczych.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wydłuża okres skutecznej naprawy do max 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

44. *Pakiet 10 zał. nr 5 do SWZ pkt. 15 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wykazu preparatów/materiałów dopuszczalnych przez Wytwórcę do dezynfekcji zaoferowanego Wyrobu - producent nie podaje nazw konkretnych produktów, a jedynie ogólne zalecenia i informacje dotyczące środków przeznaczonych do czyszczenia.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza podanie ogólnych zaleceń i informacji dotyczących środków przeznaczonych do czyszczenia.

45. *Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu/instalacji, uruchomienia i przeszkolenia pracowników w zakresie wózków z pakietu 10. Oferowane wózki są dostarczane gotowe do użytku, ponadto oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W przypadku sprzętu gotowego do użytku oczywistym jest, że Zamawiający nie będzie wymagał jego montażu czy instalacji.

46. Poz.6_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego część z zamykaną szafką wyposażona jest w jedną półkę.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

47. Poz. 6_Czy Zamawiający wymaga, aby pokrywy z tworzywa sztucznego do dwóch uchwytów na worki foliowe otwierane były przy użyciu pedałów (jeden pedał do jednej pokrywy), a nie ręcznie? To rozwiązanie zapewnia znacznie większą higienę przy korzystaniu z wózka.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

48. Poz. 7_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka:

- o konstrukcji z anodowanego aluminium
- z blatem oraz podstawą z ABS
- z drzwiami z HPL
- którego boczne i tylną ścianę stanowi wzmocniony wielowarstwowy panelami aluminiowo-polietylenowo-aluminiowy, odporne na środki dezynfekcyjne.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

49. Poz.12_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego zamykana część szafkowa wyposażona jest w odbojem wyprofilowanym wokół podstawie z ABS.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 12 Wózki zabiegowe, wózek reanimacyjny

50. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 7 tygodni od daty podpisania umowy. Pragniemy zauważyć, iż czas ten jest niezbędny do wyprodukowania oraz sprowadzenia wyrobu, z uwzględnieniem standardowego czasu produkcji dla przedmiotowych wózków. Wydłużenie terminu realizacji umożliwi Wykonawcom wykonanie umowy z należytą starannością.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę – modyfikuje treść SWZ w części dotyczącej pakietu nr 12.

51. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z pakietu 12, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ – Zamawiający wymaga przeglądów gwarancyjnych jedynie w sytuacji określenia takiego wymogu przez producenta sprzętu. W przypadku braku takiego wymogu należy podać taką informację w załączniku.

52. **Pakiet 12 zał. nr 5 do SWZ pkt. 8.** Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu skutecznej naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 15 dni roboczych.

Wyjaśnienia: Zamawiający wydłuża okres skutecznej naprawy do max 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

53. **Pakiet 12 zał. nr 5 do SWZ pkt. 15.** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wykazu preparatów/materiałów dopuszczalnych przez Wytwórcę do dezynfekcji zaoferowanego Wyrobu - producent nie podaje nazw konkretnych produktów, a jedynie ogólne zalecenia i informacje dotyczące środków przeznaczonych do czyszczenia.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza podanie ogólnych zaleceń i informacji dotyczących środków przeznaczonych do czyszczenia.

54. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu/instalacji, uruchomienia i przeszkolenia pracowników w zakresie wózków z pakietu 12. Oferowane wózki są dostarczane gotowe do użytku, ponadto oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne

informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W przypadku sprzętu gotowego do użytku oczywistym jest, że Zamawiający nie będzie wymagał jego montażu czy instalacji.

Projekt umowy

55. **Umowa § 6 ust. 1 pkt 1-5** Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy w § 6 ust. 1 pkt 1-5 i naliczanie kar umownych od wartości netto niedostarczonego/naprawianego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku pakietów wielopozycyjnych, gdzie opóźnienie w dostawie może dotyczyć np. jednej z dostarczanych pozycji, naliczanie kar od wartości całej umowy jest w ocenie Wykonawcy niewspółmierne do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

56. **Termin płatności** Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

II. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na podst. art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm) modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

- SWZ pkt. II 6.1 przyjmuje brzmienie: **Przewiduje się wykonanie zamówienia w terminie:**
 - dla pakietów nr 1 – 5, 7 – 9, 11: **5 tygodni od dnia zawarcia umowy.** Przewiduje się realizację zamówienia nie później niż do dnia 31 maja 2023 r.
 - dla pakietów nr 6, 10 i 12: **7 tygodni od dnia zawarcia umowy.** Przewiduje się realizację zamówienia nie później niż do dnia 14 czerwca 2023 r.
- SWZ pkt. III 3 „Termin związania ofertą” przyjmuje brzmienie: poprzez modyfikację treści na następującą: Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 12.05.2023r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- w pkt 8 Załącznika nr 5 do SWZ „Wymagane warunki gwarancji oraz świadczenia serwisu” dopisuje się zdanie: **W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy okres skutecznej naprawy wynosi max 10 dni roboczych**

III. Na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) **zmienia termin składania i otwarcia ofert:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **14.04.2023r.** do godz. **08:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.04.2023r.** o godz. **09.00.**

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Informacja o zmianie ogłoszenia
- Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ Wymagane warunki gwarancji oraz świadczenia serwisu

Z poważaniem

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Dyrektora Szpitala
Krzysztofa Zarychtę