



**UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-997/23

Poznań, dnia 15.11.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
- platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPm-110/23** postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **dostawę wraz z wniesieniem 2 zamrażarek niskotemperaturowych do Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej w budynku Collegium Humanum, przy ulicy Rokietnickiej 10 w Poznaniu**

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela poniższej odpowiedzi:

**Dotyczy OPZ**

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający, w trosce o bezpieczeństwo prób, wymaga, by zamrażarka gwarantowała pracę oraz osiąganą temperaturę w temperaturze otoczenia do co najmniej 32°C?

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający, w trosce o jak największą żywotność urządzenia oraz brak korozji, wymaga wnętrza zamrażarki zbudowanego ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający, w trosce o jak najlepsze warunki przechowywania prób, wymaga, by czas schładzania zamrażarki do temperatury -80°C był możliwie najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 3 h i 30 minut?

**Odpowiedź:**

TAK

**Dotyczy projektu umowy**

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podjęcia naprawy przedmiotu umowy do 4 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia?

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie 16:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych od chwili powzięcia wiadomości o wadzie lub usterce, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 15 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie 17:**

Co Zamawiający ma na myśli pisząc o wadach fizycznych przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do usunięcia? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę urządzenia na nowe po 3 nieskutecznych naprawach?

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie 18:**

Czy Zamawiający wymaga przeglądów gwarancyjnych podczas okresu gwarancji? Producent oferowanych urządzeń nie wymaga wykonywania przeglądów technicznych urządzeń w okresie ich gwarancji, co nie wpływa na przebieg i utrzymanie pełnej gwarancji, ani na prawidłowe działanie urządzeń. Wykonany przegląd wiąże się z doliczeniem dodatkowych kosztów do wyceny.

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie 19:**

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu wymiany części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych?

Producent proponowanych przez Zamawiającego urządzeń nie wymaga wymiany części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych podczas okresu gwarancji.

**Odpowiedź:**

TAK. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 Pzp zmienia treść załącznika nr 1 do SWZ – wzór umowy, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Dotyczy OPZ**

**Pytanie 20:**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 458 litrów spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie 21:**

Dotyczy: pkt 2.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o szer. 83 cm przy zachowaniu pozostałych wymiarów.

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie 22:**

Dotyczy: pkt 3.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o pojemności 486 L.

Jest to tylko o dwa litry więcej niż wymagana pojemność. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza prosimy o wyjaśnienie

**Odpowiedź:**

NIE, ze względu na zbyt dużą pojemność

**Pytanie 23:**

Dotyczy: pkt 3.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o pojemności 419 L.

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie 24:**

Dotyczy: pkt 10.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z dobowym zużyciem prądu do 8 kWh/dzień

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie 25:**

Dotyczy: pkt 10.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z dobowym zużyciem prądu do 13 kWh/dzień

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie 26:**

Dotyczy: pkt 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z 3 regulowanymi półkami.

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie 27:**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarki posiadające 4 półki w tym 3 z regulacją wysokości?

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie 28:**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarki posiadające dobowe zużycie prądu 11,2 kWh/dzień ?

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie 29:**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarki o pojemności 422 litrów ?

**Odpowiedź:**

TAK

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**

Załącznik:

1. Zmieniony wzór umowy

Opracowanie: Wojciech Cyż  
nr telefonu: 61 854 62 35  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

Zatwierdził: **Kierownik**  
**Działu Zamówień Publicznych**  
  
mgr Martyna Goździkiewicz-Ziola