

Poznań, dnia 07-08-2024.

EZ/58/2024/... *SGO*

**Wg rozdzielnika:**

**do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 58/2024 Zakup i dostawa miksera recepturowego automatycznego i komory laminarnej do przygotowania żywienia pozajelitowego.**

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

1. Z uwagi na zapis UZoP o uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie do oceny komory równoważnej lub lepszej, minimalnie szerszej tj: 1655 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ.

Ze względu na specyfikację pomieszczenia oraz już zamówione specjalistyczne meble (na wymiar) nie jest możliwe dopuszczenie komory nawet o minimalnie większej szerokości.

2. Z uwagi na zapis UZoP o uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie do oceny komory równoważnej o nieznacznie różnej głębokości wewnętrznej tj: 580 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ.

Wykonywane pod lożą preparaty są objętościowo i powierzchniowo duże zatem dla maksymalnej wygody pracy i minimalnego zakłócenia przepływu laminarnego powietrza ważne jest, aby powierzchnia pracy oraz objętość przepływającego powietrza były jak największe. W przyszłości planujemy umieścić pod lożą mieszalnik, który dodatkowo zmniejszy dostępną przestrzeń roboczą.

3. Z uwagi na zapis UZoP o uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie do oceny komory równoważnej lub lepszej, posiadającej równoległe szyby tylną i frontową co gwarantuje niezaburzony przepływ laminarny, nachylone pod kątem 83o do powierzchni roboczej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ.

W punkcie 6 zamawiający wymaga "wnętrza ze stali nierdzewnej", za wyjątkiem szyby frontowej oczywiście.

4. Z uwagi na zapis UZoP o uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie do oceny komory równoważnej lub lepszej, wyposażonej w oświetlenie o mocy > 1000 luxów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ.

Z uwagi na komfort, bezpieczeństwo pracy oraz jakość przygotowywanych preparatów zamawiający wymaga odpowiedniej jasności środowiska pracy, umożliwiającej jednocześnie kompensowanie warunków zewnętrznych w których loża się znajduje. Zaproponowany parametr stanowi tylko 68% minimalnej wymaganej jasności.

5. Z uwagi na zapis UZoP o uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie do oceny komory równoważnej lub lepszej o maksymalnym otwarciu szyby nie mniejszym niż 440 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Z uwagi na zapis UZoP o uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie do oceny komory równoważnej lub lepszej bez frontowej perforacji wklęsłej V-kształtnej z równoważnym rozwiązaniem nie zaburzającym przepływu laminarnego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ.

Perforacja V-kształtna jest obecnie szeroko stosowanym standardem, stanowiącym między innymi zabezpieczenie przed niezamierzonym zanieczyszczeniem obszaru roboczego.

7. Czy Zamawiający dopuści do oceny komorę laminarną zgodną z normą EN 12469 z deklaracją producenta potwierdzającą ten fakt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza łoż z deklaracją producenta potwierdzającą spełnienie normy EN 12469. Zamawiający wymaga ważnego certyfikatu spełnienia normy EN 12469 wydanego przez niezależne laboratorium, dołączonego do oferty. Tym samym podtrzymuje wymagania SWZ.

Informujemy, iż zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert  
Ustala się:


**Termin składania ofert do dnia 20-08-2024 r. do godz. 9.00**

**Termin otwarcia ofert w dniu 20-08-2024 r. o godz. 10.00.**

Dzień 2024-11-17 jest dniem, w którym upływa termin związania ofertą.

Z poważaniem,

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
mgr inż. Martin Schneider

KIEROWNIK APTEKI  
  
dr hab. n. farm. Katarzyna Regulska