

Pisz, dnia 19.10.2022 r.

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Pisz  
ul. Sienkiewicza 2  
12-200 Pisz**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: „Dzierżawa analizatorów laboratoryjnych wraz z zapewnieniem odczynników oraz innych materiałów eksploatacyjnych; znak:”; znak: P/10/2022**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy Analizatora nr 4 – zał. Nr 2 część D.  
Czy Zamawiający zgodzi się na składanie ofert częściowych i wyodrębnienie analizatora nr 4 według załącznika nr 2 część D i umożliwienie zaoferowania wyłącznie analizatora do badania fizykochemicznego moczu?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody
2. Dotyczy Analizatora nr 4 – Wymagania graniczne dla analizatora wykonującego badania wg zał. Nr 2 część D – pkt 3.  
Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający pamięć 520 testów, pod warunkiem jednokierunkowego wpięcie do LIS analizatora po stronie Wykonawcy?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
3. Dotyczy Analizatora nr 4 – Wymagania graniczne dla analizatora wykonującego badania wg zał. Nr 2 część D – pkt 9.  
Czy Zamawiający dopuści analizator stosujący metodę analizy spektralnej faz odbitych o dwóch długościach fali, pod warunkiem możliwości oznaczeń wskaźnika białko/kreatynina na tym analizatorze?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dyrektor SPZOZ  
Szpitala Powiatowego w Pisz  
/-/ mgr inż. Marek Skarzyński