

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 Informacja (012) 27-30-355, 27-30-205

**sekretariat** 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

**NIP:** 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 17.05.2024r.

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 poz. 1605 z póź. zm.), którego przedmiotem jest przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku Głównym Szpitala w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej. Nr sprawy 18/TP/23.

Pytanie Wykonawcy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Proszę o informacje do zadanego pytania w temacie lamp zabiegowej i lampy operacyjnej, gdyż udzielona odpowiedź nie odpowiada na zadane pytanie.

*Pomieszczenie nr 15 - Sala wstępnej intensywnej terapii - 4 stanowiskowa*

\*(55)wózek leżący wielofunkcyjny przezierny – 2 sztuki

\*(19)łóżko z wyposażeniem do intensywnej terapii z bocznymi barierkami - 4 sztuki - materac przeciwoleżynowy, segment pleców wypełniony płytą przezierną dla promieni RTG

\*(44)szafka przyłóżkowa ze stolikiem – 4 sztuki

\*kolumnowy system zasilający z osobną stroną monitoring wentylacja i stroną infuzji mocowany do stropu za pomocą systemu kotwowego i płyty interfejsowej - 4 sztuki

\*(16)lampa zabiegowa mobilna

\*(15)lampa operacyjna sufitowa

\*stolik do rozłożenia narzędzi chirurgicznych

\*stolik zabiegowy

Sala wstępnej intensywnej terapii		
1.	Wózek leżący wielofunkcyjny przezierny	2
2.	Łóżko z wyposażeniem do intensywnej terapii	4
3.	Kolumnowy system zasilający	4
4.	Lampa zabiegowa sufitowa	1
5.	Lampa zabiegowa mobilna	1
6.	Panel medyczny	4
7.	Autopuls	1
8.	Stolik do rozłożenia narzędzi chirurgicznych	1

46

Program Funkcjonalno - Użytkowy

W jednym miejscu jest opisana lampa operacyjna sufitowa (na pomarańczowo) a w drugim miejscu na stronie 46 jest opisana lampa zabiegowa sufitowa – proszę o potwierdzenie, że mowa w tym miejscu o tym samym sprzęcie.

Prosimy o korektę sprzętów które ma dostarczyć Wykonawca.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż jest to ten sam sprzęt - należy przyjąć lampę operacyjną sufitową.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty**

Podpis.....

---

Zamieszczono na stronie internetowej ( platforma zakupowa zamawiającego)

.....