

IZD.272.24.2022

Wołów, 03.10.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

dotyczy część 1 :

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania tachimetru geodezyjnego spełniającego parametr pomiar bezlustrawy 350m z dokładnością pomiaru w trybie bez lustrowym 3mm + 2 ppm?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaproponowania ww tachimetru geodezyjnego.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania tachimetru geodezyjnego spełniającego parametr pomiar bezlustrawy 500m z dokładnością pomiaru w trybie bez lustrowym 2mm +2 ppm?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania ww tachimetru geodezyjnego.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania tachimetru bez boczego przycisku pomiaru EDM?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaproponowania ww tachimetru.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania tachimetru spełniającego normę odporności na wodę i pył na poziomie IP54?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaproponowania ww tachimetru.

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie funkcjonalności łączności Bluetooth w tachimetrze, a mianowicie, czemu ma służyć komunikacja Bluetooth, jaką ma spełniać funkcję?

Odpowiedź nr 5:

Komunikacja Bluetoothma ma służyć do przesyłania danych.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania tachimetru spełniającego możliwość zapisu 20 000 punktów?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania ww tachimetru.

STAROSTA
/-/
Janusz Dziarski

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

Sporządziła: Bernadeta Mrózek-Sagan, e – mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36.