



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 28.08.2024r.

SA-381-18/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycję lub zgodzi się wydzielić z pakietu zbiorczego poz. 1 i 2 do osobnego pakietu? Te pozycje to testy aglutynacyjne, które stanowią osobną grupę produktową, inną niż pozostałe testy immunochromatograficzne. Asortyment z pozostałych znacząco ograniczy konkurencję. Wydzielenie pozycji lub wyrażenie zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje zwiększy konkurencyjność pakietów, a co za tym idzie pozwoli uzyskać niższą cenę?	Zamawiający nie wyraża zgody
2.	Czy Zamawiający wykreśli z pakietu 5 testy z pozycji 1 i 2? Testy te stanowią niewielką ilość w porównaniu do reszty wymaganego asortymentu, co znacząco ogranicza konkurencję.	Nie, Zamawiający nie wykreśli
3.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 4 testu amerykańskiego producenta o czułości 10 ng/ml? Testy wykazuje się wyższą czułością niż test wymagany w SIWZ, co oznacza, że test wykrywa mniejszą ilość krwi utajonej w kale.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
4.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 5 testu amerykańskiego producenta o czułości 95,1% oraz swoistości 97,7% badanej względem metody mikroskopowej.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
5.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 6 testu amerykańskiego producenta o czułości 92,7% oraz swoistości 98% badanej względem metody RT-PCR.	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
6.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 7 testu amerykańskiego producenta o czułości 95,65% oraz swoistości 91,67% badanej względem metody RT-PCR.	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

7.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 8 testu amerykańskiego producenta o parametrach: - dla Norowirusa: czułość 95,7%, swoistości 100% - dla Rotawirusa: czułość 99,4%, swoistość 99% - dla Adenowirusa: czułość: 99%, swoistość: 99% Badanej względem RT-PCR, która jest właściwą metodą referencyjną.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
8.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 9 testu o czułości 97,20% i swoistości 99,37% dla grypy A oraz o czułości 96,67% i swoistości 99,59% dla grypy B badanej względem metody RT-PCR.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
9.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 10 testu amerykańskiego producenta o czułości 98,2 % oraz swoistości 98,6%.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
10.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 11 testu amerykańskiego producenta o parametrach: - dla Rotawirusa: czułość: 99,72%, swoistości: 99,40% - dla Adenowirusa: czułość: 99,22%, swoistość: 99,19% Względem innego komercyjnego szybkiego testu.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
11.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 12 testu o parametrach: - dla SARS-CoV-2: czułość: 94,05%, swoistość: 100% - dla grypy A: czułość: 95,24%, swoistość: 100% - dla grypy B: czułość: 100%, swoistość: 100% - dla RSV: czułość: 100%, swoistość: 100% Wyznaczone względem metody RT-PCR	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
12.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 13 testu o czułości 97,35% oraz swoistości 95,07% badanej na 604 próbkach	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
13.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 16 testu amerykańskiego producenta o czułości 97,6% oraz swoistości >99,9% badanej względem metody RT-PCR.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
14.	Pakiet 5 poz. 2 Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie testu o czułości 100% i swoistości 98,8% z efektem nadmiaru antygeny: > 800 IU/ml RF?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

15.	Pakiet 5 poz. 3 Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie testu o czułości >99% i swoistości 99,7% względem metody TPPA?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
16.	Pakiet 5 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu umożliwiającego wykrycie hemoglobiny ludzkiej w stężeniu ≥ 10 ng/ml?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
17.	Pakiet 5 poz. 5 Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie testu o czułości 97,8% i swoistości 97,5% względem metody qPCR?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
18.	Pakiet 5 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość i specyficzność wynoszą: dla Rotawirusów: czułość – 97,3%, specyficzność – 97,1%, dla Adenowirusów: czułość – 95,2%, specyficzność – 97,7% dla Norowirusów: czułość – 99,9%, specyficzność – 98,1%? (wartości określono na podstawie porównania wyników z wynikami uzyskanymi innym immunochromatograficznym testem komercyjnym)	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
19.	Pakiet 5 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów, których czułość i specyficzność wynoszą: Dla grypy typu A: czułość 87,2% specyficzność 94,5% Dla grypy typu B: czułość 92,5% specyficzność 97,5% - względem metody porównawczej RT-PCR?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
20.	Pakiet 5 poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość i specyficzność wynoszą: dla Rotawirusów: czułość – 99,9%, specyficzność – 98,8%, dla Adenowirusów: czułość – 99,9%, specyficzność – 99,5%? (wartości określono na podstawie porównania wyników z wynikami uzyskanymi innym testem komercyjnym)	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
21.	Pakiet 5 poz. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o następujących czułościach i swoistościach	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	względem metody porównawczej PCR? Grypa A czułość 93,02% swoistość 97,26% Grypa B czułość 93,62% swoistość 97,84% Sars-Cov-2 czułość 95,00% swoistość 99,75% RSV czułość 94,12% swoistość 97,87%	
22.	Pakiet 5 poz. 13 Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie testu o czułości 98,3% i swoistości 99,3% względem metody RT-PCR?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
23.	Pakiet 5 poz. 14 Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95,5% i swoistości 99,9% względem metody referencyjnej?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
24.	Pakiet 5 poz. 16 Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie testu o czułości 97,6% i swoistości 99,9% względem metody EIA	Tak, Zamawiający wyraża zgodę

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przejądowej
Stefania Przybylska
Stefania Przybylska