

Wałbrzych, dnia 17.08.2023r.

DZPZ-530 - Zp/48/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych - Zp/48/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 1, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycja 1-6 dreny REDON o długości 70 cm wykonane z miękkiego, odpornego na załamania PVC o „zmrożonej” powierzchni?

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełniają wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 2, dot. pakietu 6, poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6, pozycja 1-9 dreny cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych o następujących cechach długość: dla rozmiarów CH 6 - Ch10 – 40cm i dla rozmiarów CH12-CH24 – 60cm. Końcówka łącznika lejkowata oznaczona kolorem w zależności od rozmiaru, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu; koniec otwarty, ścięty po kątem prostym, zakończony owalnym (atraumatycznym) kształtem w celu łatwego wprowadzania cewnika i polepszenia komfortu pacjenta; dwa otwory boczne owalne rozmieszczone względem siebie naprzemianległe, powierzchnia gładka, pakowany prosto, opakowanie papier-folia, bez otworu umożliwiającego zawieszenie.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga otworu umożliwiającego zawieszenie ze względu na organizację pracy.

Pytanie nr 3, dot. pakietu 7

Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** Zamawiający dopuści zestaw do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- igła zewnątrzoponowa Tuohy **18G / długość 80 mm**, kodowana kolorem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”, ze znacznikami długości, z dokładnie dopasowanym mandrynem
- cewnik zewnątrzoponowy z poliamidu, przezroczysty, ze znacznikami długości i oznaczeniem końcówki dystalnej, z trzema otworami bocznymi, średnica zewnętrzna 0,9 mm (20G), długość 900 mm; odporny na załamania, zamknięty koniec i gładko wykończona końcówka

- zatraskowy łącznik do cewnika i filtra (wykluczający przypadkowe rozłączenie), z koreczkiem
- przewodnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy
- sterylny filtr przeciwbakteryjny 0,2 µm; nisko-profilowy, wytrzymałość do 7,92 barów, wypełnienie wstępne 0,8 ml;
- strzykawka luer 10 ml do metody spadku oporu (LOR)
- zatraskowy system mocowania cewnika z samoprzylepną gąbkową podkładką
- etykieta identyfikacyjna cewnika
- zestaw sterylny, opakowanie typu blister (łatwe otwarcie); widoczna i czytelna data ważności
- zestaw marki Portex

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych:

- **Zestaw dedykowany do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych w odcinku piersiowym**
- **Igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy G18x3 1/4" 1,3x80 mm**
- **Cewnik G20 – 0,45x0,85mm:**
 - ✓ z poliamidu,
 - ✓ długość 100cm,
 - ✓ czytelne znaczniki długości, wtopione w materiał cewnika,
 - ✓ tulejka założona na cewnik ułatwiająca wprowadzenie go do igły Tuohy,
 - ✓ zamknięty koniec,
 - ✓ 3 otwory boczne, miękka końcówka,
 - ✓ łącznik cewnika.
- **Plaski filtr 0,2 µm, wytrzymałość do 7 barów, objętość wypełnienia 0,45ml**
- **Strzykawka 10 ml, luer do metody spadku oporu (LOR)**
- **Samoprzylepny system mocowania filtra z zestawu.**

Pytanie nr 4 dot. pakietu 7

Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** Zamawiający dopuści zestaw do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- igła zewnątrzoponowa Tuohy **18G / długość 80 mm**, kodowana kolorem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”, ze znacznikami długości, z dokładnie dopasowanym mandrynem
- cewnik zewnątrzoponowy z poliamidu, przezroczysty, ze znacznikami długości i oznaczeniem końcówki dystalnej, z trzema otworami bocznymi, średnica zewnętrzna 0,9 mm (20G), długość 900 mm; odporny na załamania, zamknięty koniec i gładko wykończona końcówka
- zatraskowy łącznik do cewnika i filtra (wykluczający przypadkowe rozłączenie), z koreczkiem
- przewodnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy
- sterylny filtr przeciwbakteryjny 0,2 µm; nisko-profilowy, wytrzymałość do 7,92 barów, wypełnienie wstępne 0,8 ml;
- strzykawka luer 10 ml do metody spadku oporu (LOR)
- etykieta identyfikacyjna cewnika
- zestaw sterylny, opakowanie typu blister (łatwe otwarcie); widoczna i czytelna data ważności
- zestaw marki Portex

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych:

- Zestaw dedykowany do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych w odcinku piersiowym
- Igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy G18x3 1/4" 1,3x80 mm
- Cewnik G20 – 0,45x0,85mm:
 - ✓ z poliamidu,
 - ✓ długość 100cm,
 - ✓ czytelne znaczniki długości, wtopione w materiał cewnika,
 - ✓ tulejka założona na cewnik ułatwiająca wprowadzenie go do igły Tuohy,
 - ✓ zamknięty koniec,
 - ✓ 3 otwory boczne, miękka końcówka,
 - ✓ łącznik cewnika.
- Płaski filtr 0,2 µm, wytrzymałość do 7 barów, objętość wypełnienia 0,45ml
- Strzykawka 10 ml, luer do metody spadku oporu (LOR)
- Samoprzylepny system mocowania filtra z zestawu.

Pytanie nr 5 dot. pakietu 15, poz.2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę prostokątną do Holtera EKG:

- Elektroda do rejestracji metodą Holtera na bazie gąbki PE bez nacięcia do mocowania kabla,
- Żel stały, niealergiczny o wysokiej sprężystości i doskonałej przyczepności,
- Senior Ag/AgCl,
- Wymiary 44x28 mm,
- Pakowane w torebki po 50 sztuk oraz kartony zbiorcze po 1000 szt.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

ELEKTRODA KWADRATOWA DO HOLTERA EKG:

- Elektroda do rejestracji metodą Holtera na bazie gąbki PE z nacięciem do mocowania kabla
- Żel stały, niealergiczny o wysokiej sprężystości i doskonałej przyczepności
- Senior Ag/AgCl
- Wymiary 56-42 mm
- Pakowane w torebki po 30 - 50 sztuk oraz kartony zbiorcze po 1200 - 2000 szt.

Pytanie nr 6 dot. pakietu 2, poz.39

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 2, Pozycji Nr 39 zawierającej testy ureazowe do Diagnostyki in vitro do osobnego pakietu?

Uzasadnienie: Testy ureazowe, są szczególnymi testami diagnostycznymi do diagnostyki in vitro IVD nie mającymi nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie [szczoteczki, żele]. W dostawie testów ureazowych do diagnostyki in vitro specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną a testami w kierunku *Helicobacter pylori* w szczególności.

Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, które się specjalizują w diagnostyce in vitro a Zamawiającemu uzyskanie najlepszego testu po najniższej cenie.

Utworzenie osobnego pakietu nie stanowi wielkiego kłopotu dla Państwa - a merytorycznie będzie prawidłowe, podobnie jak to uczyniono w Pakiecie Nr 4 (pojedyncza pozycja).

Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - po zawyżonych cenach.

Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu gastroscopowym, a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogą terapię eradykacyjną.

W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych, pojedynczych pakietów lub umożliwia złożenie oferty na poszczególne pozycje..

W obecnej postaci ten pakiet jest skierowany tylko do jednego konkretnego hurtowni farmaceutycznej

...

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 7 dot. pakietu 2, poz.39

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 – Pozycja Nr 39 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (biopłatów) na pole reakcyjne testu ?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8 dot. pakietu 2, poz.39

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 – Pozycja Nr 39 – Testy ureazowe - wymaga, aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 dot. pakietu 2, poz.39

Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie Nr 2 Pozycja Nr 39 na dopuszczenie innych rozwiązań dotyczących konstrukcji testu ureazowego niż w postaci zamykanego okienka zamiast taśmy adhezyjnej?

Uzasadnienie: Wymagane rozwiązanie nie ma żadnego wpływu na jakość otrzymywanych wyników, a wręcz przeciwnie stwarza dodatkowe zagrożenia. Inne rozwiązania są w powszechnym użyciu w Polsce i na całym świecie, w przeciwieństwie do określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie konkretnego rozwiązania w konstrukcji testu z góry określa jeden konkretny test, co czyni postępowanie przetargowe w tym zakresie za niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zabraniającej przeprowadzania postępowań fikcyjnych bez możliwości konkurencji w postaci ofert równoważnych. Dodatkowo preferowane rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, nie popartego żadnymi badaniami naukowymi, które by preferowały takie rozwiązanie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dot. pakietu 18, poz.3

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G o długości 33 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli 25 mm.

Pytanie nr 11 dot. pakietu 18, poz.3

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G o długości 32 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli 25 mm.

Pytanie nr 12 dot. pakietu 18, poz.9

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G o długości 32 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli 25 mm.

Pytanie nr 13 dot. pakietu 18, poz.13

Proszę o dopuszczenie kaniuli 16G o długości 45 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli 32-33 mm.

Pytanie nr 14 dot. pakietu 18, poz.13-15

Proszę o dopuszczenie kaniuli z portem bocznym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli z portem bocznym.

Pytanie nr 15 dot. pakietu 18, poz.13-15

Proszę o dopuszczenie kaniuli z filtrem hydrofobowym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zastawki bezzwrotnej.

Pytanie nr 16 dot. pakietu 18, poz.13-15

Proszę o dopuszczenie kaniul z 2 paskami RTG.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga min. 4 pasków RTG.

Pytanie nr 17 dot. pakietu 18, poz.15

Proszę o dopuszczenie kaniuli 14G o długości 45 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli o długości 32-33 mm.

Pytanie nr 18 dot. pakietu 18, poz.18

Proszę o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia równej 0,9 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 19 dot. pakietu 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników do odsysania bez wewnętrznej karbowania.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wewnętrznej karbowanej części lejka.

Pytanie nr 20 dot. pakietu 15, poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycjach ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości, albo podanie ceny jednostkowej netto i brutto za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 dot. pakietu 15, poz.1

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych w kartony zbiorcze po 2500 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 dot. pakietu 15, poz.1

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody wykonanej z pianki PE.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. pakietu 15, poz.1

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o średnicy 42 mm, średnica z języczkiem - 45 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

ELEKTRODA OKRĄGŁA DLA DOROSŁYCH:

- Wykonana na podłożu miękkiego, elastycznego materiału porowatego, zapewniającego swobodne oddychanie skóry i dokładne przyleganie podczas pocenia skóry.
- Żel stały, niealergiczny o wysokiej sprężystości i doskonałej przyczepności
- Sensor Ag/AgCl
- Średnica 50-55 mm
- Pakowane w torebki po 30 - 50 sztuk oraz kartony zbiorcze po 1200 - 2000 szt.

Pytanie nr 24 dot. pakietu 15, poz.1

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody prostokątnej o wymiarach 44 x 30 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

ELEKTRODA OKRĄGŁA DLA DOROSŁYCH:

- Wykonana na podłożu miękkiego, elastycznego materiału porowatego, zapewniającego swobodne oddychanie skóry i dokładne przyleganie podczas pocenia skóry.
- Żel stały, niealergiczny o wysokiej sprężystości i doskonałej przyczepności
- Sensor Ag/AgCl
- Średnica 50-55 mm
- Pakowane w torebki po 30 - 50 sztuk oraz kartony zbiorcze po 1200 - 2000 szt.

Pytanie nr 25 dot. pakietu 15, poz.2

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody do Holtera prostokątnej o wymiarach 55 x 40 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 dot. pakietu 15, poz.2

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody do Holtera prostokątnej o wymiarach 55 x 40 mm, z podłużnym wycięciem bez przecięcia boku elektrody służącym do mocowania kabla, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 dot. pkt VIII Przedmiotowe środki dowodowe i pkt XV.8.3

Prosimy o podanie ilości wymaganych próbek dla pakietu nr 15. Poz. 1 i 2

Odp. Zamawiający wymaga po jednej sztuce do każdego pakietu.

Pytanie nr 28 dot. projektu umowy par. 6 ust. 1 pkt. 4

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości netto umowy pozostałej do realizacji.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 29 dot. pakietu 18, poz.1-15

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na jednorodną technikę wklucia, oferowane kaniule dożylnie, powinny pochodzić od jednego producenta ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 30 dot. pakietu 18, poz.17

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane koreczki do kaniul, powinny posiadać trzpień wewnętrzny położony poniżej własnej krawędzi ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 31 dot. pakietu 18, poz.17

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane koreczki do kaniul, ze względu na wymaganą kompatybilność, powinny być tego samego producenta, co oferowane kaniule będące przedmiotem zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 32 dot. pakietu 6, poz.1-9

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w opakowaniu papier-folia bez otworu umożliwiającego zawieszenie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga otworu umożliwiającego zawieszenie.

Pytanie nr 33 dot. pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodnie z poniższym opisem:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).
- Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radioceniującym zapobiegającym uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkluciu
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych:

- Zestaw dedykowany do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych w odcinku piersiowym
- Igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy G18x3 1/4" 1,3x80 mm
- Cewnik G20 – 0,45x0,85mm:
 - ✓ z poliamidu,
 - ✓ długość 100cm,
 - ✓ czytelne znaczniki długości, wtopione w materiał cewnika,
 - ✓ tulejka założona na cewnik ułatwiająca wprowadzenie go do igły Tuohy,
 - ✓ zamknięty koniec,
 - ✓ 3 otwory boczne, miękka końcówka,
 - ✓ łącznik cewnika.
- Płaski filtr 0,2 µm, wytrzymałość do 7 barów, objętość wypełnienia 0,45ml
- Strzykawka 10 ml, luer do metody spadku oporu (LOR)
- Samoprzylepny system mocowania filtra z zestawu.

Pytanie nr 34 dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści przewodnice do rurek intubacyjnych zgodnie z poniższym opisem:

ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2.0 mm	310 mm (±10)	250 mm (±5)	od 2,0 do 4,0
10 Fr	3.3 mm	390 mm (±10)	350 mm (±5)	od 4,5 do 6,5
14 Fr	4.7 mm	390 mm (±10)	355 mm (±5)	od 7,0 do 10,0

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości:

1.	O.D.– 2 – 2,2 – długość min. 230 mm
2.	O.D.– 3,0 – długość min. 340 mm
3.	O.D.– 4,0 – długość min. 340 mm
4.	O.D.– 4,0 – długość 600 mm
5.	O.D.– 5,0 – długość min. 370 mm
6.	O.D.– 5,0 – długość 600 mm

Pytanie nr 35 dot. pakietu 14

Czy Zamawiający dopuści matę chłonna na stół operacyjny; jałową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 8l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonna od góry

oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwale zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 60x38cm (52cm x 30cm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Mata absorpcyjna na rozlane wydzieliny nie sterylna na bloku operacyjnym rozmiar (35-40) x(70- 75) cm. wchłaniająca ok. 16 litrów płynów, zawierająca preparat żelujący w osłonie z włóknistej tkaniny.

Pytanie nr 36 dot. pakietu 15, poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę elektrod za opak. a'50 szt. przy zachowaniu odpowiedniej ilości.

Pytanie nr 37 dot. pakietu 17, poz.4-5

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowych 25G x 90mm ; 26Gx90mm z przewodnicą 20G/34mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga przewodnicy o długości 38 mm.

Pytanie nr 38 dot. pakietu 17, poz.6

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowych 27G x 90mm z przewodnicą 22G/34mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga przewodnicy o długości 38 mm.

Pytanie nr 39 dot. pakietu 17, poz.6

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowych w rozmiarze 26G x 120mm z przewodnicą 20G/34mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły o długości 130 mm z przewodnicą o długości 38 mm.

Pytanie nr 40 dot. pakietu 18, poz.1-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę kaniul za opak. a'100 szt. przy zachowaniu odpowiedniej ilości.

Pytanie nr 41 dot. pakietu 18, poz.7-12

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę kaniul za opak. a'50 szt. przy zachowaniu odpowiedniej ilości.

Pytanie nr 42 dot. pakietu 18, poz.3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 20G długość 32mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości 25 mm.

Pytanie nr 43 dot. pakietu 18, poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 18G długość 45mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli o długości 32-33mm.

Pytanie nr 44 dot. pakietu 18, poz.9

Czy Zamawiający dopuści kaniulę typu bezpiecznego w rozmiarze 20G długość 32mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli o długości 25mm.

Pytanie nr 45 dot. pakietu 18, poz.10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę typu bezpiecznego w rozmiarze 18G długość 45mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli o długości 32-33mm.

Pytanie nr 46 dot. pakietu 18, poz.16,18

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę koreczków za opak. a'50 szt. przy zachowaniu odpowiedniej ilości.

Pytanie nr 47 dot. pakietu 18, poz.18

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji o wytrzymałości ciśnieniowej 4 bary?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 48 dot. pakietu 18, poz.17

Czy zamawiający wydzieli poz.17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 49 dot. pakietu 18, poz.17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z

Przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak, przy zachowaniu odpowiedniej ilości

Pytanie nr 50 dot. pakietu 12

Czy zamawiający oczekuje strzykawki bursztynowej, w kolorze bursztynowym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje i wymaga strzykawki żółtej, do podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej.

Pytanie nr 51 dot. pakietu 12

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli będzie kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego pompami m.in. Braun i będzie spełniała wszystkie pozostałe parametry.

Pytanie nr 52 dot. pakietu 12

Czy zamawiający dopuszcza strzykawkę kompatybilną z pompami ASCOR?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli jest kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego m.in. pompami Braun.

Pytanie nr 53 dot. pakietu 18, poz.1-6

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 1-6 dopuści wycenę kaniul z filtrem hydrofobowym, z dwoma paskami RTG, z koreczkiem portu bocznego zamykanym standardowo. Rozmiary odpowiednio: 24Gx19mm, 22Gx25mm, 20Gx32mm, 18Gx45mm, 16Gx45mm, 17Gx45mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga min. 4 pasków RTG.

Pytanie nr 54 dot. pakietu 18, poz.17-10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 poz. 7-10 dopuści wycenę kaniul z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga metalowego zatrzasku.

Pytanie nr 55 dot. pakietu 18, poz.13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 poz. 13 dopuści wycenę kaniuli bezpiecznej bez portu bocznego wykonanej z poliuretanu, z zastawką oraz trzema paskami RTG, w rozmiarze 16Gx45mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga min. 4 pasków RTG.

Pytanie nr 56 dot. pakietu 18, poz.14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 poz. 14 dopuści wycenę kaniuli z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga metalowego zatrzasku.

Pytanie nr 57 dot. pakietu 18, poz.16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 poz. 16 dopuści wycenę kranika o wytrzymałości ciśnieniowej do 3 Bar?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga min. 3 bar.

Pytanie nr 58 dot. pakietu 18, poz.17

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 poz. 17 dopuści wycenę opakowania x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, przy zachowaniu odpowiedniej ilości.

Pytanie nr 59 dot. pakietu 18, poz.18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 poz. 18 dopuści wycenę kranika z przedłużką o wytrzymałości ciśnieniowej do 0,5 Bar, z optycznym identyfikatorem pozycji, z przedłużką bez dodatkowego portu iniekcyjnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, o wytrzymałości ciśnieniowej do 3 barów- poszczególne ujścia żeńskie zabezpieczone koreczkami - z przedłużką 7-8 cm, z dodatkowym portem do iniekcji, przestrzeń martwa max. 0.8ml

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62 dot. pakietu 4, projekt umowy § 2 ust. 3

Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości Przedmiotu Zamówienia w przypadku zmniejszenia się potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym minimalny łączny zakres Przedmiotu Zamówienia nie będzie mniejszy niż 80% wartości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64 dot. pakietu 4, projekt umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia

- w wysokości 0,1% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia,

2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad

- w wysokości 0,1% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,

3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt) za każdy przypadek,

4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 65 dot. pakietu 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści soczewkę do noszenia w trybie przedłużonym do 7 dni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga trybu noszenia do 30 dni.

Pytanie nr 66 dot. pakietu 18, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej kaniuli dożylniej posiadającej wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. Rozmiar 24G 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli z portem bocznym.

Pytanie nr 67 dot. pakietu 18, poz.1

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej kaniuli dożylniej posiadającej dodatkowo samozamykający się port do wstrzyknięć. Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji posiadająca 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz samozamykający się korek górnego portu. Pakowane w opakowanie typu Blister, Na opakowaniu podana nazwa materiału, widoczna data ważności. Kolor wg

norm ISO dotyczących kaniul. Zakończenie końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Pakowana po 50 szt w rozmiarze: 22G długość 25mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiaru 24G.

Pytanie nr 68 dot. pakietu 18, poz. 2,3,4,5,6

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej kaniuli dożylniej posiadającej dodatkowo samozamykający się port do wstrzyknięć. Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji posiadająca 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniul. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz samozamykający się korek górnego portu. Pakowane w opakowanie typu Blister, Na opakowaniu podana nazwa materiału, widoczna data ważności . Kolor wg norm ISO dotyczących kaniul. Zakończenie końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Pakowana po 50 szt w rozmiarach:

poz.2 22G (niebieski) długość 25mm,

poz.3 20G (różowy) długość 32 mm

poz. 4 18G (zielony) długość 32 mm

poz. 5 16G (szary) długość 45 mm

poz. 6 17G (biały) długość 45 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 dot. pakietu 18, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej bezpiecznej kaniuli dożylniej wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji, min 6 pasków radiocieniujących. Kaniula bez portu bocznego . Posiadająca mechanizm cofający igłę ,uruchamiany naciśnięciem przycisku, który obejmuje igłę w całości w rozmiarze 24G dł 19mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli z portem bocznym.

Pytanie nr 70 dot. pakietu 18, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej bezpiecznej kaniuli dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji (potwierdzone min 3 badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty).Posiadająca dodatkowo, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachłapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, opakowanie blister pack. Pakowane po 50szt. ,w rozmiarze 22G długość 25mm. ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 dot. pakietu 18, poz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej bezpiecznej kaniuli dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji (potwierdzone min 3 badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, opakowanie blister pack. Op. 50szt. ,w rozmiarach :

Poz8 22G(niebieski) dł. 25 mm

poz.9 :20G(różowy) dł. 32 mm

poz.10 18 G dł. 32 mm

poz.11 17G(biały) dł. 45 mm

poz.12 16G (szary) dł 45mm

poz.13 16 G (szary) dł. 45 mm

poz.14 18 G dł. 32 mm

poz.15 14 G (pomarańczowy) dł 45mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, poza pozycją 13-15 gdzie wymaga kaniuli bez portu.

Pytanie nr 72 dot. pakietu 18 poz. 1-15

Czy kaniule w poz. 1-15 mają pochodzić od jednego producenta?

Odp. Tak, mają pochodzić od jednego producenta.

Pytanie nr 73 dot. projekt umowy § 6 ust. 1 pkt.3

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1) z 500 zł na 200 zł za każdy przypadek.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 74 dot. projekt umowy § 6 ust.2

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 75 dot. projekt umowy § 5 ust.6 pkt.3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zamieszczenia numeru umowy na fakturze.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 76 dot. pakietu 18, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli z zastawką antyzwrotną, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga filtra hydrofobowego.

Pytanie nr 77 dot. pakietu 18, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli w rozmiarze 20G dł. 32mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarze 25mm.

Pytanie nr 78 dot. pakietu 18, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli w rozmiarze 20G dł. 45mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarze 25mm.

Pytanie nr 79 dot. pakietu 18, poz.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli w rozmiarze 14G dł. 45mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarze 32-33mm.

Pytanie nr 80 dot. pakietu 18, poz.17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wyceny za op. a'100 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opak. a'100 szt. przy zachowaniu odpowiedniej ilości.

Pytanie nr 81

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej ?

Odp. Umowa nie przewiduje określenia rodzaju transportu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.

Pytanie nr 82 dot. pakietu 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie absorbcyjnej maty podłogowej dwustronnej o chłonności ok. 33l/m²

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 dot. pakietu 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaferowania maty absorbcyjnej na rozlane płyny, która zawiera wysokochłonny środek żelujący zintegrowany z osłoną z włóknistej tkaniny na całej powierzchni maty?

Odp. Zamawiający oczekują.

Pytanie nr 84 dot. pakietu 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania maty absorpcyjnej na rozlane płyny, która posiada osłonę z włóknistej tkaniny na całej powierzchni maty zintegrowana z częścią wewnętrzną maty co wpływa na szybsze wchłanianie płynów do wnętrza maty?

Odp. Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 85 dot. pakietu 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje maty na rozlane płyny z marginesami ok 3cm, które ułatwiają szybkie, bezpieczne i higieniczne (bez kapania) usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów?

Odp. Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 86 dot. pakietu 1, poz.1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Redona o długości 70 cm wykonanych z PCV

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 dot. pakietu 1, poz.1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Redona o długości 50 cm wykonanych z PCV ze względu na to, że proponowany przez nas produkt w pozycji 7 posiada dodatkowo dren łączący o długości 100 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 dot. pakietu 1, poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego zestawu do drenażu ran składającego się z skalowanego mieszka 200 ml, z własnym systemem podwieszania, drenem łączącym 100 cm z klamrą zaciskową, uniwersalnego łącznika do drenów pooperacyjnych z możliwością zmiany średnicy bez konieczności docinania. Zestaw bez ftalanowy pakowany pojedynczo w torebkę foliową zgrzewaną, sterylizowany radiacyjnie.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełniają wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 89 dot. pakietu 1, poz.7

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw posiadał dren łączący?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 90 dot. pakietu 1, poz.7

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw posiadał uniwersalny łącznik do drenów z możliwością zmiany średnicy bez konieczności przycinania?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 91 dot. pakietu 16, poz.5

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez producenta prosimy o dopuszczenie małej szczoteczki do zębów z odsysaniem dla dzieci i dorosłych o małym otworze jamy ustnej oraz pacjentów ze szczękosciskiem, z co najmniej 3 otworami ssącymi, o długości do 14,1 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92 dot. pakietu 5

Prosimy o dopuszczenie pompy elastomerowej o prędkości przepływu 5 ml/h, objętości nominalnej 240 ml (max. 300 ml) i nominalnym czasie pracy 48 h.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93 dot. pakietu 5

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które jest wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie z zamkniętą linią infuzyjną).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94 dot. pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga także systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik elastomerowy z „czystego” poliizoprenu, bez domieszki silikonu i innych materiałów?

Jedynie poliizopren bez dodatków jest w pełni przepuszczalny dla gazów, dzięki czemu pęcherzyki powietrza, które mogą pojawić się podczas napełniania infuzora, w ciągu kilku godzin przechodzą przez elastomer do przestrzeni między balonem a butelką.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 95 dot. pakietu 5

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli opisując przedmiot: jednorazowy system transportu. Cytat: Każde urządzenie musi posiadać indywidualny, jednorazowy system transportu.

Odp. Wymagany jest systemu transportu do każdej zamówionej pompy elastomerowej.

Pytanie nr 96 dot. pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- Strzykawka do metody spadku oporu o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80mm
- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatrząskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych:

- Zestaw dedykowany do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych w odcinku piersiowym

- Iгла zewnętrzna ze szlifem Tuohy G18x3 1/4" 1,3x80 mm
- Cewnik G20 – 0,45x0,85mm:
 - ✓ z poliamidu,
 - ✓ długość 100cm,
 - ✓ czytelne znaczniki długości, wtopione w materiał cewnika,
 - ✓ tulejka założona na cewnik ułatwiająca wprowadzenie go do igły Tuohy,
 - ✓ zamknięty koniec,
 - ✓ 3 otwory boczne, miękka końcówka,
 - ✓ łącznik cewnika.
- Płaski filtr 0,2 µm, wytrzymałość do 7 barów, objętość wypełnienia 0,45ml
- Strzykawką 10 ml, luer do metody spadku oporu (LOR)
- Samoprzylepny system mocowania filtra z zestawu.

Pytanie nr 97 dot. pakietu 8, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 3,3?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga mniejszego rozmiaru 3,0.

Pytanie nr 98 dot. pakietu 8, poz.4

Czy Zamawiający dopuści długość 340 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długość 600 mm.

Pytanie nr 99 dot. pakietu 8, poz.5

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 4,7 oraz długość 340 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiar 5,0 długość 370 mm.

Pytanie nr 100 dot. pakietu 8, poz.6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 4,7 oraz długość 340 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiar 5,0 długość 600 mm.

Pytanie nr 101 dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści wykonane z metalu – aluminium?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga przewodnicy z metalu – mosiądzu.

Pytanie nr 102 dot. pakietu 16, poz.1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy istnej na 3 procedury o składzie:

- 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z co najmniej 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania i gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją, 1 gąbkę aplikator, 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku
- 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej

saszetce z perforacją, 1 gąbkę aplikator, 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku

- Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną literaturową skuteczności w redukcji VAP. Zestaw z opisem sugerującym kolejność stosowania pojedynczych niezależnych opakowań oraz z możliwością postawienia obok łóżka pacjenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie:

-2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z co najmniej 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator

-1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z ok. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator .

Każde pojedyncze opakowanie ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw z uchwytem do cewnika typu yankauer, z możliwością powieszenia na plastikowej zawieszce oraz numeracją sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Pytanie nr 103 dot. pakietu 16, poz.2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu:

- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z co najmniej 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania i gładką gąbką na górnej powierzchni,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją,
- 1 gąbkę aplikator z poprzednim pofałdowaniem,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku,
- Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną literaturową skuteczności w redukcji VAP?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu:

-1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z co najmniej 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem.

Każde pojedyncze opakowanie zestawu ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw będący elementem komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

Pytanie nr 104 dot. pakietu 16, poz.3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do zębów z odsysaniem z co najmniej 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania i gładką gąbką na górnej powierzchni, pakowana pojedynczo, wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIa?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Szczoteczka do zębów z odsysaniem:

- z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z co najmniej 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, pakowana pojedynczo, wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIa.

Pytanie nr 105 dot. pakietu 16, poz.5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur zawierający:

Dwa osobne opakowania o składzie:

- 1 standardowa szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni, długość 18 cm,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z roztworem nadtlenu wodoru w rozrywanej saszetce,
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, prostokątna,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;

Cztery osobne opakowania o składzie:

- 1 prostokątną gąbkę z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania, z dwoma otworami ssącymi oraz zagiętą końcówką,
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, prostokątna,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z roztworem nadtlenu wodoru w rozrywanej saszetce,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, opakowanie w formie wygodnego dyspensera, który można postawić na stoliku, opakowanie umożliwia wyciąganie zestawów w odpowiedniej kolejności?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:

-2 osobne opakowania każde zawierające: 1 małą szczoteczkę do zębów z odsysaniem dla dzieci i dorosłych o małym otworze jamy ustnej oraz pacjentów ze szczekościskiem, z co najmniej 3 otworami ssącymi, o długości do 13,75 cm, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, bez gąbki na górnej powierzchni, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z ok. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy do 12 mm

-4 osobne opakowanie zawierające 1 okrągłą gąbkę z odsysaniem o średnicy do 12 mm, z co najmniej 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z ok.2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy do 12 mm.

Każde pojedyncze opakowanie ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw ma posiadać uchwyt do cewnika typu yankauer, umożliwiać powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierać numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Pytanie nr 106 dot. pakietu 16, poz.5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur zawierający:

Dwa osobne opakowania o składzie:

- 1 standardowa szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni, długość 18 cm,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydy w rozrywanej saszetce,
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, prostokątna,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;

Cztery osobne opakowania o składzie:

- 1 prostokątną gąbkę z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania, z dwoma otworami ssącymi oraz zagiętą końcówką,
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, prostokątna,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydy w rozrywanej saszetce,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, opakowanie w formie wygodnego dyspensera, który można postawić na stoliku, opakowanie umożliwia wyciągnięcie zestawów w odpowiedniej kolejności?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:

-2 osobne opakowania każde zawierające: 1 małą szczoteczkę do zębów z odsysaniem dla dzieci i dorosłych o małym otworze jamy ustnej oraz pacjentów ze szczekościskiem, z co najmniej 3 otworami ssącymi, o długości do 13,75 cm, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, bez gąbki na górnej powierzchni, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z ok. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy do 12 mm

-4 osobne opakowanie zawierające 1 okrągłą gąbkę z odsysaniem o średnicy do 12 mm, z co najmniej 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z ok.2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy do 12 mm.

Każde pojedyncze opakowanie ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw ma posiadać uchwyt do cewnika typu yankauer, umożliwiać powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierać numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Pytanie nr 107 dot. pakietu 16, poz.5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur zawierający:

Dwa osobne opakowania o składzie:

- 1 standardowa szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni, długość 18 cm,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w rozrywanej saszetce,
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, prostokątna,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;

Cztery osobne opakowania o składzie:

- 1 prostokątną gąbkę z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania, z dwoma otworami ssącymi oraz zagiętą końcówką,
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, prostokątna,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w rozrywanej saszetce,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, opakowanie w formie wygodnego

dyspensera, który można postawić na stoliku, opakowanie umożliwi wyciągnięcie zestawów w odpowiedniej kolejności?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:

-2 osobne opakowania każde zawierające: 1 małą szczoteczkę do zębów z odsysaniem dla dzieci i dorosłych o małym otworze jamy ustnej oraz pacjentów ze szczekościskiem, z co najmniej 3 otworami ssącymi, o długości do 13,75 cm, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, bez gąbki na górnej powierzchni, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z ok. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy do 12 mm

-4 osobne opakowanie zawierające 1 okrągłą gąbkę z odsysaniem o średnicy do 12 mm, z co najmniej 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z ok.2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy do 12 mm.

Każde pojedyncze opakowanie ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw ma posiadać uchwyt do cewnika typu yankauer, umożliwiać powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierać numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Pytanie nr 108 dot. pakietu 16, poz.5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej bez uchwytu do yankauera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:

-2 osobne opakowania każde zawierające: 1 małą szczoteczkę do zębów z odsysaniem dla dzieci i dorosłych o małym otworze jamy ustnej oraz pacjentów ze szczekościskiem, z co najmniej 3 otworami ssącymi, o długości do 13,75 cm, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, bez gąbki na górnej powierzchni, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z ok. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy do 12 mm

-4 osobne opakowanie zawierające 1 okrągłą gąbkę z odsysaniem o średnicy do 12 mm, z co najmniej 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z ok.2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy do 12 mm.

Każde pojedyncze opakowanie ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw ma posiadać uchwyt do cewnika typu yankauer, umożliwiać powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierać numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Pytanie nr 109 dot. pakietu 16, poz.5

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do yankauera dołączony osobno?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:



Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:

-2 osobne opakowania każde zawierające: 1 małą szczoteczkę do zębów z odsysaniem dla dzieci i dorosłych o małym otworze jamy ustnej oraz pacjentów ze szczekościskiem, z co najmniej 3 otworami ssącymi, o długości do 13,75 cm, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, bez gąbki na górnej powierzchni, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z ok. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy do 12 mm

-4 osobne opakowanie zawierające 1 okrągłą gąbkę z odsysaniem o średnicy do 12 mm, z co najmniej 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, ok.7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z ok.2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy do 12 mm.

Każde pojedyncze opakowanie ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw ma posiadać uchwyt do cewnika typu yankauer, umożliwiać powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierać numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Pytanie nr 110 dot. pakietu 16, poz.6

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Yankauer bez osłonki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Cewnik typu yankauer:

- do odsysania jamy ustnej podczas czynności higienicznych, z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, łącznik "Y" do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka). Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIa, z potwierdzeniem możliwości bezpiecznego użytkowania przez 24 godziny.

Pytanie nr 111 dot. pakietu 16, poz.6

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Yankauer z miękką końcówką z PCV?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Cewnik typu yankauer:

- do odsysania jamy ustnej podczas czynności higienicznych, z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, łącznik "Y" do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka). Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIa, z potwierdzeniem możliwości bezpiecznego użytkowania przez 24 godziny.

Pytanie nr 112 dot. pakietu 16, poz.6

Czy Zamawiający dopuści produkt bez „łącznika „Y” do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka)”?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Cewnik typu yankauer:

- do odsysania jamy ustnej podczas czynności higienicznych, z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, łącznik "Y" do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka). Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIa, z potwierdzeniem możliwości bezpiecznego użytkowania przez 24 godziny.

Pytanie nr 113 dot. pakietu 16, poz.6

Czy Zamawiający dopuści perforowaną końcówkę do odsysania pola operacyjnego z rączką wyposażoną w regulowaną ręcznie kontrolę odsysania, zdjęcie poglądowe poniżej?



Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Cewnik typu yankauer:

- do odsysania jamy ustnej podczas czynności higienicznych, z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, łącznik "Y" do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka). Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIa, z potwierdzeniem możliwości bezpiecznego użytkowania przez 24 godziny.

**Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Słomiana**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489700