



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 06.12.2023r.

SA-381-19/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę implantów ortopedycznych”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy w pakiecie nr 10 w pozycjach od 6 do Zamawiający wyrazi zgodę na dosyłania „na zabieg” zestawów narzędziowych wraz z implantami w terminie uzgodnionym z Zamawiającym?	Zamawiający wyraża zgodę
2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w załączniku nr 2b i 2 C Wykaz kodów UDI oferowanych produktów Wykonawca dla oferowanego asortymentu w pakiecie nr 10 umieścił kody GTIN zamiast kodów UDI ?	Zamawiający wyraża zgodę ma umieszczenie w załączniku nr 2b i 2c kodów: kodu UDI-DI lub kodu GTIN, które służą do identyfikacji wyrobu oraz są przypisane do każdego oferowanego numeru katalogowego.
3	dotyczy Pakietu nr 24 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?	Zamawiający wyraża zgodę
4	Pakiet 13 Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 13 w ramach kategorii „Wertebroplastyka” Zestaw umożliwiający przeszskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów następujący jednorazowy zestaw zawierający: - igłę dostępową 10G - igły z końcówką trokarową oraz ściętą 11G lub 13G (w zestawie) umożliwiającą precyzyjne podanie cementu do całego trzonu, z możliwością doboru samej igły zgodnie z zapotrzebowaniem - dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy - pistolet podający (pompa hydrauliczna) posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	każdym pełnym naciśnięciu, dający możliwość obsługi systemu jedną ręką Cement PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowany razem z mikserem (ręczny), tym samym stanowiący produkt równoważny w zakresie właściwości określonych przez Zamawiającego, natomiast stanowiący inne rozwiązanie.	
5	<p>Pakiet nr 19 Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 19 Zestaw do kyfoplastyki balonowej (system do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa balonami i cementem w odcinku piersiowym i lędźwiowym). - sterylny zestaw umożliwiający leczenie złamań kompresyjnych trzonów kręgów poprzez stabilizację z możliwością zastosowania balonów na wielu poziomach u tego samego pacjenta wraz z kiurętą do przygotowania łoża dla balonów, - Cement PMMA dwuskładnikowy - Czas aplikacji 14-16 min - Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - Cement o konsystencji plasteliny, - Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa lub za pomocą standardowych podajników do cementu każdy po 1,5cc - Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast – siarczan baru) radiocieniujący cement kostny w formie proszku + lipidowy składnik płynny, - w zestawie 1 mikser do zarabiania i przenoszenia cementu kostnego (pakowany osobno lub z cementem) - w zestawie 2 igły do nakłucia trzonu, - w zestawie 2 kaniule robocze, - w zestawie 2 balony do odtworzenia wysokości trzonu, w rozmiarach 15mm i 20mm (w zależności od wyboru rozmiaru) - w zestawie 2 strzykawki do napełniania balonów – ciśnienie nie mniejsze niż do max. 400 psi i nie większe niż do max 700 psi, - w zestawie 6 igieł do podawania cementu – zestaw standardowy - dodatkowy adapter do mocowania na mikserze do natychmiastowego wypełnienia igieł, - zestaw biopsyjny składający się z igły trepanobiopsyjnej, pojemników na specimen, pęsety, igły do nakłucia trzonu, kaniuli roboczej - dodatkowo wybór 2 rodzajów cementu – dostępny cement PMMA i PMMA z hydroksyapatytem. Ssaki czarne matowione do mikrochirurgii kręgosłupa o</p>	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	średnicy 8,10 i 12 mm.	
6	<p>Pytanie do projektu umowy § 6:</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmian zapisu ust. 1 i dodanie informacji o terminie na zgłoszenie reklamacji: na: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej ilości lub wad jakościowych zakupionego asortymentu Zamawiający sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do wymiany asortymentu wadliwego na pozbawiony wad. Dla swojej ważności, reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie na formularzu Wykonawcy, w ciągu 24h od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych nieprawidłowościach, na adres e-mail: Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień pisemnego zawiadomienia (na podstawie formularza)”?</p>	Zgodnie z SWZ
7	<p>Pytanie do projektu umowy:</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższych zapisów:</p> <p>Dwa razy w roku Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Depozytu Wykonawcy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. W przypadku stwierdzenia braków inwentaryzacyjnych lub stwierdzenia, że raport zużycia został sporządzony, lecz niedostarczony Wykonawcy w terminie, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia właściwej faktury. Inwentaryzacje będą każdorazowo uzgadniane z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. Z przeprowadzonej inwentaryzacji Strony sporządzać będą właściwy protokół.</p>	<p>Zamawiający Modyfikuję załącznik nr 7 do SWZ – projekt umowy (paragraf 3) poprzez dodanie zapisu o treści:</p> <p>„Co najmniej raz w roku Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Depozytu Wykonawcy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. Inwentaryzacja będzie każdorazowo uzgadniana z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia braków inwentaryzacyjnych lub stwierdzenia, że raport zużycia został sporządzony, lecz niedostarczony Wykonawcy w terminie, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia właściwej faktury. Z przeprowadzonej inwentaryzacji Strony sporządzać będą właściwy protokół.”</p>
8	<p>Pytanie do projektu umowy:</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższych zapisów:</p> <p>Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w Depozycie i zwrotu Wykonawcy dostarczonego i niewykorzystanego</p>	<p>Zamawiający Modyfikuję załącznik nr 7 do SWZ – projekt umowy (paragraf 3) poprzez dodanie zapisu o treści:</p> <p>„Wykonawcy zobowiązany jest do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w Depozycie i do</p>



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	towaru nie później niż na co najmniej 30 dni przed upływem daty przydatności do użycia. Wykonawca w takich przypadkach zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2 dni roboczych towar na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji.	wymiany nie później niż na co najmniej 30 dni przed upływem daty przydatności do użycia / ważności / gwarancji."
9	Pytanie do projektu umowy: Zamawiający zobowiązuje się pobierać z Depozytu towary o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out). <ul style="list-style-type: none">W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru przed upływem daty ważności, taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w § 5 Umowy.	Zamawiający Modyfikuję załącznik nr 7 do SWZ – projekt umowy (paragraf 3) poprzez dodanie zapisu o treści: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać z Depozytu towary o najkrótszym terminie ważności. Wykonawcy zobowiązany jest do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w Depozycie i do wymiany nie później niż na co najmniej 30 dni przed upływem daty przydatności do użycia / ważności / gwarancji.”
10	Pytanie do projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu: „Zamawiający każdorazowo złoży u Wykonawcy zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: określając ilość i rodzaj Towarów Zamówionych”?	Zgodnie z SWZ
11	Pytanie do Projektu umowy §12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu: „Umowa została zawarta na czas od do lub do wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust 3, nie dłużej niż do czasu zawarcia kolejnej umowy na przedmiot zamówienia”?	Zgodnie z SWZ

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przejrzystości
Sybilie
Stefania Przybylska