

Wrocław, dn. 10.06.2020r.

dotyczy: **PN 20/20 - dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z osprzętem oraz mleka modyfikowane**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 18

Pakiet 49

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi bez opaski stabilizującej dren w opakowaniu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź nr 18: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy zadania 2, pozycja 5. Czy zamawiający dopuści opakowanie typu butelka?

Odpowiedź nr 19: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Do rozdziału 14 pkt 14.2 SIWZ: Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu dostawy poprzez wydłużenie terminu minimalnego do dwóch dni roboczych oraz terminu maksymalnego do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny.

Odpowiedź nr 20: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

Do pkt 5 ppkt 1 istotnych warunków umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów wynoszący minimum połowę terminu ważności dla danego produktu? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do pkt 5 ppkt 1 istotnych warunków umowy, podobnie jak Zamawiający uczynił to w przypadku pkt 5 ppkt 2 następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź nr 21: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

Do pkt 21 istotnych warunków umowy: Prosimy dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru."

Odpowiedź nr 22: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23

Do pkt 22 ust. 1 i 2 istotnych warunków umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? Ponadto, prosimy o rezygnację przez Zamawiającego z wymogu dostarczania przez Wykonawcę próbek nowego asortymentu w celu akceptacji zamiennika.

Odpowiedź nr 23: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24

Do pkt 26 istotnych warunków umowy prosimy o dodanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny.”.

Odpowiedź nr 24: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia na żądanie dokumentów dopuszczających do obrotu dla zaoferowanych produktów i zastąpienie ich oświadczeniem o ich posiadaniu i dostarczeniu na każde życzenie Zamawiającego?

Odpowiedź nr 25: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26

Zadanie nr 11

Pozycje 16; 17; 18; 19; 20

Czy Zamawiający dopuści diety o pojemności 500 ml w butelkach?

Butelki to nowy typ pojemnika wykonany z wysokiej jakości polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).

Korzyści związane ze stosowaniem diet w tego typu opakowaniu:

- ergonomiczny kształt butelki z chwytem umożliwiającym powieszenie na stojaku;*
- opakowanie zapewniające szczelność i trwałość;*
- lekkie opakowanie, nietłukące;*
- stabilna konstrukcja gwarantuje nieprzechylenie się postawionej butelki;*
- kompatybilność z systemem podaży grawitacyjnej oraz pompą do żywienia dojelitowego;*
- transparentna skala na boku butelki umożliwiająca monitorowanie poziomu płynu, zarówno w pionowym ustawieniu butelki, jak i do góry dnem;*
- identyczna kolorystyka opakowania jak ta zastosowana w workach monobag – szybka identyfikacja składu.*

Odpowiedź nr 26: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wyspecyfikowaną dietę w butelce typu Optri o pojemności 1000ml ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 27: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet 12 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby zagęszczacz do żywności oraz napojów nie zawierał skrobi? Preparat bez zawartości skrobi po dodaniu do napojów oraz pokarmów gwarantuje ich przejrzystość oraz pozwala zachować odpowiednią klarowność i konsystencję produktów - ma to szczególne znaczenie u osób z zaburzeniami połykania. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 28: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Pakiet 12 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje, że zaoferowana dieta będzie dostępna w co najmniej dwóch smakach? Im większa dostępność smaków preparatu doustnego, tym większy compliance pacjenta, co wpływa na skuteczność terapii.

Odpowiedź nr 29: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet 13 poz. 1

Czy zamawiający pisząc o diecie doustnej o zawartości białka min. 11g ma na myśli zawartość 11g białka /100ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 30: Zamawiający ma na myśli opakowania jednostkowe (porcję produktu). Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, że zaoferowana dieta będzie dostępna w co najmniej pięciu smakach? Im większa dostępność smaków preparatu doustnego, tym większy compliance pacjenta, co wpływa na poprawę stanu odżywiania i proces leczenia. Ma to szczególne znaczenie u pacjentów onkologicznych, u których często pojawia się problem braku apetytu i zmiany w odczuwaniu smaku.

Odpowiedź nr 31: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet 14 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby dieta dla pacjentów z cukrzycą zawierała nie więcej niż 12g węglowodanów na 100ml? Wysoka zawartość węglowodanów powoduje szybki wzrost glikemii, co jest bardzo niekorzystne dla pacjentów z cukrzycą.

Odpowiedź nr 32: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby wyspecyfikowana dieta w proszku zawierała zarówno białko kazeinowe jak i serwatkowe? Ze względu na połączenie obu rodzajów białek dieta zapewnia pacjentowi szybki wzrost stężenia aminokwasów we krwi - co zapewnia serwatka, jak i stopniowe, lecz długotrwałe utrzymanie ich poziomu we krwi - za co odpowiada kazeina. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 33: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet 50 poz. 1

Czy Zamawiający pisząc o wyspecyfikowanym zgłębniku, wymaga zgłębnik z min. 3 nieprzezroczystymi liniami, które gwarantują lepszą identyfikację położenia zgłębnika w promieniach RTG? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 34: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy zadania 5 poz. 26: Czy Zamawiający miał na myśli dietę bogatobiałkową o zawartości białka 3,8g/100ml?

Odpowiedź nr 35: Zamawiający dopuszcza dietę o zawartości białka 3,8g/100ml.

Pytanie nr 36

Dotyczy zadania 6 poz. 1-3, 12-14, 17-21, 23-27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych x 4 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź nr 36: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy zadania 6 poz. 11, 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych x 6 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź nr 37: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy zadania 6 poz. 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych x 3 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź nr 38: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy zadania 6 poz. 33: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków ochronnych pakowanych x 50 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź nr 39: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy zadania 7 poz. 1-4, 7, 8, 10-14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów leczniczych w opakowaniu x 10 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź nr 40: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy zadania 7 poz. 3, 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów leczniczych w opakowaniu x 20 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź nr 41: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Prosimy o podanie sposobu przeliczania w przypadku niepełnej ilości opakowań – do pełnego opakowania czy do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź nr 42: Prosimy o przeliczanie do pełnego opakowania.

Pytanie nr 43

Dotyczy zadania 8 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści Freka Tube FR8 – spełniającego opis, lecz o średnicy wewn. 1,9 mm zamiast 2,1 mm?

Odpowiedź nr 43: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy zadania 8 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści Freka Tube FR12 – spełniającego opis, lecz o średnicy zewn. 4 mm zamiast 3,9 mm?

Odpowiedź nr 44: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

Dotyczy zadania 8 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści Freka Tube FR12 – spełniającego opis, lecz o średnicy zewn. 4 mm zamiast 3,9 mm?

Odpowiedź nr 45: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46

Dotyczy zadania 8 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści Freka PEG-Set CH 20– spełniającego opis, lecz o średnicy wewn. 1,8 mm zamiast 1,4 mm?

Odpowiedź nr 46: Do pytania prawdopodobnie wkradł się błąd (w SIWZ jest mowa o 5 mm, nie 1,4 mm), dlatego Zamawiający nie jest pewny, o którą pozycję Oferent chciał zapytać i nie może się odnieść.

Pytanie nr 47

Dotyczy zadania 46: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów leczniczych w opakowaniu x 10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź nr 47: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający w punkcie 15 IWU wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe

Odpowiedź nr 48: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w pkt. 10 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź nr 49: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w pkt. 15.2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odpowiedź nr 50: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 51**Pakiet 16**

Systemu do utrzymania drożności dostępów naczyniowych w postaci ampułkostrzykawkę gotowych do użycia. Zestaw zawiera dwie ampułko-strzykawki z cytrynianem o stężeniu 4% i pojemności 3 ml w strzykawce 5ml. Łączna pojemność zestawu 6ml. Pakowane aseptycznie. Gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka. Możliwość użycia w jałowym polu.

Odpowiedź nr 51: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52**Pakiet 17**

Systemu do utrzymania drożności dostępów naczyniowych w postaci ampułkostrzykawkę gotowych do użycia. Zestaw zawiera dwie ampułko-strzykawki z cytrynianem o stężeniu 4% i pojemności 3 ml w strzykawce 5ml. Łączna pojemność zestawu 6ml. Pakowane aseptycznie. Gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka. Możliwość użycia w jałowym polu.

Odpowiedź nr 52: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53**Pakiet 18**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Strzykawki cewnikowej 100 ml, ze stożkową końcówką usytuowaną centralnie, z 2 końcówkami luer do opcjonalnego użycia, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, nazwa marki produktu na cylindrze, czytelna, czarna, skala nominalna i gumowa blokada tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu.

Odpowiedź nr 53: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54:

Pakiet 20. Poz. 1.

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz.1 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców
2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania łącznika bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

Odpowiedź nr 54:

Ad.1) Zamawiający wyraża zgodę.

Ad.2) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55

Pakiet 20. Poz. 2-4 :

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki doustnej 10ml oraz 20 ml z purpurowym tłokiem, skalowana w łyżeczkach ml, z zatyczką , sterylna, pakowana pojedynczo

Odpowiedź nr 55: Zamawiający prosi o wyjaśnienie czy pytanie dotyczy także pozycji 4 (strzykawka 60ml).

Pytanie nr 56

Pakiet 21

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki z solą fizjologiczną mają być sterylne wewnątrz i na zewnątrz?
2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki czy strzykawki z solą fizjologiczną mają być sterylizowane radiacyjnie ?

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki czy strzykawki z solą fizjologiczną mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka?

4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki z solą fizjologiczną mają posiadać opakowania umożliwiające otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiające otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania.

Odpowiedź nr 56:

Ad.1) Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.2) Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.3) Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.4) Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57

Pakiet 45

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylne, jednorazowego żółtego pudełka do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z boków, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność minimum 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier.

Odpowiedź nr 57: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58

Pakiet 47

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do bezpiecznego nabierania leków z fiolek i ze szklanych ampulek 18G, 1,2 x 40 mm , z filtrem 5 μ , dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu , gumy czy innych zanieczyszczeń , z ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze purpurowym/fioletowym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań z filtrem, sterylizacja tlenkiem etylenu.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowani igły w dwóch długościach 50mm i 40mm do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź nr 58:

Ad.1) Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.2) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i oczekuje igły o długości 40 mm.