

Wałbrzych, dnia 18.12.2023r.

DZPZ-530- Zp/79/PN/23

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy:* **Aksesoria i implanty do zabiegów artroskopowych - Zp/79/PN/23**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1. Dotyczy pakietu nr 9**

Czy w pakiecie nr 8 poz. 2 Zamawiający dopuści sterylną taśmę poliestrową o wymiarach 20mm x 800mm o otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy?

Przesyłam poprawione zapytanie do postępowania ZP/79/PN/23. Poprzednie zawierało błędny numer pakietu:

Czy w pakiecie nr 9 (Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych więzadeł i ścięgien) w poz. 2 Zamawiający dopuści sterylną taśmę poliestrową o wymiarach 20mm x 800mm o otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Zatwierdził :**  
**Zastępca Dyrektora**  
**ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**  
**Dominik Łoziński**