

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ
zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.119.2024.BR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa zbiornika do przechowywania próbek w ciekłym azocie dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.”

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy zamawiający nie popełnił błędu podczas tworzenia opisu zamówienia wpisując, że zbiornik ma być wykonany ze stali nierdzewnej? Wszystkie dostępne produkty na rynku o takich parametrach są wykonane z aluminium. Czy zamawiający dopuści ofertę zbiornika wykonanego z aluminium, reszta parametrów jak w opisie bez zmian.	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 1 załącznika nr 6 do SWZ.
2.	Dot. OPZ, pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści zbiornik wykonany ze wzmocnionego aluminium, spełniający wszystkie pozostałe wymagane parametry? Zbiorniki aluminiowe są powszechniejszym i lepszym rozwiązaniem ponieważ są lżejsze i łatwiejsze do utrzymania w czystości.	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 1 załącznika nr 6 do SWZ.

W związku z udzieleniem wyjaśnień, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, następująco:

Pozycja 1 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ:

było:

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności co najmniej 170 litrów, umożliwiający zaawansowaną izolację próżniową ze statyczną szybkością parowania ciekłego azotu mniejszą niż 1 litr/dzień.

zapis zostaje zmieniony na:

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej **lub wzmocnionego aluminium** o pojemności co najmniej 170 litrów, umożliwiający zaawansowaną izolację próżniową ze statyczną szybkością parowania ciekłego azotu mniejszą niż 1 litr/dzień.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ o nazwie „**Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 23.09.2024 r.**”, który zastępuje dotychczasowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem