



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970

e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 76 723 000,00 zł



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, 25.05.2023r.

Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 23/SMED/DCZP/2023/P

dot. „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o.”

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Oferentów:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 4

Prosimy o dookreślenie czy Zamawiający ma na myśli złącze Transition Connector to EnLock/Funnel Tube przeznaczone do połączenia zestawu do podaży dojelitowej z końcówką ENFit z żeńskimi łącznikami typu Oral/ENLock lub z miękkim lejkiem zgłębnika dojelitowego? Czy złącze Transition Connector to Oral/Luer Syringe przeznaczone do połączenia męskiej końcówki typu Oral/Luer ze zgłębnikiem dojelitowym ENFit?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycja nr 4 w zadaniu nr 3 ma być kompatybilna z pozycją 3 i 5.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opakowania handlowego zawierającego 30 sztuk produktu? Produkt jest dostępny wyłącznie w opakowaniu handlowym zawierającym 30 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający o wykreślenie z pakietu 3 pozycja 3 zgłębnika w rozmiarze 14/110 i utworzenie oddzielnej pozycji zawierającej ten rozmiar zgłębnika. Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pozycji 3 zgłębnika w rozmiarze 14/110 i dopuści do wyceny zgłębnik z przewodnicą oraz łącznikiem - do żywienia dożołądkowego z dodatkowym portem do odbarczania żołądka? Zgłębnik wykonany z miękkiego poliuretanu, elementy zgłębnika nie zawierają DEHP i lateksu, przewód posiada centymetrową podziałkę, co ułatwia mierzenie głębokości wprowadzania zgłębnika oraz linie kontrastujące w promieniach RTG; produkt sterylny; przewodnica umożliwiająca wprowadzenie zgłębnika do przewodu pokarmowego; końcówka zgłębnika z czterema bocznymi otworami oraz otworem kończącym

przewód zgiębnika; oznaczony znakiem CE; sterylizowany tlenkiem etylenu; Port żywieniowy z łącznikiem umożliwiającym połączenie z zestawem do żywienia lub/i strzykawką. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie ilości produktu do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.