



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

<http://www.spzozwolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 30. czerwca, 2020 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/147/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn:

„**Zadanie I:** Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego.

Zadanie II: Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oznaczeń immunochemicznych

dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Wolsztynie [PN/11/2020]

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843), Zamawiający modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:

1. **załącznika nr 3A do SIWZ-Pakietu 1:**

➤ **pkt. 1 i 28 parametrów granicznych;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora używanego oraz UPSa używanego z 2019 r, po pełnym przeglądzie serwisowym.

➤ **PKT. 15,** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego odczynnika, który przed wstawieniem do analizatora wymaga przelania jego całej zawartości do odpowiedniej kasety (bez konieczności odmierzenia jakichkolwiek objętości) spełniającego pozostałe warunki

2. **Pakiet nr 2 ZAMAWIAJĄCY** dopuszcza zaoferowanie odczynników, które w dniu dostawy będą posiadały datę przydatności do użytku nie krótszą niż 4 miesiące, a dla jednego odczynnika anty-SARS-CoV-2, tymczasowo wynosił 2 m-ce.

3. **Pakietu 2 parametry graniczne zał. nr 3B, pkt 13**, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników z 2 miesięcznym okresem ważności po otwarciu.

1. Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć:

06.07.2020 r. godz. 11:00.

2. Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:

06.07.2020 r. godz. 11:15.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Monko

Załączniki:

Zmodyf. Załącznik nr 3A i 3B do SIWZ

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

