



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 11.08.2023 r.

**Do wszystkich  
Uczestników postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2023/S 151-481400 z dnia 08.08.2023 r.**

**Znak sprawy – PN-58/2023 – Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

**Dotyczy pakietu 7. Pakiet 7- wózek anestezjologiczny Pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny szafka z 5 szufladami wysokość frontów (od dołu): 23cm, 11cm, 11cm, 11cm, 11cm ?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy pakietu 7. Pakiet 7- wózek anestezjologiczny Pkt. 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny wyposażony w:

- plastikowy blat wysuwany z boku wózka
- 2 x szyna instrumentalna do mocowania akcesoriów dodatkowych
- 1 x metalowa nadstawka anestezjologiczna na lekarstwa, przezroczyste pojemniki 10 szt – 2 rzędy po 5 kuwet,
- 1x wieszak kroplówki o stałej wysokości, głowica z 2 haczykami
- dwa plastikowe kosze na odpady o pojemności 6l
- 1x druciany kosz na rękawiczki lub na pojemnik na zużyte igły
- 1 x pojemnik na zużyte igły
- 5xwyciągane podziałki do szuflad
- 1x pojemnik na cewniki w postaci plastikowej tuby
- 1x plastikowy uchwyt do prowadzenia wózka

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy pakietu 7. Pakiet 7- wózek anestezjologiczny Pkt. 3.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny z dwoma szynami na akcesoria dodatkowe. Szyny mocowane do wózka za pomocą aluminiowych kostek kluczem imbusowym?

#### **Pytanie 4**

##### **Dotyczy pakietu 7. Pakiet 7- wózek anestezjologiczny Pkt. 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny z blatem z stali nierdziennej, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 80 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 5**

##### **Dotyczy pakietu 7. Pakiet 7- wózek anestezjologiczny Pkt. 5.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego konstrukcja opiera się na 4 szarych, solidnych kolumnach aluminiowych, szare ściany boczne i tylna wykonane są z lekkiego, nierdzewnego kompozytu aluminium, natomiast fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 6**

##### **Dotyczy pakietu 7. Pakiet 7- wózek anestezjologiczny Pkt. 5.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego konstrukcja opiera się na 4 szarych, solidnych kolumnach aluminiowych, szare ściany boczne i tylna wykonane są z lekkiego, nierdzewnego kompozytu aluminium, natomiast fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo w kolorze czerwonym?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 7**

##### **Dotyczy pakietu 7. Pakiet 7- wózek anestezjologiczny Pkt. 6.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny w którym, korpus nadstawki lakierowany jest proszkowo na biało, nadstawka z 10 uchylnymi plastikowymi do przechowywania leków?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 8**

##### **Dotyczy pakietu 7. Pakiet 7- wózek anestezjologiczny Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny z podstawą ABS w kolorze szarym, z wyprofilowanymi nad każdym z kół odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 9**

##### **Dotyczy pakietu 7. Pakiet 7- wózek anestezjologiczny Pkt. 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny o wymiarach

- Szerokość: 650 mm
- Głębokość 475 mm
- Wysokość: 960 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 10**

##### **Dotyczy pakietu 7. Pakiet 7- wózek anestezjologiczny Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny o wymiarach szafki

- Szerokość: 650 mm
- Głębokość 475 mm
- Wysokość: 830 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 11**

##### **Dotyczy pakietu 7. Pakiet 7- wózek anestezjologiczny Pkt. 11.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny o wymiarach powierzchni użytkowej szuflad

Wymiary powierzchni użytkowej szuflad: - przy wysokości frontów 4x 110 mm: 480x 9 mm - przy wysokości frontu 1x230 mm: 480x360x210mm?

## **Wózek szpitalny anestezjologiczny JDEMZ (5 szufladowy)**

**Wózek anestezjologiczny** przeznaczony jako wyposażenie:

- oddziałów anestezjologicznych
- sal operacyjnych
- sal oddziałowych

### **Wymiary:**

- Szerokość: 650 mm
- Głębokość 475 mm
- Wysokość: 960 mm

### **Wykonanie wózka:**

Konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych. Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego. Stabilna konstrukcja nadstawki wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym. 10 uchylnych plastikowych pojemników w nadstawce.

- Wózek anestezjologiczny pięcio-szufladowy.
- górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej
- Płyta tylna i boczne wykonane z kompozytu aluminium - uchwyty szuflad wykonane z ABS
- trzy szuflady z wewnętrznymi przegródkami służącymi do segregacji leków
- maksymalna nośność szuflady 20 kg
- całkowita ładowność wózka 80 kg.
- Nośność blatu bocznego: 10 kg,
- odporność na korozję i łatwe czyszczenie
- Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka)
- Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego - lakierowane proszkowo
- Wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (o średnicy  $\Phi 100\text{mm}$ ) 2 kółka z blokadą jazdy.
- Wysokość szuflad (od dołu): 23cm, 11cm, 11cm, 11cm, 11cm

**Wyposażenie standardowe:** - metalowa nadstawka anestezjologiczna na lekarstwa (Przezroczyste pojemniki),

- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka,
- dwa kosze na odpady
- druciany kosz a w nim pojemnik na zużyte igły



**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**