



Gliwice 2020-08-11

nr sprawy: 225/PN/20

Wyjaśnienia do złożonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ dot. postępowania na dostawy sprzętu jednorazowego do ablacji

1. Dotyczy pakietu nr 2 Pytanie 1. Pkt 1: Czy Zamawiający wymaga 1 czy 2 średnic cewnika balonowego do wyboru?
  - **Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych średnic do wyboru.**
2. Dotyczy pakietu nr 2 Pytanie 2. Pkt 5: Czy Zamawiający wymaga 1, 2 czy 3 średnic cewnika diagnostycznego do wyboru?
  - **Zamawiający wymaga zaoferowania trzech różnych średnic do wyboru.**
3. Dotyczy pakietu nr 2 Pytanie 3. Pkt 7: Czy Zamawiający planuje dzierżawę kriokonsoli w formule miesięcznej czy sesyjnej?
  - **Zamawiający postanawia w zakresie pakietu 2 o zmianie sposobu dzierżawy kriokonsoli: z systemu miesięcznego na 12 sesji. W związku z powyższą zmianą Zamawiający w załączeniu przekazuje poprawiony formularz asortymentowo-cenowy.**
4. Dotyczy pakietu nr 2 Pytanie 4 dotyczy umowy (warunki dzierżawy) §7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację umowy w & 7pkt 1  
z: "1. Kriokonsola oraz system elektrofizjologiczny wraz z generatorem prądu RF (zwane dalej aparaturą) będące przedmiotem umowy są nowe lub używane, wyprodukowany w roku .... (zostanie uzupełnione po wyborze oferty dla danego pakietu), zostaną zainstalowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w terminie do 7 dni od podpisania umowy we wskazanym pomieszczeniu pracowni hemodynamiki Zamawiającego i przez cały okres obowiązywania umowy pozostaje własnością Wykonawcy, który ponosi też odpowiedzialność za sprawne i prawidłowe działanie analizatora."

na:

"1. Kriokonsola oraz system elektrofizjologiczny wraz z generatorem prądu RF (zwane dalej aparaturą) będące przedmiotem umowy są nowe lub używane, wyprodukowany w roku .... (zostanie uzupełnione po wyborze oferty dla danego pakietu), zostaną zainstalowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w terminie do 7 dni od podpisania umowy we wskazanym pomieszczeniu pracowni hemodynamiki Zamawiającego.

Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca ma pełne prawo rozporządzania sprzętem, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy i ponosi też odpowiedzialność za sprawne i prawidłowe działanie analizatora."

- **Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę brzmienia §7 ust.1 wzoru umowy.**

5. Dotyczy: Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 w formularzu cenowym wpisując 4 ma na myśli liczbę miesięcy najmu systemu?

- **Zamawiający potwierdza.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach  
Sp. z o.o.  
*Przemysław GLIKLICH*