



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn  
tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzowolsztyn.pl

<http://www.spzowolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 23 lipca, 2020 r.

## Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/169/2020

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn: 36 miesięczna dzierżawa co najmniej 64 rzędowego tomografu komputerowego dla Pracowni T/K; PN/13/2020.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843), Zamawiający modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:

1. **SIWZ, Rozdział III – OPZ, pkt. 3 h), pkt. 4 i)** oraz z Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy, Zamawiający wykreśla wyrażenie „serwis producenta”
2. Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy, Zamawiający zmienia oświadczenie w zakresie serwisowania na: „Oświadczam, że zapewniamy serwis urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, który wykonywać będzie \_\_\_\_\_.”
3. **SIWZ, Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1, ppkt. 2 c)** – Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów komputerowych potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez podmioty zajmujące się szkoleniem serwisantów aparatury medycznej.
4. **SIWZ Rozdział XIV OPZ, Kryterium 3- termin dostawy na:**

**Termin dostawy - obejmujący dostawę, instalację, uruchomienie, adaptację pomieszczenia Pracowni TK, wykonanie projektów, testów, szkoleń o których mowa w Rozdz. III, pkt. 4 SIWZ oraz uzyskanie zgody na użytkowanie:**

Ocenie podlegać będzie termin dostawy TK zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Maksymalnie w kryterium można uzyskać **20 pkt.**

Zamawiający wymaga aby maksymalny termin realizacji wynosił **45 dni roboczych**. W podany termin został wliczony 30 dniowy termin na uzyskanie stosownego pozwolenia SANEPID-u.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres realizacji dostawy to przygotowuje ofertę niezgodnie z siwz i spowoduje jej odrzucenie.

W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje termin dostawy na **45 dni roboczych**.

LP	Termin realizacji (Dostawa TK)	Przyznane punkty
1	45 dni roboczych	0 pkt.
2	40 dni roboczych	10 pkt.
3	35 dni roboczych	20 pkt.

5. załącznika nr 2 do SIWZ- parametry graniczne TK:

- punkt 1- gantry i stół, Zamawiający zmienia zapis na: „Zakres skanowania  $\geq 1700$  mm”



- **Punkt 8 – gantry i stół**, Zamawiający dopuszcza aparat o maksymalnej wysokości stołu równej 991mm,
- **Punkt 13 - gantry i stół**, Zamawiający modyfikuje pkt. 13 na: Kolimacja min.: 0,625mm, 1,25mm, 2,5mm, 5,0 mm, \*
- **Generator i lampa, pkt. 5, Zamawiający wykreśla pkt.:** „prędkości rotacji anody min 6100 rpm”
- **Generator i lampa, pkt. 10; Zamawiający wymaga systemu automatycznej zmiany ogniska**
- **Opisowa konsola lekarska, pkt. 12, Zamawiający wykreśla zapis:** „oprogramowanie do wizualizacji jamy ustnej”.

1. Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć:  
29.07.2020 r. godz. 11:00.
2. Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:  
29.07.2020 r. godz. 11:15.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

*Dr Karol Mońko*  
**Dr Karol Mońko**  
**specjalista radiologii**  
**i diagnostyki obrazowej**  
**2315692**

Z wyrazami szacunku  
**Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie**  
**Karol Mońko**

**DYREKTOR**

*Karol Mońko*

Załączniki:  
 Zmodyf. Załącznik nr 2 do SIWZ  
 Zmodyf. Załącznik nr 1 do SIWZ

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

