



SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

e-mail: marta.kieras@barlicki.pl

Tel. 42 677-68-24

Łódź, 07.02.2024 r.

Znak sprawy: 16/TP/ZP/D/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa aparatów do hemodializy”.

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w Lp.12 precyzyjną metodę pomiaru ultrafiltracji- metodę objętościową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w Lp.18 płynną regulację przepływu pompy krwi w pełnym zakresie - minimalny zakres regulacji od 30 – 600 ml / min ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w Lp.36 najbardziej ergonomiczny system blokowania kół -centralny system blokowania kół?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w Lp.46 automatyczną regulację okluzji rolek pompy krwi [bez konieczności dokonywania ręcznych regulacji]?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w Lp.47 całkowicie automatyczną dezynfekcję całego aparatu HD, tzn. zamknięty obieg do automatycznej dezynfekcji aparatu HD razem z automatyczną dezynfekcją zintegrowanych z aparatem ssawek [bagnetów] do płynnych koncentratów w kanistrach?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionego towaru w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego towaru
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu reklamowanego towaru w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego towaru.
3. W razie rozwiązania umowy z przyczyn określonych w §7 ust. 2, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto określonej w § 2 ust. 1 pkt 1.1.

4. Wykonawca w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 2 umowy zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 250 zł za każdy stwierdzony przypadek. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z fakturą VAT potwierdzenie dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy z uwzględnieniem dokonanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy, o ile dotyczy

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania obowiązku określonego w § 1 ust. 8 umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdej deklaracji i certyfikatu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego opóźnione dokumenty dotyczą. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w razie, gdyby kara umowna nie pokryła poniesionej przez Zamawiającego z w/w tytułu szkody (w szczególności nałożonych na Zamawiającego przez uprawnione organy lub podmioty kar), będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

do pakietu na 6 aparatów (1a1):

ad. 36. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z systemem indywidualnej blokady kół zamiast wymaganego centralnego system blokowania kół?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

do pakietu na 4 aparaty (1a2):

ad. 12. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z kontrolowaną w sposób ciągły ultrafiltracją – objętościowa metoda pomiaru?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

do pakietu na 4 aparaty (1a2):

ad. 46. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z automatyczną regulacją okluzji rolek pompy krwi?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 aparatów do hemodializy o parametrach równoważnych jak niżej:

Ad. 18 Płynna regulacja przepływu pompy krwi w pełnym zakresie – minimalny zakres regulacji od 50 – 600 ml/min.

Ad. 24 Temperatura poboru wody minimum 10 – 30 °C.

Ad. 36 Indywidualny system blokowania kół.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 2 aparatów do hemodializy o parametrach równoważnych jak niżej:

Ad. 18 Płynna regulacja przepływu pompy krwi w pełnym zakresie – minimalny zakres regulacji od 50 – 600 ml/min.

Ad. 24 Temperatura poboru wody minimum 10-30 °C.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 60 dni (rozd. III pkt. 1 ppkt. 1.1)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu wskazanego w par.5 ust.4 lit.d. wzorca umowy poprzez zastąpienie dotychczasowego postanowienia następującym:

„d. w przypadku przekroczenia terminu 14 dni roboczych na naprawę Wykonawca dostarczy bezpłatnie sprzęt zastępczy; w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej za opóźnienie ani zwłokę w naprawie sprzętu w miejsce którego wstawiono sprzęt zastępczy”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.