



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Bydgoszcz, dnia 18.07.2024 r.

Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego” (RZP.243.26.2024)

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego o następującej treści:

PYTANIE 1

Pytania do cz. 3 Wirówka.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z zakresem obrotów 200-18000rpm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wirówkę z zakresem obrotów 200-18000rpm.

PYTANIE 2

Pytania do cz. 3 Wirówka.

Czy zamawiający dopuści zamiast rotora 12x25ml rotor kątowy 10x50ml z adapterami 25ml? Parametry proponowanego rotora to max RPM 10500 oraz maksymalne przyśpieszenie 16022 g

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rotor kątowy 10x50ml z adapterami 25ml

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SWZ.

Zamawiający

.....