

Konin, 25.07.2024r

WSZ-EP-25/906/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy postępowania: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w ramach doposażenia
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie nr sprawy:
WSZ-EP-25/2024**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 13

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „*SWZ*”.

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kopuły głównej wyposażonej w 24 diody LED, kopuła satelitarna w 12 diód LED.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści, czasze w kształcie wieloboku foremego o średnicy max. 700 mm z wyraźnie wydzielonymi sekcjami diód LED o grubości czaszy max. 15 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści wskaźnik oddawania barw Ra Min. 95?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 Min. 90?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następujących parametrów: temperatura barwowa regulowana od 3900K do 5100K w sposób skokowy w 3 poziomach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego rozwiązania: panel sterowania w formie podświetlanej klawiatury dotykowej zapewniającej szeroki kąt widzenia z przyciskami zmywalnymi odpornymi na działanie środków dezynfekujących.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następujących parametrów: rozmiar plamy regulowany w sposób skokowy w min. 5 poziomach w zakresie od 20 cm do 25 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie dotyczące sterowania obiema kopułami (głównej oraz satelitarnej) z poziomu dotykowego panelu ściennego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych (wykreśla parametr). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 20,21 Prosimy o dopuszczenie parametrów dotyczących wgłębności oświetlenia L1+L2 (20%) dla kopuły głównej i satelitarnej min.1050 mm w pracy standardowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w parametrze numer 20 oraz wykreśla parametr numer 21.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Umowa – Par. 5 – pkt. 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych. Umowa – kary – par. 6. Pkt. 1, 1), pkt. 1, 2) – prosimy o obniżenie kar do 0,5%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia

Sporządziła: K. Lewandowska