



**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27
72 – 300 Gryfice

Nasz znak
SPZZOZ/67/1/23

Data
Gryfice 2023-12-12

Sprawa dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawę nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach – powtórzenie”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy pakietu nr 3, cz. 1, poz. 2 i 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast w pozycji nr 2 zaoferować Zamawiającemu szew bez powleczenia antybakteryjnego w pozycji 3? Pozostałe parametry oferowanych produktów bez zmian.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy pakietu nr 3, cz.2, poz. 10 i 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast w pozycji nr 10 zaoferować Zamawiającemu szew bez powleczenia antybakteryjnego w pozycji 11? Pozostałe parametry oferowanych produktów bez zmian.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania w formularzu asortymentowo-cenowym średnicy igły wyrażonej w mikronach? Pozostałe parametry oferowanych produktów bez zmian.

ODP.: Tak.

1. Czy w Pakiecie nr 1 pozycja 1 Zamawiający dopuści nić 10/0 z igłą o średnicy 140mikronów?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w Pakiecie nr 1 złożono próbkę do pozycji nr 1?

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy w Pakiecie nr 1 pozycja 4 Zamawiający dopuści nić 10/0 polipropylenową o dł. 20cm z dwoma igłami prostymi o dł. 16mm, typu „spatula side cut” o przekroju jak na rys.: ?





ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew ze szpatułką o długości 2 x 6 mm, 3/8 koła oraz średnica 150 µm?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew ze szpatułką o długości 6 mm, 3/8 koła oraz średnica 150 µm?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nić niewchłaniającą, syntetyczną, monofilamentową, polipropylenową, niepowlekaną, do zaćmy, kolor czarny, dł. nitki 25 cm, grubość 10/0 z dwiema igłami szpatułkowymi prostymi?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści nić niewchłaniającą, syntetyczną, plecioną, poliestrową, powlekaną silikonem?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm wszędzie tam, gdzie wymagana jest igła 31 mm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm wszędzie tam, gdzie wymagana jest igła 37 mm?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca czarna”?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.





Pakiet 3, poz. 1-11

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, syntetyczny monofilamentowy polidoksanon, wchłaniający w okresie 180-210 dni?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia ważnej oferty na Pakiet 3 z pominięciem pozycji 1, 2 („bezwzględne urządzenie do kontrolowanego zamykania ran...”)

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

1. Dotyczy pakietu nr 3, cz. 1, poz. 1:

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia próbki materiału szewnego z tej pozycji?

Pozostałe parametry oferowanych produktów bez zmian

ODP.: Tak.

**p. o. DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach**

Danuta Kowalewska

