

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na: Przeгляд Sprzętu medycznego maj/czerwiec 2024r.

1. Dotyczy Formularza Ofertowego – dla pozycji „Wiertarka ortopedyczna GA672 B.Braun”

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład pozycji „Wiertarka ortopedyczna GA672 B.Braun”

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny).

W skład w/w zestawów z pewnością wchodzi różne elementy jak np.: nasadki wiertarskie, frezarskie, akumulatory, ładowarka, itp. Każdy z tych elementów musi zostać wyceniony osobno. W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty cenowej.

Zamawiający przedstawia odpowiedź w poniższej tabelce:

Nazwa produktu	Produkt	Nr seryjny	Producent	Grupa produktowa
ACCULAN 3TI WIERTARKA I FREZARKA	GA672	8918	Aesculap AG	Zestaw Acculan 3Ti
ACCULAN 3TI AKUMULATOR NIMH	GA676	43685	Aesculap AG	Zestaw Acculan 3Ti
ACCULAN 3TI NASAD.WIERTN.OPR.TRÓJSZ.DUŻY	GB638R	12499	Aesculap AG	Zestaw Acculan 3Ti
ACCULAN 3TI NASADKA DRUTU SZPIKOW.UNIW.	GB643R	8290	Aesculap AG	Zestaw Acculan 3Ti
ACCULAN 3TI ŁADOWARKA	GA677	12951	Aesculap AG	Zestaw Acculan 3Ti

2. Dotyczy Zapytania Ofertowego - dla pozycji „Wiertarka ortopedyczna GA672 B.Braun”

Prosimy o dodanie zapisu: „Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przeglądów w siedzibie Wykonawcy. W przypadku wykonania usługi w siedzibie serwisu, Wykonawca użyje sprzęt zastępczy w celu utrzymania ciągłości pracy.”

Powyższa prośba wynika z faktu, że część usług przeglądów z powodów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych może być wykonana tylko w serwisie Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przeglądów w siedzibie Wykonawcy.

W przypadku wykonania usługi w siedzibie serwisu, Wykonawca użyje sprzęt zastępczy w celu utrzymania ciągłości pracy. Pytanie dotyczy -dla pozycji: Wiertarka ortopedyczna GA672B.Braun.

3. Dotyczy Zapytania Ofertowego, pkt. 2 - dla pozycji „Wiertarka ortopedyczna GA672 B.Braun”

Czy Zamawiający jest w stanie przysłać zlecenie przed upływem terminu realizacji Przeglądu Sprzętu Medycznego (Maj) do 23.05.2024r.?

Zamawiający jest w stanie przysłać zlecenie na 14 dni przed upływem terminu realizacji Przeglądu Sprzętu Medycznego.