



## BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej <sup>A</sup>

43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18

Centrala ul. Wyzwolenia 18 tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 816 43 70 fax. 33 816 44 01

Centrala ul. Wyspiańskiego 21 tel. 33 827 25 00 Sekretariat 33 827 25 01 fax. 33 8272505

Centrala ul. Emilii Plater 17 tel. 33 819 87 60

Bielsko-Biała, dnia 28.07.2023r.

DZP.271.28.2023-12

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.28.2023**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo – cenowego w zakresie Pakietu nr 15 poz. 22 nadając mu brzmienie:

Pakiet nr 15 poz. 22 kolumna nr 3 „Opis przedmiotu zamówienia”:

„Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m<sup>2</sup> o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup> w. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, rękawy i troki w strefie krytycznej klejone. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat.

Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 171 0cmH<sub>2</sub>O, mniej krytycznej min. 22cmH<sub>2</sub>O. Wytrzymałość dla powierzchni krytycznych na wypychanie na mokro min. 40 kPa - parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje odpowiedź na zapytanie z dnia 19.07.2023 r. (Znak pisma DZP.271.28.2023-8) w zakresie odpowiedzi na zapytanie dotyczące Pakietu nr 15 poz. 22 na: Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha sterylnego o powyżej opisanych parametrach.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymorgen



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647  
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375  
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl

