



Szp-241/ZP -015/181 /2024

Wrocław, dnia 03.04.2024 r.

### INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „ *Dostawa leków różnych, w tym antybiotyków, żywienia pozajelitowego i wyrobów medycznych okulistycznych* „

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 47, pozycja 1i2 Wodę do irygacji w opakowaniach pour bottle- w kwadratowej odkręcanej butelce, gdzie konstrukcja szyjki uniemożliwia kropli wylanego płynu potoczenie się po zewnętrznej ścianie butelki? . Butelka kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego. Zgodnie z zaleceniami producenta, nie należy zakładać ponownie, raz zdjętej osłonki.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.***

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w par. 3.6 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

#### **Pytanie nr 3**


Czy Zamawiający wykreśli w par. 3.7 zapis o numerze zamówienia umieszczanym na fakturze? Wygenerowanie tego zapisu w systemie wymaga indywidualnej ingerencji, nie jest możliwe systemowo, co komplikuje i utrudnia obsługę księgową transakcji.

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w par. 13.9 dopisze, że wskutek zastosowania tych wskaźników cena towaru nie może spaść poniżej ceny ofertowej lub innej, proponowanej w danym momencie zgodnie z umową? Praktyka wykazuje, że Zamawiający w przypadku obniżenia ‘wskaźnika inflacji’ żądają obniżenia cen dostarczanych produktów. Rozumowanie takie jest jednak całkowicie błędne, gdyż w Polsce nie mamy – i długo nie będziemy mieć do czynienia – z deflacją. Niższy wskaźnik w kolejnym okresie oznacza w istocie, w obecnym okresie, że wyhamowało tempo inflacji, ale nie, że ceny spadły do niższego poziomu. Jeśli cena ofertowa wynosi 100, to wskutek ‘ujemnego wskaźnika inflacji’ nie może ona spaść np. do poziomu 95, gdyż oznaczałoby, to ceny w Polsce spadają, a tak nie jest. Ujemny wskaźnik w stosunku do poprzedniego okresu oznacza jedynie mniejsze tempo inflacji, ale nie deflację.

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***



**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w par. 15 wpisze opcję dodatkowego zakupu jako dodatkowo maksimum 20% wartości umowy? Wykonawca nie może być związany postanowieniami umowy w zakresie sprzedaży wolumenu większego o 40 procent, przy niezmienionej cenie towaru; nie jest w takim wypadku możliwe skalkulowanie racjonalnej ceny produktów, a także nie można wykluczyć, że produkt nie będzie dostępny w takiej ilości (np. wskutek zaprzestania produkcji).

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w pakiecie 23 pozycja 1, dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci fiołki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 69 poz. 1 dopuści preparat wiskoealstyczny 1,4% o masie cząsteczkowej 2.9 – 3.8 Mda, lepkości 300.000 – 470.000 mPas, pH 6,8 – 7,6, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie 69 poz. 2 dopuści preparat wiskoealstyczny 1,6 % o masie cząsteczkowej 2.9 – 3.8 Mda, lepkości 350.000 – 550.000 mPas, pH 6,8 – 7,6, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie 69 poz. 3 dopuści preparat wiskoealstyczny 1,8 % o masie cząsteczkowej 2.9 – 3.8 Mda, lepkości 450.000 – 750.000 mPas, pH 6,8 – 7,6, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie 71 dopuści metylocelulozę 2% HPMC, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pH 6,8 – 7,6, lepkość 6.000 – 8.000 mPas?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*



**Pytanie nr 12**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 1), 2):

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką;
- 2) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 0,5% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii reklamowanego towaru,

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów w opakowaniach innej wielkości niż określona w formularzu asortymentowym, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć?

***Odpowiedź: Pytanie zbyt ogólne. Zamawiający udziela odpowiedzi do konkretnych pozycji w konkretnym pakiecie.***

**Pytanie nr 14**

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku zaferowania opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek etc), niż umieszczone w SWZ. Czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie : <0,5 op. w dół, >=0,5 op. w górę.***

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści do wyceny lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. tabletki a równoważnik ma postać tabletki powlekanej, kapsułki (twarde, miękkie), drażetki, tabletki dojelitowe i odwrotnie?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę postaci farmaceutycznej w zakresie wymienionym w pytaniu przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ***

**Pytanie nr 16**

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci iniekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.:

- ampułki na fiolki;
- fiolki na ampułki?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę postaci farmaceutycznej w zakresie wymienionym w pytaniu przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ***

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku podając ostatnią cenę sprzedaży oraz adekwatną uwagę pod pakietem w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest jego tymczasowy brak dostępności na rynku farmaceutycznym a nie ma innego leku równoważnego, którym można byłoby go zastąpić?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ostatniej realnej ceny wraz z informacją o statym lub***



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

*tymczasowym braku.*

## **Pytanie nr 18**

Czy zamawiający w pakiecie numer 37, pozycja 3,4,5

3	Budesonide	amp.inh.	0,125mg/ml	x20 x 2ml	75			9		
4	Budesonide	amp.inh.	0,25mg/ml	x20 x 2ml	150			9		
5	Budesonide	amp.inh.	0,50mg/ml	x20 x 2ml	315			9		

dopuszcza wycenę preparatu BUDIXON NEB , zawieszina do nebulizacji, w opakowaniu typu pojemnik plastikowy

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Zona Kierownika Działu  
Zaprzęczenia i Zamówień Publicznych

*mgr inż. Jacek Banaszak*

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
*mgr Anna Lis*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

