



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12  
tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl  
NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dnia 18.12.2019r.

Do wszystkich  
Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **poniżej 221.000 euro** którego przedmiotem jest **Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej** Nr ogłoszenie nr 630760-N-2019 opublikowane w dnia 02.11.2019 r. **Znak sprawy PN 74/2019**

Szanowni Państwo

W dniu **16.12.2019** roku odbyło się otwarcie ofert.

**Wpłynęła następująca oferta:**

**Oferta 1**

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa

z ceną netto 161 036,00 zł, brutto 174 661,83 zł

Jakość:

1. Mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych – **tak**
2. Automatyczne kondycjonowanie i odbiaćzanie elektrod – **tak**
3. Stabilność odczynników po otwarciu – minimum 42 dni – **tak**
4. 3 tory pomiarowe umożliwiające wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego – **tak**

**Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

**Oferta 1**

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa

z ceną netto 161 036,00 zł, brutto 174 661,83 zł **liczba punktów 60**

Jakość:

1. Mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych – **tak liczba punktów 10**
2. Automatyczne kondycjonowanie i odbiaćzanie elektrod – **tak liczba punktów 10**
3. Stabilność odczynników po otwarciu – minimum 42 dni – **tak liczba punktów 10**
4. 3 tory pomiarowe umożliwiające wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego – **tak liczba punktów 10**

**Łączna liczba punktów: 100**

**Uzasadnienie wyboru** – Wybrana oferta została oceniona zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – spełniała kryteria zawarte w SIWZ (uzyskała najwyższą liczbę punktów).  
Przewidywany termin zawarcia umów zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.1 i 2 Ustawy Pzp.

Z poważaniem: