

Zamawiający:
**Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Św. Józefa 53-59
tel. 0-56 67 93 496, fax. 0-56 67 93 682**

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-42/19

Toruń, dnia 16-04-2019 r.

**Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia**
postępowanie o wartości szacunkowej **powyżej 221.000 EURO**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia dostawa :

sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 8 zadań

Kod CPV:

33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)

I. Opis sposobu przygotowania oferty, forma składanych dokumentów w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie **ofert** przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun - w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7.
 - 3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun).
 - 3.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w *Regulaminie korzystania z Platformy* (adres: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>). Składając ofertę Wykonawca akceptuje *Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)*.
 - 3.3. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 - 3.4. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 - 3.5. Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 - 3.6. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.
 - 3.7. Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiegokolwiek formie Hasła.
 - 3.8. Na stronie Platformy znajduje się ponadto *Instrukcja dla Wykonawców* zawierająca:
 - informacje ogólne,
 - informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,
 - sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (*nie dotyczy składania ofert*),
 - informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platforma.zakupowa.pl
 - 3.9. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02.

4. Składanie oferty.

- 4.1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
 - 1) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SIWZ),
 - 2) **załączników do „Oferty”**, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia* wymagane na etapie składania oferty,
 - 3) **jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)**,
 - 4) **pełnomocnictw** do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
 - 5) **dokument** potwierdzający wpłatę **wadium** we właściwej wysokości. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VI SIWZ.
- 4.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko **jedną ofertę** za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.
- 4.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci **elektronicznej**, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia *Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz 2247)*.
- 4.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym *m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem*) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 4.5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne **pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.
- 4.6. **Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument**, sporządza się, **pod rygorem nieważności**, w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**.
- 4.7. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego **lub** zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może przestać na wypełnieniu jedynie sekcji α.
 - 4.7.1. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 4.7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
 - 4.7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu:
 - składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
 - 4.7.4. **Zamawiający nie stawia wymogu**, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców)**, wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 ustawy Pzp).

- 4.8. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 4.8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp).
- 4.8.2. Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 4.8.3. Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
- 4.9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu (w kroku I) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).
- 4.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w *Instrukcji dla Wykonawców* dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 8 zadań.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
- 11.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

II. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków), wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (*innych niż wskazanych w pkt D*), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem

formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. **WSzZ:TZ-280-42/19**
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SIWZ dot. danego postępowania.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem **Formularza do komunikacji** jako załączniki.
5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:
 - 6.1. Dorota Peplau, Anna Wutrych – Krajewska - w zakresie procedury przetargowej,
 - 6.2. dr n. m. Przemysław Janik - w zakresie przedmiotu zamówienia
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia tj. www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun, na której udostępniona jest specyfikacja.
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w *rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych* oraz *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*. Na podstawie ww. rozporządzeń:
 - 12.1. **Dokumenty lub oświadczenia**, o których mowa w *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, **składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
 - 12.2. **Poświadczenia za zgodność z oryginałem** dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
 - 12.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ppkt. 12.1., następuje przy użyciu **kwalifikowanego podpisu elektronicznego**.

- 12.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 12.5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu *Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 12.6. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w rozporządzeniu *Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 12.7. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991) *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych*:
- 12.7.1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
- 12.7.2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
- 12.8. **W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.**

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, Wykonawca składa w formie **jednolitego dokumentu**, stanowiącego **Załącznik nr 8 do SIWZ - forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg pkt. I SIWZ i Instrukcji dla Wykonawców**.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:

1) **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

2) **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.**

Wykonawca zobowiązany jest **załączyć do oferty wstępne oświadczenie** w formie **jednolitego dokumentu (część IV sekcja α) - Zał Nr 8 do SIWZ**, a **ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego** także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

- a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

Zadanie Nr 1 - 44.400,00zł

Zadanie Nr 2 - 31.580,00zł

Zadanie Nr 3 - 74.074,40zł

Zadanie Nr 4 - 64.989,20zł

Zadanie Nr 5 - 2.536,00zł

Zadanie Nr 6 - 28.000,00zł

Zadanie Nr 7 - 14.504,00zł

Zadanie Nr 8 - 11.096,00zł

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań należy wykazać się dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3) **Zdolność techniczna lub zawodowa.**

Wykonawca zobowiązany jest **załączyć do oferty wstępne oświadczenie** w formie **jednolitego dokumentu (część IV sekcja α) – Zał. Nr 8 do SIWZ**, a **ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego** także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

- a/ wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie sprzętu medycznego (dot. Zadań od Nr 1 do Nr 6), wyrobów medycznych (dot. Zadania Nr 7 i Nr 8) o wartości minimum:

Zadanie Nr 1 - 33.300,00zł

Zadanie Nr 2 - 23.685,00zł

Zadanie Nr 3 - 55.555,80zł

Zadanie Nr 4 - 48.741,90zł

Zadanie Nr 5 - 1.902,00zł

Zadanie Nr 6 - 21.000,00zł

Zadanie Nr 7 - 10.878,00zł

Zadanie Nr 8 - 8.322,00zł

brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- 2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający **żąda złożenia wraz z ofertą** dokumentów, które określają w szczególności:
- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 2.3. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
- 2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
- 2.7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów

selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1-11) – warunki uchylone,
- 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. z 2018 r. poz. 1600 ze zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
- 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
- 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628);
- 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) - **art. 24 ust. 5 pkt 1** ustawy Pzp.

3b. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Zał. Nr 8 do SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także nw. dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

- 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. *W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.*
- 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. *W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.*
- 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, *w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.*

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- 1) *spełnianie warunków udziału w postępowaniu,*
- 2) *spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,*
- 3) *brak podstaw wykluczenia.*

4. Wykluczenie wykonawcy następuje:

- 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku

- potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
- 2) w przypadkach, o których mowa:
 - a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
 - b) w ust. 1 pkt 15,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 - 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 - 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
 7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
 8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 9. **Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.**
 - 9.1. Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale **III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ**.
 10. **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.** Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 11. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający **może** na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) *rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* i rozdziale II pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:
 - 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
 - 2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 17.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 17.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 17.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

18. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:

a) aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej* potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.).

*Jeżeli dotyczą oferowanych wyrobów. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

b/ prospekty/ katalogi dotyczące oferowanych wyrobów w Zadaniu Nr 7 i Nr 8

19. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:

a) **dokument** potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 8 zadań.**

1.1 Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/8 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1.2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu określają Załączniki od Nr 2/1a do Nr 2/6a do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

2. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim

3. **Okres gwarancji**– Wykonawca określa w formularzu ofertowym do SIWZ (**nie krócej jednak niż 24 miesiące, licząc od daty instalacji przedmiotu umowy**)

4. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy – Pzp.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania „**równoważne**” opisywanym tj. gwarantujące utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w w/w normach, europejskich ocenach technicznych, aprobat, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych.

3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego obowiązany będzie wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

V. Termin wykonywania zamówienia.

1. Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie dłużej jednak niż 45 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

2. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 .

VI. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

Zadanie Nr 1 - 1.110,00zł

Zadanie Nr 2 - 789,50zł

Zadanie Nr 3 - 1.851,86zł

Zadanie Nr 4 - 1.624,73zł

Zadanie Nr 5 - 63,40zł

Zadanie Nr 6 - 700,00zł

Zadanie Nr 7 - 362,26zł

Zadanie Nr 8 - 277,40zł

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla W.Sz.Z w Toruniu - Nr W.Sz.Z: TZ-280- 42 /19.**

2.2. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

2.3. W przypadku wnoszenia wadium w **innych niż „pieniądz” formach**, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia **w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).**

2.4. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń.**

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie **Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.** Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres

związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

2.5. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

3. Zwrot wadium:

3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, *jeżeli jego wniesienia żądano*.

3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (*o ile jego wniesienia wymagano*).
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VII. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.
- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. **Miejsce i termin składania ofert:**

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do dnia **27-05-2019r. do godz. 09:30**.
- Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

2. **Miejsce i termin otwarcia ofert:**

- 1) Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w:
Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,
ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń,
dnia 27-05-2019r. o godz. 10:00,

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun i w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert.

- 2) Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający po otwarciu ofert podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun informacje dotyczące:
 - 5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności* zawartych w ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia).

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki zawarte w specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej stanowiącej Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/8 do SIWZ.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.
3. Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze) w PLN.
4. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.
5. Wymagany termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: **30 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:
 - a) W części dotyczącej Zadań od Nr 1 do Nr 6:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60 %
Ocena jakości technicznej	25%
Okres gwarancji	10 %
Termin dostawy	5 %

- b) W części dotyczącej Zadań Nr 7 i Nr 8:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60 %
Okres gwarancji	35 %
Termin dostawy	5 %

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SIWZ.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 - 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - 1.4. unieważnieniu postępowania,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4, na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
3. Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń;**
- kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl**¹;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych²;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

² skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

³ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XVI. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/8**
3. Określenie parametrów techniczno-użytkowych zamawianego sprzętu – **Załączniki od Nr 2/1a do Nr 2/6a**
4. Sposób oceny kryterium – **Załącznik Nr 3.**
5. Wykaz realizowanych wcześniej dostaw – **Załącznik Nr 4.**
6. Wzór umowy – **Załącznik Nr 5.**
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 6.**
8. Oświadczenie dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – **Załącznik Nr 7.**
9. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 8 (ODRĘBNY PLIK).**

.....
(zatwierdził kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

(pieczęć firmowa)

.....

dnia

O f e r t a

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....
.....
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
9. REGON.....

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im.L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 8 zadań** opublikowanego w Dz.U.U.E Nr

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium:
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu:

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr 1

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 2

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 3

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 4

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 5

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 6

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 7

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 8

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

V. Okres gwarancji – określić w miesiącach (nie krócej jednak niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do Zamawiającego):

.....

VI. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: określić ilość dni (nie dłużej jednak niż 45 dni, licząc od daty zawarcia umowy):

.....

VII. Akceptujemy termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia – w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

VIII. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

IX. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XI. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie*** / **nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku

od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XII. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego.

XIII. Inne informacje Wykonawcy *:

w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia:

.....

XIV. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

(Jeżeli umowę podpisywał będzie pełnomocnik Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo w postaci oryginału lub notarialnie potwierdzonego odpisu i opatrzone datą wystawienia, terminem jego obowiązywania oraz musi określać zakres pełnomocnictwa)

.....

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XV. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem⁴?

TAK/NIE*.

XVI. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....

(wymienić załączniki)

Zastrzeżenie Wykonawcy:

XVI. Zastrzeżenie Wykonawcy: zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....

* *niepotrzebne skreślić*

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

⁴ Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

**Załącznik Nr 2/1
do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-42/19**

Specyfikacja cenowa - Zadanie Nr 1

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – 2019

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Dostawa inkubatora otwarto – zamkniętego (hybrydowy) (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/1a do SIWZ).	1 szt.					

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/2
do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-42/19

Specyfikacja cenowa - Zadanie Nr 2

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – 2019

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Dostawa mikroskopu diagnostycznego na statywie jezdnym (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2a do SIWZ).	1 szt.					

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....
data

.....
pieczęćka i podpis Wykonawcy

Specyfikacja cenowa - Zadanie Nr 3

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – 2019

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Dostawa napędu akumulatorowego do nasadek wiertarskich i frezerskich – mini (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/3a do SIWZ).	2 kpl.					
2.	Dostawa napędu akumulatorowego do nasadek wiertarskich i frezerskich (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/3a do SIWZ).	1 kpl.					
3.	Dostawa piły oscylacyjnej (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/3a do SIWZ).	1 szt.					
4.	Dostawa dermatomu (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/3a do SIWZ).	1 szt.					
5.	Dostawa lampy czołowej (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/3a do SIWZ).	2 szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:							

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....

data

.....

pieczętka i podpis Wykonawcy

Specyfikacja cenowa - Zadanie Nr 4

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – 2019

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Dostawa zestawu elektrochirurgicznego (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/4a do SIWZ).	1 szt.					

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....

data

.....

pieczętka i podpis Wykonawcy

Specyfikacja cenowa - Zadanie Nr 5

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – 2019

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Dostawa materacy próżniowych (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/5a do SIWZ).	2 szt.					

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....

data

.....

pieczęćka i podpis Wykonawcy

Specyfikacja cenowa - Zadanie Nr 6

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – 2019

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Dostawa systemów do powierzchniowego ogrzewania pacjentów (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/6a do SIWZ).	1 kpl					

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....
data

.....
pieczęćka i podpis Wykonawcy

Specyfikacja cenowa - Zadanie Nr 7

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta oferowanego produktu i nr katalogowy (podać)	zamawiana ilość	Jednostka miary	Cena jedn. netto za j.m.	Stawka VAT	Wartość netto pozycji	Wartość podatku VAT	Wartość brutto pozycji
Żelowe pozycjonery przeciwoleżynowe, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelne, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami z żelazem niewyciekającym w przypadku przecięcia powłoki, przeziernie dla promieni RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu.									
I	Pozycjonery przeciwoleżynowe, wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem: 1) krążek pod głowę dla niemowląt o wymiarach 90x20 mm (±5mm) 2) krążek pod głowę dla dzieci i młodzieży o wymiarach 140x35 mm (±5mm) 3)krążek pod głowę dla dorosłych o wymiarach 200x45 mm (±5mm) 4)pozycjoner uniwersalny o wymiarach 290x100x60 mm (±5mm) 5)podkład pod rękę o wymiarach 600x200x10 mm (±5mm) 6) podkład na blat stołu operacyjnego o wymiarach		4 2 1 2 4 5	szt.					

	<p>1150x520x10 mm (± 5mm)</p> <p>7) podkład na blat stołu operacyjnego o wymiarach 605x335x10 mm (± 5mm)</p> <p>8) półwałek o wymiarach 200x80x50 mm (± 5mm)</p> <p>9) półwałek o wymiarach 245x80x50 mm (± 5mm)</p> <p>10) półwałek o wymiarach 305x95x75 mm (± 5mm)</p> <p>11) półwałek o wymiarach 405x95x75 mm (± 5mm)</p>		<p>1</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p>						
II	<p>Pozycjonery przeciwoleżynowe wykonane z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem:</p> <p>1) pozycjoner głowy w pozycji brzusznej dla dorosłych o wymiarach 280x240x140 mm (± 5mm)</p> <p>2) pozycjoner głowy w pozycji brzusznej dla młodzieży o wymiarach 273x220x135 mm (± 5mm)</p> <p>3) stabilizator głowy i szyi dla dorosłych o wymiarach 275x237x90 mm (± 5mm)</p> <p>4) stabilizator głowy i szyi dla młodzieży o wymiarach 275x230x65 mm (± 5mm)</p> <p>5) sześćoelementowy pozycjoner klatki piersiowej o wymiarach 675x500x100 mm (± 5mm)</p>		<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	szt.					
III	<p>Pozycjoner przeciwoleżynowy wykonany z dwóch warstw medycznego żelu silikonowego o różnej gęstości, pokryty poliuretanem:</p>		<p>1</p>	szt.					

	- ochrona kości krzyżowej i pośladków o wymiarach 450x445x30mm (±5mm)									
IV	Pozycjoner przeciwoślizgowy, wykonany z utrwalonego medycznego żelu silikonowego, antypoślizgowego, zapewniającego pełną stabilizację na stole operacyjnym, 1) profilowany pozycjoner głowy i szyi o wymiarach 264x220x64 mm (±5mm) 2) profilowany pozycjoner pod piętę dla dorosłych o wymiarach 151x134x66 mm (±5mm) 3) ochrona pięt o wymiarach 127x162x71 (±5mm)		4 4 4	szt.						
V	Miękka żelowa podkładka – ochrona krocza o właściwościach przeciwoślizgowych, wykonana z żelu pokrytego poliuretanem, nie zawierająca lateksu, przezierna dla promieni RTG, MRI, wolna od lateksu, o wymiarach 270x200x15 mm (±5mm)		1	szt.						
VI	Pozycjoner głowy do pozycjonowania pacjenta w pozycji na brzuchu składający się z regulowanej podstawy z lusterkami oraz jednorazowych piankowych nakładek, podtrzymujących twarz pacjenta (w komplecie z podstawą min. 12 nakładek)		2	szt.						
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:										

Słownie wartość brutto ogółem

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja cenowa - Zadanie Nr 8

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta oferowanego produktu i nr katalogowy (podać)	Zamawiana ilość	Jednostka miary	Cena jedn. netto za j.m.	Stawka VAT	Wartość netto pozycji	Wartość podatku VAT	Wartość brutto pozycji
1	Fartuch RTG wykonany z materiału bezołowiowego, dwuczęściowy, dwustronny, rozmiar L – damski (0,5mmPb/0,25mmPb)		1	szt.					
2	Fartuch RTG wykonany z materiału bezołowiowego, dwuczęściowy, dwustronny, rozmiar L – męski (0,5mmPb/0,25mmPb)		2	szt.					
3	Fartuch jednostronny wykonany z materiału bezołowiowego, damski, rozmiar L (0,5mm Pb)		2	szt.					
4	Fartuch jednostronny wykonany z materiału bezołowiowego, męski, rozmiar L (0,5mm Pb)		2	szt.					
5	Osłona tarczycy, śliniak z zapięciem na rzep		5	szt.					
6	Okulary RTG ochronne 0,75/0,5mmPb z osłonami bocznymi min. 65g		2	szt.					
7	Okulary RTG ochronne 0,75/0,5mmPb z osłonami bocznymi min. 90 g, na okulary mniejsze 138 mm szerokości i 36 mm wysokości rozmiar M		2	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/1a

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-42/19

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 1

1. Pełna nazwa urządzenia: **Inkubator otwarto-zamknięty (hybrydowy) – 1 szt.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):
4. Rok produkcji: **2019**

Lp.	Wymagania techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Punktacja
1	Inkubator hybrydowy, stacjonarny na ruchomej podstawie, przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem	TAK		
2	Wszystkie kółka wyposażone w hamulce	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
3	Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz	TAK		
4	Menu w języku polskim.	TAK		
5	Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiającą dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora.	TAK		
6	Materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwoleźynowych	TAK		
7	Po dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. 1 od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z cichym zamykaniem	TAK		
8	Kopuła umożliwiająca dostęp do noworodka poprzez jej otwarcie, uniesienie. Ruch kopuły realizowany za pomocą mechanizmu sterowanego elektrycznie. Regulacja realizowana z obu stron inkubatora. Możliwość uniesienia kopuły za dotknięciem jednego przycisku w sytuacjach krytycznych dla noworodka.	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
9	Po uniesieniu kopuły urządzenie automatycznie utrzymujące zadaną wcześniej temperaturę	TAK		
10	Regulacja pochylenia materacyka +/-12 stopni	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
11	Otwierana ścianka boczna z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem.	TAK		
12	Podstawa materacyka obrotowa (obrót 360°), zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
13	Podstawa materacyka wysuwana obustronnie	TAK		
14	Prowadnice do wprowadzenia kasy rtg pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka, ze znacznikami pozycji kasy	TAK		
15	Konstrukcja kopuły dwuścienna	TAK		

16	Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki	TAK		
17	System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ścianki bocznej	TAK		
18	Głośniki alarmów umieszczone w sposób ograniczający poziom hałasu oddziałującego na pacjenta	TAK		
19	Średni poziom hałasu pod kopułą 40dB	TAK		
20	Układ automatycznej regulacji nawilżania (servo)	TAK		
21	Zakres regulacji nawilżania (30÷90)%.	TAK		
22	Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. Poziom wody w zbiorniku, widoczny dla personelu.	TAK		
23	System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje	TAK		
24	Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo)	TAK		
25	Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka	TAK		
26	Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule	TAK		
27	Panel sterujący z dużym, dotykowym kolorowym wyświetlaczem (ekranem) min. 10 cali umieszczonym centralnie, do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów	TAK/ podać		10 cali – 0 pkt. > 10 cali – 5 pkt.
28	Ekran sterowania i wyświetlania dostępny z obu stron inkubatora.	TAK		
29	Pomiar saturacji metodą Nellcor.	TAK		
30	Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej)	TAK		
31	Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów oraz braku wody w pojemniku nawilżacza	TAK		
32	System bezdotykowego wyciszania alarmów	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
33	Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci	TAK		
34	Wbudowana elektroniczna waga dla noworodka	TAK		
35	Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora min.2	TAK/ podać		
36	Możliwość przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych; wbudowane połączenia IT (min.2)	TAK/ podać		
37	Automatyczne ustawienie parametrów inkubatora (zakres temperatury) na podstawie wprowadzonych parametrów życiowych noworodka	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
38	Wąż do tlenu z końcówką dopasowaną do instalacji szpitalnej	Tak		

39	Pokrowce bawełniane na materacyk - 10 sztuk	Tak		
40	Rogale do pozycjonowania noworodka - 5 sztuk	Tak		
41	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK		
42	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
43	Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta.	TAK, podać		
44	Okres gwarancji – min. 24 miesiące.	TAK podać		
45	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
46	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 8 lat.	TAK		
47	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
48	Przeгляд techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
49	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	TAK Podać		
50	Sposób dezynfekcji urządzenia	Opisać i podać proponowane środki dezynfekujące		

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/2a

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-42/19

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 2

Pełna nazwa urządzenia: **Mikroskop diagnostyczny na statywie jezdnym szt. 1**

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Rok produkcji: **2019**

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać	Punktacja
I	Wymagane parametry			
1	Zasięg mikroskopu w pionie (wysokość mierzona od podłogi do obiektywu regulowana w zakresie) min. 900 – 1500 mm .	TAK podać		zasięg 900-1500 mm – 0 pkt. największy zasięg – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie
2	Zasięg mikroskopu w poziomie (maksymalny wysięg osi głowicy liczony od osi kolumny podstawy) min. 1600 mm .	TAK podać		zasięg 1600 mm – 0 pkt. największy zasięg – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie
3	Zakres obrotu kolumny (oś obrotu wokół podstawy) 360°.	TAK		
4	Zakres obrotu ramienia wychylnego min. 290°.	TAK podać		zakres 290° – 0 pkt. największy zakres – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie
5	Zakres obrotu głowicy mikroskopu (oś obrotu na ramieniu wychylnym) min. 280°.	TAK podać		zakres 280° – 0 pkt. największy zakres – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie
6	Zakres pochylenia optyki mikroskopu przód/tył min. od -27° do +97°.	TAK podać		zakres -27°/+97° – 0 pkt. największy zakres – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie
7	Zakres pochylenia optyki mikroskopu na boki min. ± 55°.	TAK podać		zakres ±55° - 0 pkt. > ±55° - 10 pkt.
8	Dokładnie regulowane hamulce mechaniczne dla wszystkich osi obrotu z odłączaną gałką uniwersalną dla wszystkich hamulców.	TAK		
9	Wbudowana przesłona światła do pracy w głębokich kanałach.	TAK		
10	Okulary o powiększeniu 12,5 razy z zakresem korekcji dioptrii okularów +/- 5D.	TAK		
11	System oświetlenia bez światłowodów z filtrem UV i podczerwieni	TAK		
12	Oświetlenie wbudowane LED (czas pracy min. 40000 godzin)	TAK Podać		czas pracy 40000h - 0pkt. najdłuższy czas pracy - 10pkt. pozostałe proporcjonalnie
13	Płynna, ręczna regulacja natężenia oświetlenia mikroskopu.	TAK		
14	Wybór typu oświetlenia w zakresie: światła białego z oświetleniem szerokiego pola operacyjnego, oświetlenia z zawężoną wiązką do pracy w cienkich kanałach oraz przy użyciu	TAK		

	filtra pomarańczowego 530nm.			
15	Mikroskop pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczną typu nano-silver.	TAK/NIE		TAK – 10pkt. NIE – 0pkt.
16	Obiektyw ze zmienną ogniskową w zakresie 200-300mm – regulowana płynnie, ręcznie.	TAK		
17	Tubus binokularny prosty z ustawieniem rozstawu międzyżrenicznego.	TAK		
18	Wbudowana kamera FullHD 1080p z archiwizacją na karcie SD oraz wyjściem HDMI na monitor – rejestracja zdjęć i filmów.	TAK		
19	Źródło światła i kamera wbudowane w obiektywie mikroskopu zamiast w kolumnie i ramionach – połączenie bez przewodów i światłowodów w ramionach mikroskopu.	TAK		
20	Apochromatyczny pięciostopniowy zmieniacz powiększenia 6.4/10/16/24/40x	TAK		
21	Baza stereoskopowa wynosząca równe 24mm dla optymalnego widzenia przestrzennego.	TAK/NIE		TAK – 10pkt. NIE – 0pkt.
22	Monitor poglądowy z podstawą, przekątna min. 24”, wejście cyfrowe HDMI do obsługi sygnału z kamery mikroskopu w zestawie z przewodem sygnałowym.	TAK podać		
23	Pokrowiec ochronny do mikroskopu przed kurzem.	TAK		
24	Nakładki uchwytu głowicy - wymienne, sterylizowalne zarówno parą jak i gazem – min. 2szt.	TAK podać		
25	Nakładki pokrętła zmiany powiększenia – wymienne, sterylizowalne zarówno parą jak i gazem – min. 2szt.	TAK podać		
26	Nakładki pokrętła zmiany natężenia światła – wymienne, sterylizowalne zarówno parą jak i gazem – min. 2szt.	TAK podać		
27	Przewód sygnałowy do transmisji danych, na odległość min.6m	TAK podać		
28	Przewód sygnałowy do transmisji VIDEO, na odległość min.6m	TAK podać		
II	Pozostałe wymagania			
1	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK		
2	Okres gwarancji – min. 24 miesiące.	TAK podać		
3	Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 8 lat.	TAK		
4	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
5	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
6	Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji w cenie oferty.	TAK		

7	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni –o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
8	Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta.	TAK podać		
9	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy.	TAK podać		

UWAGI:

1. Niespełnienie któregośkolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 3

Pełna nazwa urządzenia: **Napędy akumulatorowe ortopedyczno – traumatologiczne wraz z dermatomem**

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Rok produkcji: **2019**

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
I Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich – 2 kpl.				
1	tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych	TAK		
2	silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 80 – 85 W	TAK podać		Moc 80W- 0 pkt Moc 85W – 10 pkt
3	obroty regulowane w zakresie od min.0 do 1250 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich	TAK podać		
4	obroty regulowane w zakresie od 0 do 320 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich	TAK podać		
5	zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu	TAK		
6	możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji	TAK		
7	kaniulacja Ø 3,2 mm	TAK		
8	dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie	TAK		
9	zestaw do sterylnego wkładania akumulatora - lejek, w zestawie akumulatory niesterylizowalne umieszczone systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator	TAK		
10	adapter do oliwienia napędu, w zestawie	TAK		
11	możliwość zasilania z sieci elektrycznej	TAK		
12	blokada przed niezamierzonym uruchomieniem	TAK		
13	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu	TAK		
Bateria wraz z pokrywą komory akumulatora z zestawem do sterylnej wymiany akumulatora – 3 szt.				
14	akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą	TAK		
15	napięcie 9,9 – 10 V	TAK podać		
16	Energia 11,85 – 12,00 Wh	TAK podać		
17	możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora	TAK		
Nasadka wiertarska mała AO – 2 szt.				
18	kaniulacja Ø 3,2 mm	TAK		
20	maksymalna prędkość obrotowa min. 1250 obr./min.	TAK podać		
21	moment obrotowy 1,5 Nm	TAK		

Nasadka wiertarska trójśczękowa typu Jacobs – 2 szt.				
22	nasadka wraz z kluczykiem	TAK		
23	zakres min. 0,6 - 6,5 mm	TAK podać		Najszerzy zakres 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej
24	kaniulacja Ø 3,2 mm	TAK		
25	maksymalna prędkość obrotowa min. 1250 obr./min.	TAK podać		
26	moment obrotowy 1,5 Nm	TAK		
Nasadka do drutów Kirschnera – 2 szt.				
27	zakres pracy min. 0,6 - 3,2 mm	TAK podać		Najszerzy zakres 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej
28	kaniulacja Ø 3,2 mm	Tak		
29	maksymalna prędkość obrotowa min. 1250 obr./min.	TAK podać		
Nasadka piły oscylacyjnej – 2 szt.				
30.	oscylacje regulowane w zakresie min. od 0 do 15000 osc./min.	TAK podać		Najszerzy zakres 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej
Kosz stalowy, perforowany – 2 kpl.				
31.	uchwyt napędu/piły	TAK		
32.	uchwyt pokrywy komory akumulatora	TAK		
33.	uchwyt lejka do sterylnej zakładania akumulatora	TAK		
34	uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich	TAK		
35	uchwyt na brzeszczoty	TAK		
36	uchwyt na dystalną osłonę drutu Kirschnera	TAK		
Wanna kontenera – 3 szt.				
37	wymiary zewnętrzne 590/275/135 mm (+/- 5 mm)	TAK podać		
38	wykonana z aluminium	TAK		
39	uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwość urazów dłoni)	TAK		
40	uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera	TAK		
Pokrywa kontenera – 3 szt.				
41	podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe	TAK podać		
42	filtr mikroporowy, teflonowy na min. 4500 cykli sterylizacji - 2 szt. dla każdej pokrywy	TAK podać		Walidacja filtra na 4500 cykli sterylizacyjnych - 0 pkt. >4500 cykli– 10 pkt.
Tabliczka identyfikacyjna – 16 szt.				
43	tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony/niebieski, opis do min.	TAK		

	12 miejsc	podać		
Olej – 1 szt.				
44	olej do smarowania w aerozolu w pojemniku o pojemności min. 300 ml	TAK podać		
45	Pojemnik kompatybilny z adapterem do smarowania systemu	TAK		
Brzeszczoty do piły oscylacyjnej – 5 szt.				
46	brzeszczoty o długości 25-50 mm , wielokrotnego użytku	TAK		
Ładowarka elektroniczna, uniwersalna – 1 szt.				
47	cztery gniazda	TAK		
48	wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe	TAK		
49	system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów	TAK		
50	wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych	TAK		
51	proces ładowania pulsacyjnego zapewniający optymalny, bez histerezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów	TAK		
52	możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń	TAK podać		
53	przewód sieciowy min. 5 m z wtyczką typu euro	TAK podać		
II. Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich – 1 szt.				
1	tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych	TAK		
2	silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 240 – 260 W	TAK podać		Moc 240 W – 0 pkt. Moc 260 W – 10 pkt
3	max. obroty silnika min. 25000 obr./min.	TAK podać		
4	obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich	TAK podać		
5	obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich	TAK podać		
6	zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu	TAK		
7	kaniulacja Ø 4 mm	TAK		
8	dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie	TAK		
9	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą o napięciu 9,5 – 9,6 V i pojemności 1,90 – 2,00 Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora w zestawie	TAK podać		
10	zestaw do sterylnej wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora)	TAK		
11	akumulatory niesterylizowalne umieszczone systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator	TAK podać		
12	adapter do oliwienia napędu, w zestawie	TAK		
13	możliwość zasilania z sieci elektrycznej	TAK		

14	blokada przed niezamierzonym uruchomieniem	TAK		
15	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu	TAK		
Bateria – 3 szt.				
16	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą	TAK		
17	napięcie 9,5 - 9,6 V	TAK podać		
18	pojemność 1,90 – 2,00 Ah	TAK podać		
19	możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora	TAK		
Nasadka wiertarska małe AO – 1 szt.				
20	kaniulacja Ø 4 mm	TAK		
21	maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.	TAK podać		
22	moment obrotowy 4 Nm	TAK		
Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs – 1szt.				
23	nasadka wraz z kluczykiem	TAK		
24	zakres min. 0,6 - 6,5 mm	TAK podać		Najszerzy zakres 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej
25	kaniulacja Ø 4 mm	TAK		
26	maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.	TAK podać		
27	moment obrotowy 5 Nm	TAK		
Nasadka do drutów Kirschnera – 1szt.				
28	trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm)	TAK podać		
29	kaniulacja Ø 4 mm	TAK		
30	moment obrotowy 5 Nm	TAK		
Nasadka frezerska duże AO – 1 szt.				
31	kaniulacja Ø 4 mm	TAK		
32	maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.	TAK podać		
33	moment obrotowy 19 Nm	TAK		
III Piła oscylacyjna – 1szt.				
34	tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych	TAK		
35	silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 240 W	TAK podać		Moc 240 W – 0 pkt. > 240 W – 10 pkt.
36	oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści	TAK podać		
37	głowica obrotowa 360°	TAK		
38	Min. 8 pozycji blokady głowicy	TAK podać		
39	brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą.	TAK		
40	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,5 - 9,6 V i pojemności 1,90 – 2,00 Ah, możliwość	TAK podać		

	serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora			
41	zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora)	TAK podać		
42	akumulatory niesterylizowalne umieszczone systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator	TAK		
43	możliwość zasilania z sieci elektrycznej	TAK		
44	blokada przed niezamierzonym uruchomieniem	TAK		
45	wychylenie ostrza 4°47'	TAK		
46	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu	TAK		
Kosz stalowy, perforowany – 1 kpl.				
47	uchwyt napędów/pił 2 szt.	TAK		
48	uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt.	TAK		
49	uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt.	TAK		
50	uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich	TAK		
51	uchwyt na brzeszczoty	TAK		
52	uchwyt na dystalną osłonę drutu Kirschnera	TAK		
Brzeszczoty do piły oscylacyjnej- 5 szt.				
53	brzeszczoty o długości 65 mm	TAK		
IV Dermatom zasilany akumulatorowo z głowicą typu Wagner – 1szt.				
54	tytanowa, prosta obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych	TAK		
55	silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min.240W	TAK podać		Moc 240 W – 0 pkt. > 240 W – 10 pkt
56	oscylacje ostrza regulowane w zakresie min. od 0 do 6500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści	TAK podać		
57	szerokość cięcia regulowana od 8 mm do 78mm	TAK podać		
58	grubość cięcia regulowana 0,2 mm do 1,2 mm co 0,1 mm	TAK podać		
59	ostrza mocowane beznarzędziowo	TAK		
60	zestaw do sterylnego wkładania akumulatora - lejek w zestawie	TAK		
61	akumulatory niesterylizowalne umieszczone systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator	TAK		
62	możliwość zasilania z sieci elektrycznej	TAK		
63	blokada przed niezamierzonym uruchomieniem	TAK		
64	skok ostrza 3,1 mm	TAK		
65	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu	TAK		
Kosz stalowy, perforowany- 1kpl.				
66	wymiary zewnętrzne 405/255/105 mm (+/- 5 mm)	TAK podać		
67	uchwyt napędu/piły	TAK		

68	uchwyt pokrywy komory akumulatora	TAK		
69	uchwyt lejka do sterylnej zakładania akumulatora	TAK		
Wanna kontenera 3/4-1szt.				
70	wymiary zewnętrzne 470/275/135 mm (+/- 5 mm)	TAK podać		
71	rażki blokowane pod kątem 90°	TAK		
Pokrywa kontenera 3/4-1 szt.				
72	filtr mikroporowy, teflonowy na min. 4500 cykli sterylizacji 2 szt.	TAK podać		Walidacja filtra na 4500 cykli sterylizacyjnych - 0 pkt. >4500 cykli- 10 pkt.
V Lampa czołowa – 2szt.				
73	Zasobnik wyposażony w nowoczesny akumulator Li-Ion zamocowany na opasce czołowej	TAK		
74	Lampa posiadająca możliwość podłączenia lup okularowych lub systemu VIEDO CCD	TAK podać		możliwość podłączenia lup – 0 pkt. możliwość podłączenia systemu VIEDO CCD – 10 pkt.
75	Waga całkowita maks. 350g wraz z zasilaczem na opasce	TAK podać		
76	Akumulator Li-Ion min. 700 mA	TAK podać		
77	Okres ładowania do 4h przy pełnym rozładowaniu	TAK podać		
78	Czas pracy min. 3 h	TAK podać		Najdłuższy czas pracy – 10pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej
79	Odległość robocza 20 cm , 30 cm , 60 cm	TAK podać		
80	Wielkość plamki dla 20 cm 8-35 mm , dla 30 cm 9-55 mm , dla 60 cm 18-115 mm	TAK podać		
81	Barwa ciepła	TAK		
82	Moc 3 W	Tak		
Inne wymagania				
83	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK		
84	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
85	Okres gwarancji – min. 24 miesiące.	TAK podać		
86	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 8 lat.	TAK		
87	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji,	TAK podać		

	- po gwarancji.			
88	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
89	Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta.	TAK podać		
90	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
91	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		
92	Sposób dezynfekcji urządzenia	Opisać i podać proponowane środki dezynfekujące		

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/4a

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-42/19

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 4

1. Pełna nazwa urządzenia: **Zestaw elektrochirurgiczny – 1 kpl.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):
4. Rok produkcji: **2019**

Lp.	Wymagania techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Punktacja
Aparat				
1	Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym	TAK podać		
2	Odporność aparatu na impuls defibrylacji	TAK podać		
3	Interaktywny ekran dotykowy PCT - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości.	TAK/NIE		TAK - 10pkt NIE - 0 pkt
4	System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień	TAK/NIE		TAK - 10pkt NIE - 0 pkt
5	Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm (do wyboru) bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej	TAK podać		
6	Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych	TAK podać		
7	Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów.	TAK podać		
8	Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów.	TAK podać		
9	Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim,	TAK/NIE		TAK - 10pkt NIE - 0 pkt

	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. 			
10	<p>Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody. 	TAK podać		
11	Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
12	Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego.	TAK		
13	<p>Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej 	TAK podać		
14	Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 280 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
15	Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej	TAK podać		
16	Regulacja mocy cięcia w programach standartowych min. 400W	TAK podać		
17	Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego	TAK podać		
18	<p>Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cięcie standardowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - GastroCut - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna 	TAK podać		
19	Regulacja mocy koagulacji monopolarnej min. 250W	TAK podać		
20	<p>Tryby koagulacji monopolarnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana, tnąca), - spray, - kardio (thorax, mamma) - gastro, - laparoscopia 	TAK podać		

21	Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
22	Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej	TAK podać		
23	Regulacja mocy cięcia bipolarnego min. 200W	TAK podać		
24	Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W	TAK podać		
25	Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna)	TAK podać		
26	Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W	TAK podać		
27	Możliwość aktywowania blokady ekranu dotykowego w celu uniknięcia przypadkowej zmiany nastaw	TAK/ NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
28	Możliwość stosowania dwóch kompletów nastaw dla jednego gniazda. Przełączanie między nastawami za pomocą włącznika nożnego lub z uchwytu	TAK podać		
29	Możliwość jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu	TAK/ NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
30	Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s	TAK podać		
31	Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm	TAK podać		
32	Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia	TAK podać		
33	Aktywacja narzędzi do ligacji tylko przez wyłącznik nożny	TAK podać		
34	Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
35	Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń	TAK podać		
36	Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu	TAK podać		
37	Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich	TAK podać		
38	Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
39	Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe	TAK podać		

40	Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
41	Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej	TAK podać		
42	Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
43	Możliwość współpracy ze zintegrowanymi systemami sali operacyjnej	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
Nóż ultradźwiękowy				
44	Generator ultradźwiękowy działający na zasadzie ruchów torsyjnych (oscylacyjnych)	TAK podać		
45	Częstotliwość pracy aparatu nie większa niż 40kHz	TAK podać		
46	Moc wyjściowa aparatu nie większa niż 80W	TAK podać		
47	Panel czołowy aparatu z ekranem LED pozbawionym przycisków i pokręteł, łatwy do utrzymania w czystości	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
48	Możliwość podłączenia wielorazowego przetwornika do gniazda zlokalizowanego na panelu czołowym aparatu	TAK podać		
49	Możliwość odczytu aktualnej częstotliwości pracy z wyświetlacza na aparacie	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
50	Możliwość odczytu stopnia zużycia wielorazowego przetwornika z wyświetlacza na aparacie (w %)	TAK podać		
51	Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna nastawionych parametrów i dokonywanych zmian	TAK podać		
52	Wyświetlanie komunikatów i ostrzeżeń na ekranie aparatu: aktualnie ustawiony poziom mocy, ostrzeżenie zbyt długi czas aktywacji, ostrzeżenie aktywacja bez tkanki pomiędzy szczękami narzędzia, ostrzeżenie zbyt wysoka temperatura przetwornika	TAK podać		
53	Możliwość zmiany poziomu głośności dźwięków	TAK		
54	Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy: HIGH (wysoki), LOW (niski), ULTRA LOW (ultra niski)	TAK podać		
55	Możliwość przełączania pomiędzy trybem HIGH a LOW lub HIGH a ULTRA LOW z uchwytu i włącznika nożnego	TAK podać		
56	Automatyczne rozpoznawanie podłączonego modelu przetwornika i dobieranie parametrów jego pracy: przetwornik krótki, laparoskopowy, bariatryczny, wątrobowy krótki, wątrobowy laparoskopowy	TAK podać		
57	Aktywacja instrumentu z rękojeści lub 2-przyciskowego włącznika nożnego podłączanego do gniazda zlokalizowanego na panelu tylnym aparatu	TAK podać		
58	Możliwość montażu uchwytu jednorazowego z przetwornikiem wielorazowym bez dodatkowych narzędzi	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt

Ewakuator dymu – 2 szt.				
59	Wydajność min. 700l/min	TAK podać		
60	Trzy poziomy wydajności odsysania, ustawianie jednym przyciskiem	TAK		
61	Wyświetlacz filtra głównego	TAK		
62	Wskaźnik stanu filtra głównego	TAK		
63	Czterostopniowy filtr (filtr wstępny, ULPA, węgiel aktywny, filtr dodatkowy) łatwy do wymiany, umieszczony na panelu z przodu urządzenia	TAK podać		
64	Waga max. 6 kg z filtrem	TAK podać		
65	Trzy średnice wejścia akcesoriów 22mm; 9,5mm; 8,4mm	TAK podać		
66	Głośność urządzenia na poziomie nie większym niż 55dBa	TAK/NIE		TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
67	Czujnik aktywacji (automatyczna aktywacja ssania podczas aktywacji cięcia i koagulacji)	TAK		
68	Włącznik nożny pneumatyczny	TAK		
Platforma jezdna				
69	Wózek fabrycznie nowy na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, z czego dwa koła z hamulcem, tunelem na kablu z ukośną półką z czterema otworami pod aparat elektrochirurgiczny, wózek wyposażony w: 1- podstawa/miejsce na przełącznik nożny dwupedałowy 2- koszyk odkładczy z możliwością montażu na dowolnej wysokości 3- uchwyt do przetaczania z możliwością montażu z przodu aparatu 4- ukośną półką pod generator ultradźwiękowy z możliwością montażu na dowolnej wysokości 5 - ukośną półką pod ewakuator dymu z możliwością montażu na dowolnej wysokości 6- uchwyt na pojedynczy włącznik nożny	TAK podać		
Akcesoria dodatkowe				
70	Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem – 1 szt.	TAK		
71	Pojedynczy włącznik nożny do koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem – 1 szt.	TAK		
72	Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm ² , wymiary 120x172mm (+-2mm); podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w	TAK podać		

	części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg -100 szt			
73	Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm ² , wymiary 110x76mm(+/-2mm); podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg - 100 szt.	TAK podać		
74	Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipssem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - 2 szt.	TAK podać		
75	Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 1-bolcowa Ø5mm; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji - 2szt.	TAK podać		
76	Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji -5 szt.	TAK podać		
77	Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, dł. igły 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji -5 szt.	TAK podać		
78	Instrument do zamykania naczyń do Ø5mm, wielorazowego użytku - klemy do chirurgii otwartej dł. 160mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 15mm, szerokość 1,5mm - 3mm, pokryta powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji	TAK podać		
79	Nożyczki bipolarne, długość 145mm, końcówka Stevens, zagięta, spiczasta, nieprzywierająca, pokryta powłoką ceramiczną; przeznaczenie do min. 25 cykli sterylizacji	TAK podać		
80	Kabel bipolarny do nożyczek, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - żeńska 2 x Ø2,6mm, od strony aparatu żeńska Ø4mm, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - 2 szt.	TAK podać		
81	Nożyczki bipolarne, długość 145mm, końcówka Metzenbaum fein, zagięta, drobna, nieprzywierająca, pokryta powłoką ceramiczną; przeznaczenie do min. 25 cykli sterylizacji	TAK podać		
82	Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, długość 160mm, końcówka 8mm x 1mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji	TAK podać		
83	Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, bagnetowe 160mm x 0,6mm	TAK		
84	Kabel bipolarny do pęset, długość 4m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od	TAK podać		

	strony aparatu żeńska Ø4mm, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji- 2 szt.			
85	Laparoskopowy instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 360mm, Ø5mm z możliwością obrotu o 360°, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem)	TAK podać		
86	Tuba dł. 360mm, Ø5mm do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji	TAK podać		
87	Szczęki Maryland, zagięte, ząbkowane, dł. 360mm do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji – 2 szt.	TAK podać		
88	Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt, wymiary, tuba dł. 340mm, Ø5mm z możliwością obrotu o 360°, szczęki chwytające okienkowe, atraumatyczne, wtyczka europejska płaska.	TAK		
89	Wkład wielorazowy, kleszcze chwytające, okienkowe, zagięte, dł 340mm, wymiary 469x5mm.	TAK podać		
90	Elektroda laparoskopowa - cienki hak "L", długość 360mm, Ø5mm, wymiar haka 4mm x 1mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji -2szt.	TAK podać		
91	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø5mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji – 2szt.	TAK podać		
92	Jednorazowy uchwyt z tubą 5,5mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, prostych, do chirurgii otwartej, dł. tuby 176mm, uchwyt przeznaczony dla prawo i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu - 10 szt.	TAK		
93	Przetwornik wielorazowego użytku w postaci nożyczek dysekcyjnych, prostych, do chirurgii otwartej, dł. falowodu 236mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 min. ciągłej aktywacji	TAK podać		
94	Jednorazowy uchwyt z tubą 5,5mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, prostych, do laparoskopii, dł. tuby 349mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu - 10 sztuk.	TAK		
95	Przetwornik wielorazowego użytku w postaci nożyczek dysekcyjnych, zagiętych, do	TAK podać		

	laparoskopii, dł. falowodu 410mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 min. ciągłej aktywacji			
96	Filtr do ewakuatora dymu, 35 godzinny- 4 szt.	TAK		
97	Wąż do odsysania dymu, mały, dł. 3m, złącze 22m - 20szt	TAK		
Pozostałe wymagania				
98	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
99	Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta.	TAK, podać		
100	Okres gwarancji – min. 24 miesiące.	TAK podać		
101	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
102	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 8 lat.	TAK		
103	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
104	Przeгляд techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
105	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	TAK Podać		
106	Sposób dezynfekcji urządzenia	Opisać i podać proponowane środki dezynfekujące		

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/5a

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-42/19

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 5

1. Pełna nazwa urządzenia: **Materace próżniowe z wyposażeniem w tym:****Materac z dzieloną sekcją nóg o wymiarach: 75x200 cm +/-3cm - 1szt.,****Materac do kompletnego pozycjonowania pacjenta o wymiarach: 75x200 cm +/-3cm – 1 szt.**

2. Nazwa i typ/model (podać dla każdego materaca):

3. Producent (podać dla każdego materaca):

4. Rok produkcji: **2019**

Lp.	Wymagania techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Punktacja
1	Materac próżniowy wypełniony mikrokulkami styropianowymi, które są stabilizowane przez próżnię i tworzą trwałą formę umożliwiającą optymalne pozycjonowanie pacjenta do zabiegów	TAK		
2	Redukcja ucisku na ciało pacjenta – materac dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta i zapewniający redystrybucję ciężaru	TAK		
3	Zawór powietrza przystosowany do odsysania powietrza ssakiem chirurgicznym lub za pomocą ręcznych pomp próżniowych	TAK		
4	Zawór powietrza obsługiwany jedną ręką	TAK/NIE		TAK - 10pkt NIE - 0 pkt
5	Przystosowany do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej	TAK		
6	Dostępność zestawów naprawczych umożliwiających zaklejenie drobnych uszkodzeń	TAK/NIE		TAK - 10pkt NIE - 0 pkt
7	Przystosowany do używania podczas RTG, MRI i CT	TAK		
8	Wolny od lateksu, PVC i ftalanów	TAK		
9	Materac z dzieloną sekcją nóg o wymiarach: 75x200 cm +/-3cm - 1szt.	TAK podać		
10	Materac do kompletnego pozycjonowania pacjenta o wymiarach: 75x200 cm +/-3cm – 1 szt.	TAK podać		
11	W kpl. z każdym materacem mata antypoślizgowa wielorazowego użytku poprawiająca stabilizację materaca podczas stosowaniu przechyłów stołu	TAK		
12	W kpl. z każdym materacem ręczna pompka próżniowa do manualnego utwardzania materaca	TAK		
Pozostałe wymagania				
13	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		

14	Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta.	TAK, podać		
15	Okres gwarancji – min. 24 miesiące.	TAK podać		
16	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
17	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 8 lat.	TAK		
18	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
19	Przeгляд techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
20	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	TAK Podać		
21	Sposób dezynfekcji urządzenia	Opisać i podać proponowane środki dezynfekujące		

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/6a

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-42/19

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 6

1. Pełna nazwa urządzenia: **System do powierzchniowego ogrzewania pacjenta**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):
4. Rok produkcji: **2019**

Lp.	Wymagania techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Punktacja
1	System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej oraz pooperacyjnej, składający się z: - jednostki sterującej - 4 sztuki - materacy grzewczych - 5 sztuk	TAK		
2	Materace o następujących wymiarach: 1200 x 500 mm (+/- 20 mm) – 3 sztuki 800 x 500 mm (+/- 20 mm) – 2 sztuki	TAK podać		
3	System działający w technologii włókien węglowych – zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza.	TAK		
4	Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu, do postawienia.	TAK		
5	Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia	TAK		
6	Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-40°C ze skokiem co 0,1°C.	TAK podać		
7	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny temperatury zaprogramowanej, aktualnej oraz temperatury ciała pacjenta (w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego).	TAK		
8	Alarmy: odchylenia temperatury; wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania	TAK opisać		
9	Wbudowany moduł do pomiaru temperatury ciała pacjenta czujnikiem zewnętrznym powierzchniowym z możliwością jednoczesnego podłączenia czujnika do jednego monitora (w kpl. jeden wielokrotnego użytku)	TAK		
10	Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim.	TAK		
11	Materace przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami.	TAK		
12	Materace ogrzewające tylko pacjenta (nie emituje ciepła do otoczenia).	TAK		
13	Materace przeziernie dla promieni RTG.	TAK		
14	Materace posiadające zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów.	TAK opisać		
15	Materace posiadające wbudowaną przeciwoleżynową piankę wiskoelastyczną min. 30 mm o właściwościach równomiernie rozkładających ciężar ciała pacjenta i redukujących ucisk powierzchniowy.	TAK opisać		

16	Materace wyposażone w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. 90°C i dezynfekcji powierzchniowej.	TAK		
17	Niskie napięcie zasilania materaca max 24V.	TAK podać		
18	Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2 lub równoważnej.	TAK podać		
19	Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy grzewcze: koce i materace o różnych wymiarach.	TAK/NIE		TAK - 10pkt NIE - 0 pkt
20	Dodatkowy wózek na akcesoria	TAK/NIE		TAK - 10pkt NIE - 0 pkt
21	System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych.	TAK		
Pozostałe wymagania				
22	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
23	Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta.	TAK, podać		
24	Okres gwarancji – min. 24 miesiące.	TAK podać		
25	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
26	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 8 lat.	TAK		
27	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
28	Przeгляд techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
29	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	TAK Podać		
30	Sposób dezynfekcji urządzenia	Opisać i podać proponowane środki dezynfekujące		

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

W zakresie zadań od Nr 1 do Nr 6:

1. Przeliczenie kryterium ceny

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

2. Ocena jakości technicznej oferowanego sprzętu

$$\text{PKT} = \frac{\text{Ilość pkt przyznana badanej nieodrzuconej ofercie}}{\text{Max ilość pkt spośród ocenianych nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times 25\%$$

3. Przeliczenie okresu gwarancji

$$\text{PKT} = \frac{\text{okres gwarancji oferty badanej nieodrzuconej}}{\text{najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times 10\%$$

4. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Termin dostawy oferty badanej}} \times 100 \times 5\%$$

W zakresie zadań Nr 7 i Nr 8:

1. Przeliczenie kryterium ceny

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

2. Przeliczenie okresu gwarancji

$$\text{PKT} = \frac{\text{okres gwarancji oferty badanej nieodrzuconej}}{\text{najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times 35\%$$

3. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Termin dostawy oferty badanej}} \times 100 \times 5\%$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

L.p.	Nazwa Zamawiającego	Przedmiot dostawy	Okres realizacji	Wartość brutto dostawy
1.				
2.				

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

WZÓR UMOWY

Umowa Nr

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....
(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem,

reprezentowanym przez:

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

REGON : NIP :

PESEL (dotyczy osoby fizycznej).....

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę**zwanego w dalszej treści przedmiotem umowy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - specyfikacja cenowa – Załącznik Nr
 - specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie ... dni, licząc od daty podpisania umowy na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 dokonać montażu i instalacji przedmiotu umowy oraz przeszkolić personel Zamawiającego z zakresu jego obsługi .
3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie, na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.

§ 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru i montażu (instalacji) sprzętu u Zamawiającego przez Strony umowy.
2. Czas reakcji serwisu w ciągu max. 24 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii przez Zamawiającego w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii w dni wolne i święta. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu
3. Wykonawca gwarantuje możliwość zakupu części zamiennych przez okres min. 8 lat.
4. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni (w okresie gwarancji) Wykonawca zobowiązany będzie wstawić Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o tym samym przeznaczeniu, wolne od wad oraz przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy
5. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonego sprzętu w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji.

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy i instalacji Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,
 - b) 3% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dni.

2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłok określonych w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

§ 5

1. Wartość umowy ustala się na kwotę: netto + ...% VAT =..... brutto
Słownie brutto:

2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
2.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru i montażu (instalacji) podpisany przez Strony umowy.

3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający prześle na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

4. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

5. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

6. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
- 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

- W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 8

W przypadku niezafatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni licząc od dnia podjęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 10

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 11

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

§ 12

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 13

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

OŚWIADCZENIE*
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....
.....

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 8 zadań

oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. **nie należymy*** do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 369 ze zm.*).
2. **należymy*** do grupy kapitałowej i **przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 369 ze zm.*).

.....
(wymienić załączone dowody)

* *niepotrzebne skreślić*

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (**nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego**):

.....

.....

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 8 zadań

oświadczamy, że w stosunku do niego:

- 1)* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

* *UWAGA!* – skreślić niewłaściwe (*a* lub *b*)

- 2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.....

data

.....

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji