



Nowy Targ 07.07.2020 rok

## WSZYSCY WYKONAWCY

Nasz znak: DZP-271-8/20

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę implantów ortopedycznych i kręgosłupowych wraz z utworzeniem podmagazynu i użyczeniem instrumentarium narzędzi, endoprotez kolana i biodra cementowych i bezcementowych, pierwotnych i rewizyjnych wraz z użyczeniem instrumentarium i udostępnieniem napędów oraz utworzeniem podmagazynu.**

### TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

- 1) Czy Zamawiający dopuści protezę urazowo-rekonstrukcyjną stawu barkowego do mocowania cementowego, dostępna z 3 średnicami trzpienia, odpowiednio  $\phi 6,5\text{mm}$ ,  $\phi 9\text{mm}$  i  $\phi 12\text{mm}$ , z min. 7 rozmiarami głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm, niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót by uzyskać offset. Anatomicznie dopasowany trzpień protezy bez dodatkowych elementów centrujących. Wysokość głowy protezy związana z jej średnicą. Stały kąt pochyleń 130 stopni. Część przynasadowa spłaszczona dla lepszego mocowania guzków. otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej, część przynasadowa porowata pokryta HA z wypolerowanym fragmentem w części przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici. Instrumentarium wyposażone w przyrząd służący do uzyskania przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

- 2) **Czy w Pakiecie nr 21 ZESTAW DO MIĘDZYKRĘGOWEJ STABILIZACJI ODCINKA SZYJNEGO** Zamawiający dopuści:

implant o anatomicznym kształcie z kształtowymi powierzchniami protekcyjnymi od strony rdzenia o wymiarach wysokości od 4 do 10 mm co 1 mm, głębokości 13 i 15 mm z 5 wariantami powierzchni nośnych pozwalających na lepsze dopasowanie do anatomii kręgów szyjnych:

z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłymi, dwustronnie wypukłymi, płaskimi-lordotycznymi oraz jednostronnie wypukłymi lordotycznymi. Klatki z wewnętrznym wybraniem do wypełniania pakowanym oddzielnie substytutem kości w postaci bloczka z resorbowalnego B-trójfosforanu wapnia lub zamiennie autogennymi wiórami kostnymi, z czterema tytanowymi znacznikami radiologicznymi do lepszej identyfikacji klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz z możliwością łączenia ze stabilizatorem natrzonowym w



postaci profilowanej płytki. Wyroby po sterylizacji radiacyjnej min. 4 letnim terminem przydatności. Uniwersalne instrumentarium na jednej tacy z kpl. przymiarów odpowiadających rozmiarom implantów, narzędziem instalacyjnym z ogranicznikiem głębokości implantowania oraz rozwieraczem typu Caspar.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**PAKIET 8**

- 3) **POZ. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe Kirschnera O 1.5 L mm 310

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

- 4) **POZ. 15** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów O 1.25

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

- 5) **POZ. 17-24** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielanie Grotowkręt schanza w poz. od 17 do 24 do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.**

**PAKIET 10**

- 6) **POZ. 1-4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki wąskie grubość 4.0 mm z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

- 7) **dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez biodra o parametrach według SIWZ z różnicą w części:

2. Trzpień krótki typu „short” oferowany w 12-stu rozmiarach, w wersji standard i lateralizowanej, stożek szyjki 12/14, trzpień pokryty w 2/3 porowatym tytanem, w części dystalnej piaskowany.

8. Panewka cementowana polietylenowa neutralna i z zadbudową 20 stopni, pod głowy 28mm, 32mm i 36mm w rozmiarze 40mm do 58mm skok co 2mm.

9. Głowa antyalergiczna wykonana z ceramiki BioloX Delta w rozmiarze 28mm, 32mm 3 długości oraz w rozmiarze 36mm i 40mm w 4-rech długościach szyjki.

11. Głowa bipolarna oferowana w rozmiarze od 41mm do 57mm skok co 1mm, z możliwością wymiany głowy wewnętrznej 28mm,

Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z opisem zamawiającego.

**Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody w pkt 2, zamawiający dopuszcza w pkt 8,9,11.**

- 8) **dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez biodra o parametrach według SIWZ z różnicą w części:

3. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, z trzema fabrycznie zaślepionymi otworami pod śruby korowe 6,5mm, nie wymagająca zaślepki do otworu centralnego, wkładka wyposażona w centralny peg- ułatwiający implantację oraz zaślepiający otwór. Panewki kompatybilne z wkładką polietylenową neutralną i z okapem 20



stopni, z wkładem ceramicznym oraz wkładem z CoCr pod głowy dualmobility. Implantacja wkładki możliwa w dowolnym ułożeniu 360 stopni. Panewki oferowane w rozmiarze 42mm do 68mm skok co 2mm oraz w rozmiarze 70mm -76mm skok również co 2 mm.

7. Trzpień cementowany stożek 12/24 oferowany w wersji standard i lateralizowanej w 11-stu rozmiarach, stalowy, nie wymagający centralizera.

9. Panewka cementowana polietylenowa neutralna i z zadbudową 20 stopni, ze znacznikiem RTG pod głowy 28mm, 32mm i 36mm w rozmiarze 40mm do 58mm skok co 2mm.

Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z opisem zamawiającego.

**Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody w pkt 3 i 9, zamawiający wyraża zgodę w pkt 7**

9) **dotyczy pakietu nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez biodra o parametrach według SIWZ z różnicą w części:

1. Trzpień bezcementowy bezkolnierzowy oferowany w 11-stu rozmiarach w wersji standard i lateralizowanej, pokryty na całej długości porowatym tytanem i hydroksyapatytem, stożek 12/14, szyjka gładko polerowana, trzpień posiadający na całej długości podłużne i poprzeczne rowki

2. Trzpień cementowany bezkolnierzowy, gładko polerowany szyjka 12/14, oferowany w wersji standardowej i lateralizowanej w 11stu rozmiarach.

3. Panewka typu press-fit z trzema fabrycznie zaślepienymi otworami, w rozmiarze od 44mm do 66mm skok co 2mm. Dostępna panewka w wersji 3D –struktura odwzorowująca kość beleczkowatą – oferowana w rozmiarze od 44mm do 76mm skok co 2mm z 3 fabrycznie zaślepienymi otworami.

4. Panewka cementowana polietylenowa neutralna i z okapem 20 stopni, w rozmiarze od 40mm do 58mm, skok co 2mm, pod głowy 28mm, 32mm i 36mm, posiadająca znacznik RTG na obwodzie.

5. Wkładka polietylenowa cross-linked neutralna i z okapem 20 stopni, pod głowy 28mm, 32mm, 36mm. Z możliwością użycia dystansera do lateralizacji 5mm.

14. Trzpień prosty bezcementowy pokryty porowatym tytanem, oferowany w 8-miu rozmiarach długi, przekrój poprzeczny prostokątny.

15. trzpień rewizyjny typ Wagnerowski, składający się z części dustalnej o przekroju okrągłym, posiadający skrzydelka antyrotacyjne na całej długości, długość 140mm i 200mm średnica od 14mm do 26mm skok co 1mm, część proksymalna standard i lateralizowana mocowana konikalnie oraz za pomocą śruby bezpieczeństwa, oferowana w siedmiu rozmiarach od 50mm do 110mm skok co 10mm. Szyjka 12/14 koąt trzonowo szyjkowy 125 i 135 stopni.

17. Panewka rewizyjna wielootworowa w rozmiarze 44-76mm oferowana w wersji 3D – drukowana z proszku tytanowego o strukturze szorstkiej –odwzorowującej kość beleczkowatą, panewka z hakiem i trzema płytami pod śruby wykonana w technologii 3D oferowana w rozmiarze 50mm do 66mm, panewki kompatybilne z augmentami – nadbudowami do ubytków kostnych, oraz z wkładkami – polietylenowym, ceramicznym, metalowym typu dualmobility jak również z systemem wkładów zmieniających lateralizację 5mm oraz z możliwością uzyskania do 40 stopni pochylania.

Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z opisem zamawiającego.



**PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. Jana Pawła II**

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

**Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody w pkt 1,3,14,15,17, zamawiający wyraża zgodę w pkt. 2,4,5.**

- 10) Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 poz. 2** dopuści możliwość zaferowania drutów Kirschnera Ø 1,0-3,0mm, L=150-380mm?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

- 11) Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 poz. 4** dopuści możliwość zaferowania gwoździ Steinmana z końcówką okrągłą?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

- 12) Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 poz. 7** dopuści możliwość zaferowania grotowkrętu samowiercącego typu APEX o średnicy: Ø3,0mm L(mm) 60-100 Ø4,0- 6,0mm L(mm) 90-250?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

- 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości zamówionego przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

- 14) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych na 2% wartości zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie i ilościach?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

- 15) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 5)

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

- 16) W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

- 17) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 13 ust. 1 pkt. 3-7:

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

3) **0,5%** wartości **brutto** zamówionego przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy,**

4) **0,5%** wartości **brutto części** umowy, w przypadku niedostarczenia instrumentarium w terminie o którym mowa w §5 ust. 2 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego instrumentarium,**

5) **5%** wartości **brutto niedostarczonego** zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie i ilościach,



**PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. Jana Pawła II**

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

- 6) **0,5%** wartości brutto **niewykonanej części** umowy w przypadku braku naprawy/wymiany użyczonych narzędzi w terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii,  
7) 5% wartości **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy w przypadku odmowy zawarcia przez Wykonawcę aneksu w sytuacji określonej w §2 ust. 2.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

18) **dot. Pakietu nr 7 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpień o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 10 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 132mm do 160mm.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

19) **dot. Pakietu nr 7 pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Trzpień typu MIS, krótki, zakleszczający się w nasadzie (przynasadowy) w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpień o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 10 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 97,5mm do 125mm.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

20) **dot. Pakietu nr 7 pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Trzpień cementowany w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, rowkowany obustronnie, wersja standardowa i lateralizowana o tym samym kącie CCD – 135 stopni w 9 rozmiarach, samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień FeCr gładki. Stożek 12/14.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

21) **dot. Pakietu nr 7 pozycja 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Trzpień rewizyjny bezcementowy, okrągły w przekroju, typu Wagner w długościach 190-305 mm.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**





22) **dot. Pakietu nr 7 pozycja 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Panewka tytanowa press-fitowa, powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetroowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm.”

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

23) **dot. Pakietu nr 7 pozycja 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Śruby tytanowe o długościach od 15 do 40 mm (skok co 5 mm), 50mm i 60mm.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

24) **dot. Pakietu nr 7 pozycja 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Panewka typu dwumobilna cementowana, stalowa, na wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna od 44 mm do 60 mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

25) **dot. Pakietu nr 7 pozycja 9**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Głowa ceramiczna w rozmiarach 28 i 32 w trzech długościach szyjki.”

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

26) **dot. Pakietu nr 7 pozycja 10**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Głowa CoCr o średnicy 22,2mm, 28mm i 32mm co najmniej 3 długości szyjki.”

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

27) **dot. Pakietu nr 7 pozycja 11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Głowa biopłarna metalowa o średnicy zewnętrznej od 44 do 62 mm umożliwiająca wymianę wkładki i głowy wewnętrznej blokowanej przy pomocy metalowego zamka. Średnica zewnętrzna od 44 do 55 mm ze skokiem, co 1 mm, następnie 57 mm i od 58 do 72 mm ze skokiem, co 2 mm.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

28) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 1**



www.pszs.eu

## PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Element udowy anatomiczny (prawy lub lewy), CR lub PS, cementowany, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80 mm.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

29) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Element piszczelowy cementowany, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, polerowany w minimum 7 rozmiarach w przedziale 63 do 87mm.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

30) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, dostępna w wersji PS (w 8 wysokościach) i CR (w 5 wysokościach). Wkładka mocowana w tacy piszczelowej specjalną zawleczką.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

31) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Cement kostny z antybiotykiem (gentamycin) lub bez, pakowany po 20 lub 40 g, kontrastowany dwutlenkiem cyrkonu, barwiony chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

32) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Komponent udowy rewizyjny, anatomiczny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 5 rozmiarach z możliwością dołączenia trzpieni i podkładek.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

33) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o charakterystyce: „Komponent piszczelowy, rewizyjny, przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej ( tzw. mobile bearing) lub wkładki mocowanej na stałe. Minimum w 5 rozmiarach, możliwością dołączenia trzpieni i podkładek.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

34) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana w tacy piszczelowej specjalną zawleczką lub ruchoma ( typu mobile Bearing ) w minimum 7 rozmiarach.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

35) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Trzpień w 3 długościach, kompatybilny z elementem udowym i piszczelowym.”



**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

36) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 9**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Podkładki udowe ( przednie i tylne ) w minimum 2 grubościach.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

37) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 10**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Implant bezcementowy, wykonany z tantalu, uzupełniający ubytki wewnątrz części dalszej kości udowej, dostępny w 3 rozmiarach.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

38) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Adapter offsetowy, kompatybilny z komponentem udowym i puszczelowym.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

39) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 12**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Zawlecza mocująca wkładkę w tacy puszczelowej.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

40) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 13**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Trzpień w 3 długościach, kompatybilny z elementem udowym i puszczelowym.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

41) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Skrzydółka puszczelowe derotacyjne w dwóch rozmiarach.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

42) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 15**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Podkładki puszczelowe w minimum 2 rozmiarach.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

43) **dot. Pakietu nr 12 pozycja 16**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie asortymentu o następującej charakterystyce: „Tytanowy, porowaty implant uzupełniający ubytki wewnątrz przynasady kości puszczelowej, bezcementowy, wykonany w technologii wytwarzania przyrostowego, dostępny w 4 rozmiarach.”

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

44) **dot. Pakietu nr 13 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby komponent udowy był w minimum 5 rozmiarach z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: tak**

45) **dot. Pakietu nr 13 pozycja 2**





**PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. Jana Pawła II**

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby komponent piszczelowy był anatomiczny w minimum 6 rozmiarach (minimum 6 prawych i minimum 6 lewych) z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: tak**

46) **dot. Pakietu nr 13 pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby wkładka była anatomiczna (dedykowana do prawego lub lewego elementu piszczelowego) w minimum 7 rozmiarach z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: tak**

47) **dot. Pakietu 16**

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści również zestaw do rekonstrukcji stawu AC, oparty na dwóch płytkach tytanowych - bezwzłowy system do naprawy więzozrostu barkowo-obończykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończony z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

48) **dot. Pakietu 17**

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dopuści również protezę urazową:


- trzpień urazowy monolityczny napyłony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej;
- dwa boczne skrzydelka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków;
- regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera;
- znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia;
- głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

49) **dot. Pakietu 18**

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści również system do tendoezy dystalnego końca bicepsa (zdjęcie) składający się z:

- implantu typu endobutton - ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwzłową pętlą polietylenową. Płytkę z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału w kości promieniowej. Oparcie czoła przeszczepu o drugą korówkę kości promieniowej.
- w zestawie nić prowadząca implant oraz wielorazowe narzędzia, w tym: celownik do prowadzenia przeszczepu, drut Kirschnera z oczkiem, wiertło 4,5 mm itd.?"



**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

- 50) Dotyczy pakietu nr 20: Zestaw przeznaczony do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego w urazach, zmianach zwyrodnieniowych oraz niestabilnościach w technikach otwartych oraz małoinwazyjnych, z wykorzystaniem w osteoporozie.

Czy w Pakiecie nr 20 Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia instrumentarium w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, w użyczenie na czas operacji, tym samym wykreślając pakiet 20 z paragrafów: §3 oraz §5 oraz dodając go do §6 wzoru umowy?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

- 51) Zamawiający zaznaczył w SIWZ, że wadium należy wpłacić na konto BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Rabie Wyżnej 04 8815 0002 0000 0020 5506 0018 lub złożyć w oryginale (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) elektronicznie przed upływem terminu składania ofert na adres mailowy: księgowość.wadia@pszs.eu  
Termin określa ostateczną datę, w której wadium winno znaleźć się na koncie PSzS im. Jana Pawła II Nowy Targ - ul. Szpitalna 14 lub zostać złożone na adres mailowy PSzS im. Jana Pawła II Nowy Targ - ul. Szpitalna 14.

Prosimy o doprecyzowanie, czy wadium składane w innej formie niż pieniężna, tj. zgodnie z SIWZ:

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub
- w gwarancjach ubezpieczeniowych, bankowych lub,



PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

□ w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz. 1804 oraz 2015r poz. 978 i 1240) winno być złożone na podany wyżej adres e-mail bez wcześniejszego zaszyfrowania czy wraz z ofertą powinno zostać złożone na portalu Zamawiającego pod adresem: [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)? Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. Złożenie niezaszyfrowanego dowodu wniesienia wadium na adres e-mail zdaniem Wykonawcy, stanowi ujawnienie części oferty Wykonawcy przed terminem składania ofert.

**Odpowiedź: wadium stanowi instrument prawny służący zabezpieczeniu oferty, nie jest w ocenie zamawiającego treścią oferty. Wadium powinno zostać złożone przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wadium w innej formie niż pieniężna również wraz z ofertą na portalu zamawiającego, gdyż wyczerpuje to obowiązek złożenia go przed upływem terminu składania ofert.**

52) Dot. załącznika nr 4 do SIWZ, Projekt Umowy, §1 ust. 3.

W §1 ust. 3 Projektu Umowy Zamawiający zaznaczył, że Na każde żądanie Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu – osobie odpowiedzialnej za realizację umowy - odpowiednie dokumenty oraz certyfikat MRI każdego produktu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy zamiast certyfikatu MRI Zamawiający zaakceptuje przedłożenie odpowiedniej dokumentacji technicznej mówiącej o możliwości przeprowadzenia badań MRI?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza zamiast certyfikatu MRI równoważną dokumentację techniczną mówiącą o możliwości przeprowadzenia badań MRI.**

53) Dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycji 1 drut do wiązania odłamów długości 10m?

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycji 2 druty kirschnera długości 150-310mm?

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycji 4 gwoździe Steinmanna z końcówką zaokrągloną?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza w poz. 1 i 2, zamawiający nie dopuszcza w poz. 4.**

54) dot. Pakietu nr 16:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie.

Składając ofertę na asortyment wymieniony w Pakiecie 16 tj.: **Zestaw do rekonstrukcji stawu AC, oparty na dwóch płytkach tytanowych, dwóch taśmach niewchłaniających z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4 mm. W zestawie pętla nitinolowa do przeciągnięcia szwów** – Zamawiający podał do wyceny jedynie 2 składowe ww. zestawu, tj. płytki tytanowe x 30 szt. oraz taśmy niewchłaniające x 30 szt. W przedmiotowej wycenie zabrakło zatem: „**pętla nitinolowa do przeciągnięcia szwów**”, której zgodnie z ww. zapisem powinno być 15 sztuk.



**PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. Jana Pawła II**

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

[www.pszs.eu](http://www.pszs.eu)

Prosimy o poprawę ww. pakietu, tak by uwzględniała ona również brakujący asortyment tj. pętle nitynolową do przeciągania szwów.

**Odpowiedź: zamawiający zmienia zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dodając poz. nr 3 o treści: „Pętla nitynolowa do przeciągania szwów w ilości 15 szt”.**

**Termin składania i otwarcia ofert: 23.07.2020 r.**

**Godziny i miejsca pozostają bez zmian.**

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

a/a

Podpis

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  
PSzS im. Jana Pawła II w Nowym Targu  
Alicja Jarosińska