



# Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dnia 03.06.2020 r.

Do wszystkich  
Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej 214.000 euro** którego przedmiotem jest **Dostawa wyrobów medycznych, jednorazowych (rękawice, kaniule) Nr ogłoszenia 2020/S 067-158959** opublikowane w dniu 03.04.2020.

**Znak sprawy PN 27/2020**

**Szanowni Państwo**

W dniu **08.05.2020** roku odbyło się otwarcie ofert.

**Wpłynęły następujące oferty:**

#### **Oferta 2**

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

ul. Osmańska 14

02-823 Warszawa

Pakiet 12 z ceną netto 219.369,00 zł, brutto 236.918,52 zł

#### **Oferta 12**

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Pakiet 12 z ceną netto 215.790,00 zł, brutto 233.053,20 zł

**Oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 punkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych.**

**Uzasadnienie faktyczne:**

Zamawiający w pakiecie 12 poz. 4 wymagał „... nasadki w przeziernym kolorze purpurowym/fioletowym w celu łatwiej identyfikacji tępej igły do pobrania z filtrem, nie krótsza niż 2,5 cm dla łatwego pobrania całości leku ze szklanej fiołki..” natomiast wykonawca zaproponował nasadkę igły o długości niezgodnej z naszym opisem zamówienia.

W pakiecie 12 poz. 5 Zamawiający wymagał „...zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki z systemem kapilar zapobiegających zachłapaniu krwią o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły..” natomiast Wykonawca zaproponował kaniule, która nie posiada zabezpieczenia (osłonki na igłę) co jest niezgodne z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ (Pakiet 12 poz. 5).

Zamawiający w pakiecie 12 poz. 6 wymagał: „...zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniąca personel medyczny przed przypadkowym zaktuciem z systemem kapilar zapobiegających zachłapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Kaniula posiadająca dodatkowo otwór przy ostrzu igły zapewniający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie skutecznej kaniulacji...” natomiast Wykonawca zaoferował kaniule zwykła nie posiadająca wyżej wymienionych elementów.

**Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

#### **Oferta 2**

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

ul. Osmańska 14

02-823 Warszawa

Pakiet 12 z ceną netto 219.369,00 zł, brutto 236.918,52 zł –liczba punktów 100

**Uzasadnienie wyboru** – Wybrane oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – spełniały kryteria zawarte w SIWZ (uzyskały najwyższą liczbę punktów).  
Przewidywany termin zawarcia umów zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.1 i 2 Ustawy Pzp.

Z poważaniem: