

Warszawa, 20.03.2020r.



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP – .....1598.....75/20

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy testera autentyczności dokumentów” nr ref. WZP- 75/20/03/Z

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi oraz o zmianie treści załącznika do SIWZ:

**Pytanie nr 2:**

W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi opisywanego przez Zamawiającego testera dokumentów prosimy o odpowiedź na pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu tester o wadze około 220 gr?


W toku zamówienia wersji demonstracyjnej urządzenia i zważeniu testera uzyskaliśmy wiedzę, że jego rzeczywista waga wynosi około 220 gramów. We wszystkich materiałach informacyjnych waga testera spełniającego wymagania zamawiającego wynosi 200 g. W związku z uzyskaniem informacji o rzeczywistej wadze testera wnosimy o dokonanie zmiany.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza różnicę masy urządzenia wraz z baterią/akumulatorem w zakresie +/- 10%, tj. od 180 do 220 g.

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega treść załącznika nr 1 do SIWZ.

Aktualny załącznik nr 1 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

ZASTĘPCA WYKONAWCY  
Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
  
Lukasz WEREDA