



D.25C/250/107/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY URZĄDZEŃ DO ELEKTROTERAPII SERCA WRAZ Z DZIERŻAWĄ GENERATORA ELEKTROCHIRURGICZNEGO DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/12-19rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia częściowego**
- b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej dostawy;**
- d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 15 lub 16 niniejszej umowy w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.**

*W przypadku zadań 17, 20 – 23, 25:

- h) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje:

- dla Projektu umowy dla zadań: 1-16, 18-19 oraz 24 – zapis §6 ust. 1 pkt d), który otrzymuje brzmienie:
„zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 15 lub 16 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.”
- dla Projektu umowy dla zadań: 17, 20 – 23, 25 – zapis §6 ust. 1 pkt h), który otrzymuje brzmienie:
„zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.”

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na stymulatory o pojemności baterii 1.0 Ah?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczanie elektrod lewokomorowych tylko ze złączem IS4?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, na zaoferowanie w zadaniu 12 elektrod lewokomorowych tylko ze złączem IS4.

4. Zapytanie Wykonawcy:



Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 10 zadania 15 koszulek do implantacji elektrod o długości >20cm prostych o średnicy 9-13F oraz zagiętych o średnicy 7 lub 9F (do wyboru przez Zamawiającego).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. Zapytanie Wykonawcy:

dot. pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści introduktory do łatwego umieszczania elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka-rozszerzacz (dylator). Po wprowadzeniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na dwie części. Rozmiar oznaczony jest na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne

Zestaw zawiera:

1. Introduktor o długości 13,5cm składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczaniu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).
2. Prowadnik \varnothing 0,38", długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki „J” w igle.
3. Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.
4. Strzykawka standardowa, pojemność 10 ml.
5. Dostępne rozmiary 7 – 11 F

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że zaferowany zestaw spełnia wszystkie parametry określone w SWZ i posiada strzykawkę typu luer-lock.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause