



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.13.7.(APT.10).2024.K.K.

Poznań, dnia 14 marca 2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych „1” nr rejestru: **SZP/APT/10/2024.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

PAKIET 2 poz. 2
- Czy Zamawiający dopuści rozmiar 70 x 50 x 1mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje – jeżeli pytanie dotyczy części nr 2 poz. 2 - rozmiaru 80 x 50 x 1mm, to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 70 x 50 x 1mm.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania udzielonej odpowiedzi w dniu 11.03.2024 r – WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1 - O-RSK.SZP.13.5.(APT.10).2024.K.K. – dotyczy Pytania nr 9

JEST

Część nr 3 Poz. 19-25

Czy Zamawiający wymaga, aby bezpieczna kaniula dożylna bez portu wyposażona była w zawór eliminujący wypływ krwi podczas kaniulacji po wyciągnięciu mandrynu? Rozwiązanie to umożliwi wielokrotne użytkowanie kaniuli bez wypływu krwi w momencie odłączenia aparatu do przetoczeń lub strzykawki co zabezpiecza personel przed kontaktem z krwią pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

POWINNO BYĆ

Część nr 3 Poz. 19-25

Czy Zamawiający wymaga, aby bezpieczna kaniula dożylna bez portu wyposażona była w zawór eliminujący wypływ krwi podczas kaniulacji po wyciągnięciu mandrynu? Rozwiązanie to umożliwi wielokrotne użytkowanie kaniuli bez wypływu krwi w momencie odłączenia aparatu do przetoczeń lub strzykawki co zabezpiecza personel przed kontaktem z krwią pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Przemysław Daroszewski

Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: K. Kubiak

Sporządzono w 1 egzemplarzu

1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa