



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BYDGOSZCZY**

Nasz znak: EZP.2600.4.2024  
Egz. nr 1

Bydgoszcz, dnia 7 marca 2024 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**  
**(zapytanie ofertowe EZP.2600.4.2024)**

**Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr EZP.2600.4.2024 na dostawę podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy, wpłynęły pytania Wykonawców do Opisu przedmiotu zamówienia o następującej treści:**

**Część 1**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją oraz certyfikatem kontroli jakości (załącznik nr 3 i 4 do odpowiedzi)?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 podłoża z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 podłoża, które pakowane jest w opakowanie zbiorcze 50 sztuk probówek wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj, zaoferowanie 14 takich opakowań?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 podłoża, które pakowane jest w opakowanie zbiorcze 50 sztuk probówek wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj, zaoferowanie 14 takich opakowań?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją oraz certyfikatem kontroli jakości (załącznik nr 5 i 6 do odpowiedzi)?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
6. Dotyczy pakietu nr 1 Wymagania pkt 1 a-c - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z ofertą certyfikatów jakości oraz metodyk i kart charakterystyki i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą dostępne dokumenty?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności od daty pojedynczej dostawy do 4 tygodni?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

### **Część 3**

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 suplementu GVPC z terminem ważności około 10 miesięcy, ponieważ maksymalny termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie z pozycji 2 pożywki CYE z terminem ważności około 1,5 roku, ponieważ maksymalny termin ważności wynosi 2 lata od daty produkcji?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
3. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 suplementu Prestona z terminem ważności około 1,5 roku, ponieważ maksymalny termin ważności wynosi 2 lata od daty produkcji?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
4. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 10 pożywki CSB z terminem ważności około 2 lata, ponieważ maksymalny termin ważności wynosi 3 lata od daty produkcji?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
5. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 14 pożywki sypkiej TBX z terminem ważności około 2 lata, ponieważ maksymalny termin ważności wynosi 3 lata od daty produkcji?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

### **Część 5**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 podłoża z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 krwi baraniej odwłóknionej od innego producenta niż producent pozostałych podłoży w pakiecie?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 krwi baraniej odwłóknionej od producenta, który posiada ISO 9001 oraz 17025, lecz nie posiada ISO 13485?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 12 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją oraz certyfikatem kontroli jakości (załącznik nr 1 i 2 do odpowiedzi)?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

## Ogólne warunki umowy:

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. (§ 5 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 7 dni roboczych do 21 dni ?

Uzasadnienie:

Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie, a w przypadku zgłoszenia reklamacji produkty te musimy wpierw sprowadzić bezpośrednio od producenta do naszego magazynu. W związku z czym 7 dniowy termin realizacji jest trudny do dotrzymania.

Odpowiedź: w § 5 ust. 2 ogólnych warunków umowy zostanie wskazana osoba, która przyjmuje reklamacje u Wykonawcy. W temacie pytania: Zamawiający pozostawi w umowie zapisy w brzmieniu § 5 ust. 4 Ogólnych warunków umowy, na podstawie którego 7 dniowy termin na dostarczenie Zamawiającemu nowego, wolnego od wad przedmiotu umowy, może zostać przedłużony na etapie realizacji umowy.

3. (§6) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 6.

4. (§ 7 ust. 1) Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania do 10 dni.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść § 7 ust. 1 w brzmieniu zawartym w ogólnych warunkach umowy.

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy  
(podpis nieczytelny)  
Wojciech KOPER

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>
2. a/a