



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ



Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181,

REGON 810733454, KRS 0000001757

WZAM.2354.18.866.2024

Szczecin, dnia 21.08.2024 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Zakup ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

**Nr postępowania: 18/2024.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

#### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie Nadwozie przystosowane do przewozu 3 osób z czterema miejscami do siedzenia + 1 osoba w pozycji leżącej. Przy DMC 3,5t takie rozwiązanie jest jedynym rozwiązaniem spełniającym wszystkie normy wagowe pojazdu.

#### **Odpowiedź nr 1:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 2**

Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści standardową kierownicę i radio sterowane z panelu odbiornika będące fabrycznym wyposażeniem producenta ambulansu?

#### **Odpowiedź nr 2:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie równoważne paneli typu switch. Panele te charakteryzują się wyższą precyzją oraz niezawodnością, co jest kluczowe podczas akcji ratunkowych, gdzie obsługa urządzeń często odbywa się w rękawiczkach. Panele dotykowe nie spełniają wymagań w takich warunkach, szczególnie gdy ręce są mokre z powodu kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi czy innymi substancjami, co jest częstym przypadkiem w sytuacjach ratunkowych. W związku z powyższym, prosimy o rozważenie naszej prośby i uwzględnienie paneli typu switch w specyfikacji technicznej stosowanych urządzeń.

#### **Odpowiedź nr 3:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 4**

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że obecny zapis dotyczący układu wentylacji w ambulansach jest skoncentrowany na specyficznych rozwiązaniach dostosowanych wyłącznie do oferty firmy AMZ Kutno, co budzi nasze poważne zastrzeżenia. Wnosimy, że taka specyfikacja może wynikać z niewiedzy lub niezamierzonego ograniczenia konkurencyjności, a nie z obiektywnych potrzeb i standardów. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o umożliwienie zastosowania wylotów chłodnego powietrza w ścianie działowej oddzielającej przestrzeń medyczną od kabiny kierowcy, z minimalną liczbą trzech wylotów. Takie rozwiązanie zapewni znacznie wyższą efektywność wentylacji oraz komfort przewożonych pacjentów, eliminując problem wprowadzenia takich rozwiązań przyczyni się



do poprawy jakości usług ratunkowych oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjentów, co powinno być priorytetem w specyfikacji technicznej dla wszystkich producentów ambulansów.

**Odpowiedź nr 4:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 5**

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności funkcji sterowania termoboxem na froncie urządzenia. Takie rozwiązanie pozwoli na precyzyjne określenie temperatury zaraz przed użyciem płynów znajdujących się wewnątrz.

**Odpowiedź nr 5:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt 1 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności - ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym - łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące.

**Odpowiedź nr 6:**

Tak, Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 10 - prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w cztery miejsca siedzące oraz nosze, ale przeznaczonego do przewożenia maksymalnie czterech osób (trzyosobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego i jednego pacjenta).

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający dopuszcza ambulans wyposażony w cztery miejsca siedzące z zastrzeżeniem, że w części medycznej znajdować się będzie co najmniej jedno miejsce siedzące oraz nosze.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 20 – prosimy o potwierdzenie, że wyposażone w tym punkcie wyposażenie nie stanowi przedmiotu zamówienia, a Wykonawca ma tylko zapewnić miejsce oraz mocowania.

**Odpowiedź nr 8:**

Dotyczy samych mocowań, wymienione elementy wyposażenia nie stanowią przedmioty zamówienia.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 31 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności analogowy (na przyciski) panel sterowania w kabinie kierowcy, bez wyświetlacza dotykowego, jednak spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego i będący rozwiązaniem znacznie tańszym.

**Odpowiedź nr 9:**

Tak, Zamawiający dopuści panel sterowania analogowy w kabinie kierowcy na zasadzie równoważności.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 39 – prosimy o dopuszczenie napędu 4x4.

**Odpowiedź nr 10:**

Tak, Zamawiający dopuszcza napęd 4x4.

**Pytanie nr 11**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 53 – prosimy o dopuszczenie, klimatyzacji opartej na jednej sprężarce i dwóch parownikach – możliwość odrębnego ustawienia temperatury i prędkości nawiewu dla przedziału i kabiny kierowcy, ale aby działa klimatyzacja w przedziale medycznym musi działa klimatyzacja przedziału kierowcy.

**Odpowiedź nr 11:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 12**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 54 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności 4 wylotów chłodnego powietrza na ścianie działowej w przedziale medycznym. Rozwiązanie jest zgodne z normą PN EN 1789 oraz jest równoważnie efektywne co min 4 wylotów chłodnego powietrza na całej długości sufitu.

**Odpowiedź nr 12:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.



**Pytanie nr 13**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 62 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności dwóch głośników zamontowanych w pasie przednim, o łącznej mocy 200W.

**Odpowiedź nr 13:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 14**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 63 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności w tylnej części dachu belki niezintegrowanej z dachem.

**Odpowiedź nr 14:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 15**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 64 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności włączania sygnalizacji dźwiękowo-światłowej poprzez jeden przycisk w łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej.

**Odpowiedź nr 15:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 16**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 70 – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego z funkcją włączania i wyłączania, nie przygaszania na czas transportu.

**Odpowiedź nr 16:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 17**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 71 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga uchwytu do drukarki HP OfficeJet 100.

**Odpowiedź nr 17:**

Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający wykreśla zapis o uchwycie do drukarki HP OfficeJet 100.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych w w/w zakresie. Zmodyfikowany załącznik nr 7 został zamieszczony na stronie internetowej postępowania.

**Pytanie nr 18**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 72 – prosimy o dopuszczenie fotela na prawej ścianie wyłącznie z jednym podłokietnikiem.

**Odpowiedź nr 18:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 19**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 74 – prosimy o dopuszczenie szafki zamykanej na zamek szyfrowy, nie klucz.

**Odpowiedź nr 19:**

Zamawiający, nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 20**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ – krzesło transportowe – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli krzesło transportowe z systemem płozowym umożliwiającym zjazd o schodach, które będzie przewożone w schowku zewnętrznym, bez rampy najazdowej.

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający ma na myśli krzesło transportowe z systemem rampa.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z elementów systemu SWD PRM wymaga jedynie uchwytu do drukarki, a nie wymaga np. stacji dokującej do tabletu, tabletu, drukarki, instalacji do modułu GPS, modułu GPS.

**Odpowiedź nr 21:**

Zamawiający nie wymaga stacji dokującej do tabletu, tabletu, drukarki, instalacji do modułu GPS, modułu GPS.



**Pytanie nr 22**

Jeśli Zamawiający wymaga elementów systemu SWD PRM wliczonych w cenę oferty, prosimy o doprecyzowanie jakich.

**Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający nie wymaga elementów SWD PRM.

**Pytanie nr 23**

Jeśli zamawiający wymaga wliczenia w cenę oferty elementów systemu SWD PRM, prosimy o podanie marki i modelu tabletek, jakich używa Zamawiający.

**Odpowiedź nr 23:**

Zamawiający nie wymaga elementów SWD PRM.

**Pytanie nr 24**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga instalacji, anten do radiotelefonów oraz samych urządzeń.

**Odpowiedź nr 24:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 25**

Jeśli Zamawiający wymaga wliczeni w cenę oferty powyższych elementów prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonów z jakich korzysta Zamawiający.

**Odpowiedź nr 25:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 26**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zarówno z przodu jak i z tyłu belki niezintegrowanej z nadwoziem pojazdu.

**Odpowiedź nr 26:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 27**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przetwornicy napięcia.

**Odpowiedź nr 27:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 28**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 95 – prosimy o potwierdzenie, że ten punkt, warunki gwarancji dotyczy zarówno samochodu bazowego, jak i zabudowy przedziału medycznego.

**Odpowiedź nr 28:**

Tak, Zamawiający potwierdza, że warunki gwarancji dotyczą samochodu bazowego jak i przedziału medycznego.

**Pytanie nr 29**

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 95 – prosimy o potwierdzenie, czy przeglądy mają być dokonywane w siedzibie Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 29:**

Tak, przeglądy mają być wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

**Pytanie nr 30**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd częściowo przeszklony (wszystkie szyb termoizolacyjne), z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych zgodnie z pkt 4.3.5.2 normy PN EN 1789:2021.

**Odpowiedź nr 30:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.



**Pytanie nr 31**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd wyposażony w fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikiem z regulacją wysokości.

**Odpowiedź nr 31:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 32**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd wyposażony w poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera.

**Odpowiedź nr 32:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 33**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd wyposażony w stopień zewnętrzny elektryczny automatycznie otwierany/zamykany wraz z drzwiami przesuwными.

**Odpowiedź nr 33:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 34**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości zbiornik paliwa o pojemności 70 l.

**Odpowiedź nr 34:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 35**

W związku z ograniczoną dostępnością pojazdów bazowych prosimy o dopuszczenie pojazdu bez bocznych świateł pozycyjnych.

**Odpowiedź nr 35:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 36**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez 5 wylotów chłodnego powietrza trzy przednie, jeden w środkowej i jeden w tylnej części w celu równomiernego jego rozprowadzenia. Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą PN-EN 1789

**Odpowiedź nr 36:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 37**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości, sygnalizację uprzywilejowaną typu kogut, umieszczona w tylnej części dachu pojazdu, z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlenia przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów.

**Odpowiedź nr 37:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 38**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości, oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak: światło rozproszone w technologii LED, umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego w postaci listwy LED, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwanych do przedziału medycznego, oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.), oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym.

**Odpowiedź nr 38:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 39**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości przedział medyczny (pomieszczenie dla pacjenta) mieszczące urządzenia wyszczególnione poniżej.





Zabudowa specjalna na ścianie działowej: szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków, wyposażona w szufladę, mocowanie do pojemnika na zużyte igły, po ustaleniu z Zamawiającym, mocowanie do kosza na odpady, po ustaleniu z Zamawiającym, mocowanie (podstawa) do drukarki HP OfficeJet 100 Mobile Printer miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz przedziału medycznego, jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy, jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców.

#### **Odpowiedź nr 39:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający wykreśla zapis o uchwycie do drukarki HP OfficeJet 100.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych w w/w zakresie. Zmodyfikowany załącznik nr 7 został zamieszczony na stronie internetowej postępowania.

#### **Pytanie nr 40**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości przedział medyczny (pomieszczenie dla pacjenta) mieszczące urządzenia wyszczególnione poniżej.

Zabudowa specjalna na ścianie prawej: minimum dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta, jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, za fotelem miejsce na urządzenie do automatycznego masażu klatki piersiowej.

uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i na drzwiach tylnych.

#### **Odpowiedź nr 40:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 41**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości nosze monoblokowe, wielofunkcyjne samojezdne renomowanego europejskiego producenta, posiadające płynną regulację nachylenia oparcia pod plecy do kąta 75° oraz wszystkie kółka jezdne o średnicy 16 cm i szerokości 4 cm, obrotowe o 360°, min. 2 wyposażone w hamulce, blokada kół do jazdy na wprost.

Pozostałe parametry zgodne z OPZ.

#### **Odpowiedź nr 41:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 42**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymagając „Dopuszczalna waga zestawu zgodna z normą PN EN 1865-2 (lub z normą równoważną) maksimum 75 kg.” ma na myśli cały zestaw transportowy opisany w OPZ, czyli nosze wraz z akumulatorem, regulowanymi barierkami, teleskopowym wieszakiem na płyny infuzyjne oraz materacem.

#### **Odpowiedź nr 42:**

Tak, Zamawiający ma na myśli cały zestaw.

#### **Pytanie nr 43**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane nosze miały możliwość wymiany akumulatora bez dodatkowych narzędzi w trakcie transportu z pacjentem jako oryginalne rozwiązanie potwierdzone przez producenta oraz posiadały w komplecie dwa wymienne akumulatory wraz z ładowarką zewnętrzną umożliwiającą ładowanie akumulatora z zasilania 12 V i 230V. W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie. Takie rozwiązanie gwarantuje Zamawiającemu dalsze funkcjonowanie noszy i transport pacjenta w razie zagrożenia życia w czasie awarii akumulatora lub jego systemu ładowania.

#### **Odpowiedź nr 43:**

Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowane nosze miały możliwość wymiany akumulatora bez dodatkowych narzędzi.



#### Pytanie nr 44

Czy zamawiający dopuści na zasadach równoważności nosze elektryczno-bariatryczne Stryker Power PRO XT o następujących parametrach technicznych:

Nosze fabrycznie nowe, nie powystawowe

- Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
  - Długość całkowita noszy 205 cm
  - Szerokość całkowita noszy 58 cm
  - Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach.
  - Całkowita długość noszy po skróceniu max. 160 cm.
  - Możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy nawet po skróceniu ramy noszy
  - Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście
  - Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej
  - Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokość leża noszy w zakresie 36-105 cm
  - Udźwig noszy powyżej 318 kg.
  - Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu
  - Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
  - Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnymi funkcji
  - Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do 75 °
  - Rozkładane poręcze boczne zwiększające powierzchnię poprzeczną noszy, regulowane w 7 pozycjach ułatwiające transport pacjentów otyłych, certyfikowane w zakresie normy PN-EN 1865-3:2012+ A1:2015 (certyfikat załączyć do oferty)
  - Nosze wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy 15 cm. 2 koła wyposażone w hamulce.
- 2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost (zwolnienie i uruchomienie blokady dostępne z przodu i z tyłu noszy)
- 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne
  - Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
  - Wyprofilowany materac mocowany na rzepy, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Materac niepalny zgodny z normą EN 597-1
  - Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy
  - Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o różnicowanym wzroście
  - Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze
  - Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego
  - bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania
  - Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi
  - Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania; z elektrycznym wprowadzaniem noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy
  - Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu
  - Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta
  - Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1
  - Waga noszy 57 kg. Nosze zgodnie z normami: EN PN 1865-3:2012 + A1:2015 (nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń); EN PN 1865-2:2010 + A1:2015 (nosze z zasilaniem) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną
  - Elektryczny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub lawety, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu 390kg. System załadunku zgodny z normą PN-EN 1865-5:2012 oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014



- Wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie goleni noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji
- Wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania np.: w nocy, dodatkowa sygnalizacja świetlna poprawnego zapięcia noszy w mocowaniu
- W zestawie komplet dwóch akumulatorów (praca + zapas) z ładowarką. Ładowanie akumulatorów z zasilania 12 V i 230V. W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie.
- Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem).
- Klasa szczelności noszy IPX6
- Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -34° do 54° C.

#### **Odpowiedź nr 44:**

Tak, Zamawiający dopuści na zasadach równoważności nosze elektryczno-bariatryczne.

#### **Pytanie nr 45**

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności krzeselko kardiologiczne płozowe renomowanego producenta firmy Stryker, o następujących parametrach technicznych:

- Marka Stryker, model 6252
- Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
- Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach
- Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję
- Możliwość złożenia do transportu w ambulansie
- Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach
- Wyposażone 4 koła o szerokości 30mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360°
- Średnica tylnych kół 120 mm
- Średnica przednich kół 100 mm
- Min 2 hamulce na tylnych kołach
- Uchylne rączki tylne, blokowane
- Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach
- Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzeselka  $\geq 30^\circ$
- Rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm
- Stabilizator głowy pacjenta
- Podnózek na stopy pacjenta zintegrowany o wymiarze 7 cm x 30 cm
- 3 pasy poprzeczne
- Waga krzeselka z zainstalowanym systemem płozowym 14.9 kg
- Maksymalne wymiary po złożeniu: 96 cm x 52 cm x max 20 cm
- Udźwig 227 kg
- Dopuszczalne do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi)
- Możliwość instalacji akcesoriów w dowolnym momencie:
  - uchwyt na butlę tlenową
  - uchwyt na płyny infuzyjne
  - dodatkowy rozkładany podnózek
- Deklaracja zgodności CE

#### **Odpowiedź nr 45:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza krzeselka kardiologicznego płozowego.

#### **Pytanie nr 46**

Pkt 25. Prosimy o doprecyzowanie parametru dotyczącego punktu 25. „max 250 kg” zawartego w dokumentacji przetargowej. Zwracamy uwagę, że w punkcie nr 23 określono dopuszczalne obciążenie. Czy możliwe jest, że „max 250 kg” jest omyłką pisarską? W przypadku błędu, uprzejmie prosimy o jego korektę.

#### **Odpowiedź nr 46:**

Tak, Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający wyraża zgodę na udźwig powyżej 250 kg. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych w w/w zakresie. Zmodyfikowany załącznik nr 7 został zamieszczony na stronie internetowej postępowania.

#### **Pytanie nr 47**

Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości krzeselko transportowe o średnicy tylnych kółek 15 cm, umożliwiające wygodne przemieszczanie krzeselka z pacjentem po nierównym podłożu?





**Odpowiedź nr 47:**

Zamawiający nie dopuszcza średnicy tylnych kółek mniejszej niż 17 cm.

**Pytanie nr 48**

Zauważyliśmy, że opis dotyczący „DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY AED, PULSOMETR, CIŚNIENIOMIERZ” w dokumentacji przetargowej wydaje się nie być spójny z opisem zawartym w „Opisie przedmiotu zamówienia”. Wygląda na to, że opisane urządzenie to defibrylator z funkcją AED, a nie defibrylator AED. Czy mogłaby to być omyłka pisarska? Uprzejmie prosimy o potwierdzenie i ewentualną korektę opisu.

**Odpowiedź nr 48:**

Zamawiający ma na myśli defibrylator AED.

**Pytanie nr 49**

Pkt 12. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, który przeprowadza autotest jednorazowo po każdym uruchomieniu urządzenia i jest wyposażony w wskaźnik ciągłej oceny stanu technicznego, informujący o prawidłowym funkcjonowaniu sprzętu? Taka funkcjonalność jest istotna, ponieważ zapewnia bieżącą weryfikację sprawności technicznej defibrylatora, co zwiększa bezpieczeństwo jego użytkowania oraz efektywność w sytuacjach ratunkowych.

**Odpowiedź nr 49:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 50**

Pkt 16. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator dwufazowy z niskoenergetyczną, rektalinearą, falą defibrylacji RBW z wyborem energii od 1 do 200J, spełniający aktualne Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące zakresu energii defibrylacji (w tym defibrylacji AED) i kardiowersji (z 20 poziomami energii). Większość nowoczesnych defibrylatorów dwufazowych posiada maksymalne wartości energii na poziomie 200J lub niższym, co zapewnia osiągnięcie skuteczności defibrylacji na poziomie co najmniej równym do aparatów posiadających wyższą maksymalną wartość energii. Zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji - 2020 ERC- zaaprobowanymi przez Polską Radę Resuscytacji – niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa o energii 200J została wprowadzona do standardów postępowania w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej (ALS – Advanced Life Support) zarówno w działaniach szpitalnych jak i przedszpitalnych. W Wytycznych zrównano stosowanie 360J, do 200J RBW.

**Odpowiedź nr 50:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 51**

Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o następujących poziomach wzmocnienia: 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 cm/mV, automatyczne lub ręczne, wyświetlane na monitorze? W wytycznych ERC/AHA 2020/21 jak i w procedurach postępowania nie ma wskazanej ilości poziomów wzmocnień, więc ilość i zakres proponowana jest całkowicie wystarczająca do prawidłowego działania w szczególnych stanach zagrożenia życia, a dodatkowo dzięki automatycznej funkcji dopasowania nie wymaga działania ze strony użytkownika, co znacznie ułatwia pracę personelu medycznego.

**Odpowiedź nr 51:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 52**

Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z ekranem o przekątnej 6,5” zapewniający wyraźny i czytelny podgląd wyświetlanych informacji? Rozdzielczość ekranu w oferowanym przez nas urządzeniu pozwala na wyświetlanie większej ilości informacji obrazujących stan pacjenta niż inne urządzenia, większej możliwości konfiguracji pracy ekranu (wyświetlanie do 12 odpr. EKG, wyświetlanie analizy i interpretacji 12 odpr. EKG, tryb monitora itp.). Mniejszy ekran wpływa na redukcję wagi urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czytelności wyświetlanych danych.

**Odpowiedź nr 52:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 53**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację SWZ, Rozdział IV, poprzez usunięcie pkt. 7. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem, natomiast zapis w punkcie wskazanym powyżej dotyczy cyklicznych dostaw, których Zamawiający będzie dokonywał według bieżących potrzeb i w zakresie danego Pakietu objętego umową. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym



nie przewiduje podziału zamówienia na części (pakiety). Należy zatem uznać, że w/w zapisy nie dotyczą niniejszego postępowania przetargowego. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź nr 53:**

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SWZ poprzez usunięcie z pkt 7 z Rozdziału IV SWZ. W związku z powyższym zmianie ulega dotychczasowa numeracja punktów w Rozdziale IV SWZ, począwszy od „pkt 8”, który otrzymuje numerację „ pkt 7”. Numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie.

**Pytanie nr 54**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści rozdziału IV pkt 12 oraz pkt 12 ppkt 2 SWZ, poprzez odwołanie w treści przywołanych postanowień do aktualnie obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.), która zastąpiła ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o tym samym tytule. Prosimy także o wprowadzenie tożsamej zmiany do treści załącznika nr 5 do SWZ- Oświadczenie Wykonawcy.

**Odpowiedź nr 54:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 55**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści zapisu Rozdziału VII pkt 1 SWZ „Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż do 180 dni”, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż do 180 dni liczony od dnia podpisania umowy”. Koniecznym jest bowiem określenie daty początkowej, od której naliczany jest wskazany termin.

**Odpowiedź nr 55:**

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w/w zakresie. Pkt 1 w Rozdziale VII SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż do 180 dni liczony od dnia podpisania umowy”.

**Pytanie nr 56**

Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie zapisu Rozdziału XIV pkt 2, ppkt 6c SWZ, o zgodę na dopuszczenie przedłożenia oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie wymogów Zamawiającego dotyczących parametrów nieuwzględnionych w katalogach/folderach/opisach oferowanego produktu. Należy wskazać, że nie wszystkie parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą być odzwierciedlone w katalogach czy opisach produktów.

**Odpowiedź nr 56:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 57**

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o zgodę na dodanie do projektu umowy klauzuli o poniższej treści: „.....\*”, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”

\* Wykonawca

**Odpowiedź nr 57:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 58**

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem fabrycznie nowy, nieużywany Zamawiający rozumie także pojazdy z przebiegiem technicznym – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

**Odpowiedź nr 58:**

Zamawiający dopuszcza.



### Pytanie nr 59

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §1 ust. 3 projektu umowy poprzez usunięcie zdania drugiego o treści: „Dokumenty Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego”. Zgodnie bowiem z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokumenty przedmiotowe przewidziane w postępowaniu są przedkładane wraz z ofertą. Ustawa prawo zamówień publicznych nie zna trybu przedkładania dokumentów na każde żądanie Zamawiającego, tym bardziej po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym dokumenty wskazane przez Zamawiającego w treści §1 ust.3 projektu umowy powinny być złożone, wedle wyboru Zamawiającego, bądź jako przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą, bądź udostępnione Zamawiającemu przy dostawie, a nie na każde żądanie Zamawiającego.

#### Odpowiedź nr 59:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### Pytanie nr 60

Prosimy także o wykreślenie treści §1 ust. 5 ppkt b) projektu umowy o treści „kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji” oraz wyrażenia „świadectwa homologacji” z treści §2 ust. 2 projektu umowy. Zamawiający przewidział w treści §1 ust. 5 ppkt b) projektu umowy, że Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia tego dokumentu wraz z przedmiotem umowy, a w treści §2 ust. 2 projektu umowy, że powinno to mieć miejsce jeszcze przed przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy. Powyższe postanowienia pozostają niezgodne z treścią rozdziału XIV pkt 2 ppkt 6 lit. a) SWZ, zgodnie z którym kopia aktualnego świadectwa homologacji stanowi przedmiotowy środek dowodowy i powinna zostać złożona przez Wykonawcę wraz z ofertą. Wobec powyższego prosimy o ujednoczenie wskazanych postanowień projektu umowy i odstąpienie od wymogu kilkukrotnego przedkładania Zamawiającemu tego samego dokumentu, tj. wraz z ofertą, przed wydaniem przedmiotu umowy i w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

#### Odpowiedź nr 60:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### Pytanie nr 61

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §2 ust. 1 projektu umowy, poprzez dopuszczenie dostawy wskazanego przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego na kołach.

#### Odpowiedź nr 61:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### Pytanie nr 62

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 2 ust. 3 projektu umowy z „Wydanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, poprzedzonego wcześniejszym badaniem przeprowadzonym w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.”, na „Wydanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, poprzedzonego wcześniejszymi oględzinami przeprowadzonymi w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy”.

#### Odpowiedź nr 62:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### Pytanie nr 63

Prosimy Zamawiającego o zmianę w rozdziale XIX SWZ pkt 1, Kryterium 3, L.p. 1, z „Okres gwarancji udzielonej na eksploatację pojazdu” na „Okres gwarancji udzielonej na eksploatację pojazdu bazowego (bez limitu kilometrów)”. Jednocześnie prosimy o modyfikację Formularza Ofertowego pkt 3, ppkt. 1., pkt 90 załącznika nr 7 do SWZ oraz treści projektu umowy § 3 ust. 1 pkt. 1) lit. a). Standardowo bowiem producenci ambulansów i sprzętów medycznych udzielają odrębnej gwarancji na pojazd bazowy, powłoki lakiernicze pojazdu, perforację nadwozia, zabudowę medyczną i sprzęt medyczny. Tym samym, celem uniknięcia wątpliwości i zachowania porównywalności składanych ofert, koniecznym jest doprecyzowanie powyższego i przyjęcie, że jednym z kryteriów oceny ofert będzie okres gwarancji na eksploatację pojazdu bazowego.

#### Odpowiedź nr 63:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### Pytanie nr 64

Prosimy także o zmianę postanowienia zamieszczonego w treści Rozdziału XIX pkt 1 SWZ, Kryterium 3- Okres gwarancji poprzez zastąpienie sformułowania "Okres gwarancji oferowany na poszczególne elementy przez Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie może być dłuższy niż 48 miesięcy" zdaniem „Okres gwarancji na eksploatację pojazdu bazowego oraz na sprzęt i aparaturę medyczną oferowany na poszczególne



elementy przez Wykonawcę w jego ofercie nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie może być dłuższy niż 48 miesięcy”. Zgodnie bowiem z treścią pkt 92 załącznika nr 7 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest zaoferować gwarancję na perforację wynoszącą minimum 120 miesięcy, a więc powyższe dotyczyć będzie tylko gwarancji na pojazd bazowy oraz sprzęt i aparaturę medyczną.

**Odpowiedź nr 64:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 65**

Prosimy także o zmianę §3 ust. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez dodanie dodatkowych podpunktów o następującej treści:

- c) „gwarancja na powłoki lakiernicze pojazdu na okres ..... miesięcy;
  - d) gwarancja na perforację nadwozia pojazdu na okres ..... miesięcy;
  - e) gwarancja na zabudowę medyczną na okres ..... miesięcy”.
- Powyższe pozostanie w zgodzie z treścią pkt 91-93 załącznika nr 7 do SWZ.

**Odpowiedź nr 65:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 66**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §3 ust.1 pkt. b) projektu umowy, z „Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia” na „Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego”.

**Odpowiedź nr 66:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 67**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że okres rękojmi o której mowa w treści projektu umowy §6 ust. 1 pkt. 2) będzie wynosił 2 lata zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź nr 67:**

Zamawiający potwierdza, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynika z przepisów ustawy – Kodeks cywilny.

**Pytanie nr 68**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §3 ust. 1 pkt 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że:

a) usunięcie wad/usterek w przedmiocie umowy w okresie rękojmi/gwarancji co do zasady następować będzie poprzez podjęcie zdalnej diagnostyki, a jeśli okaże się ona niewystarczająca, to naprawy sprzętu i zabudowy medycznej będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego, zaś serwis i naprawa pojazdu bazowego - w siedzibie ASO producenta pojazdu bazowego.

b) w przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad/usterek w sprzęcie medycznym i zabudowy medycznej w warunkach warsztatowych poza siedzibą Zamawiającego, naprawa taka zostanie dokonana w siedzibie producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta zabudowy medycznej i sprzętu medycznego.

Koszty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby producentów bądź autoryzowanych przedstawicieli producentów pojazdu bazowego, zabudowy medycznej, sprzętu poniesie Wykonawca. O konieczności dokonania naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie 3 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej”.

Zmiana §3 ust. 1 pkt 4 projektu umowy w powyższym zakresie jest konieczna z kilku powodów. Wskazać bowiem należy, że auta bazowe serwisowane i naprawiane są w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego, a nie w miejscu użytkowania pojazdów. Proponujemy także zmianę w zakresie sposobu zawiadamiania o konieczności naprawy przedmiotu umowy poprzez stosowanie powiadomienia elektronicznego na wskazany adres mailowy. Proces ten usprawni i przyspieszy komunikację, a co za tym idzie także proces naprawy towaru.

**Odpowiedź nr 68:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 69**

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wyżej opisaną modyfikację treści §3 ust. 1 pkt 4 projektu umowy prosimy także o wyrażenie zgody na wykreślenie treści §3 ust. 1 pkt 7 projektu umowy.

**Odpowiedź nr 69:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.





### **Pytanie nr 70**

Proszę także o wprowadzenie do treści §3 ust. 1 pkt 4 projektu umowy oraz pkt 96 dla ambulansu medycznego, pkt 29 w części dotyczącej wyposażenia ambulansu, pkt 17 w części dotyczącej krzesła transportowego, pkt 35 w części dotyczącej defibrylatora oraz pkt 27 w części dotyczącej przenośnego ssaka elektrycznego załącznika nr 7 do SWZ zastrzeżenia, zgodnie z którym: „Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszoną awarię lub usterkę Przedmiotu Umowy wyniesie 72 godziny i liczony będzie od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. Termin naprawy przedmiotu umowy wynosi maksymalnie 7 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie”.

#### **Odpowiedź nr 70:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 71**

Prosimy także o zmianę treści §3 ust. 1 pkt 8 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego wyposażenia ambulansu w terminie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych po upływie ww. czternastodniowego terminu na usunięcie awarii, usterki lub wady przedmiotu umowy - na czas naprawy, urządzenia zamiennego tej samej klasy i o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat”. Wskazać należy, iż uprawnienie do domagania się dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego powinno przysługiwać Zamawiającemu dopiero po upływie terminu na naprawę przedmiotu umowy przewidzianego w treści umowy, a nie jeszcze w czasie jego trwania.

#### **Odpowiedź nr 71:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 72**

Prosimy także o zmianę treści §3 ust. 1 pkt 9 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zamiennego, o którym mowa w pkt 8), Zamawiający po upływie 7 dni kalendarzowych liczonych od upływu terminu na dostarczenia urządzenia zamiennego, wskazanego w pkt 8 powyżej, ma prawo zwrócić się do podmiotu trzeciego o dostarczenie odpowiedniego urządzenia zamiennego aż do czasu dostarczenia urządzenia zamiennego przez Wykonawcę, bądź do momentu usunięcia awarii, usterki lub wady urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz przywrócenia możliwości jego użytkowania przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem urządzenia zamiennego od podmiotu trzeciego obciążają Wykonawcę”. Wprowadzenie opisanej zmiany uznać należy za konieczne z uwagi na fakt, że uprawnienie do wynajęcia na koszt Wykonawcy zastępczego urządzenia zamiennego powinno nastąpić dopiero po upływie terminu na dostawę tego sprzętu zastępczego przez Wykonawcę, a nie już po upływie 7 dni kalendarzowych od powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o awarii, usterce lub wadzie.

#### **Odpowiedź nr 72:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 73**

Prosimy również Zamawiającego o dodanie do treści § 3 ust. 1 pkt 9 projektu umowy zapisu, że przed zwróceniem się do podmiotu trzeciego celem dostarczenia urządzenia zamiennego Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę na piśmie.

#### **Odpowiedź nr 73:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 74**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie treści §3 ust. 1 pkt 11 projektu umowy. W ocenie Wykonawcy konieczność pokrycia dodatkowych kosztów przestoju i utraconych korzyści od Wykonawcy, w sytuacji w której Zamawiający będzie w posiadaniu lub uprawniony będzie wynająć sprzęt zastępczy na czas przedłużającej się naprawy przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy uznać należy za niezasadne. Zamawiający będzie bowiem w posiadaniu zastępczego ambulansu medycznego lub zastępczego sprzętu medycznego, z którego będzie mógł korzystać na czas trwania naprawy Przedmiotu Umowy, co oznacza, że nie dojdzie do przestoju.

#### **Odpowiedź nr 74:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.





### **Pytanie nr 75**

Prosimy także o zmianę treści §3 ust. 1 pkt 12 projektu umowy poprzez przyjęcie, że obowiązek wymiany na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu (części) dotyczy wyłącznie tego samego elementu (części), a nie całego urządzenia. Powyższe pozostanie w zgodzie m.in. z pkt 98 załącznika nr 7 do SWZ, gdzie przewidziano obowiązek wymiany wyłącznie tego wadliwego elementu na nowy, a nie całego urządzenia.

#### **Odpowiedź nr 75:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 76**

Proszę o dodanie do §3 ust. 15 projektu umowy dodatkowego zapisu: „Jeżeli niezależny rzeczoznawca w wydanej ekspertyzie stwierdzi, że zgłoszona przez Zamawiającego reklamacja dotycząca odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem takiej ekspertyzy ponosi Wykonawca, w wysokości wynikającej z faktury przedłożonej przez niezależnego rzeczoznawcę”.

#### **Odpowiedź nr 76:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 77**

Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że protokół zdawczo-odbiorczy Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 3 projektu umowy, zostanie podpisany w dniu dostawy i odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, a przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego zostanie potwierdzone w formie np. wykazu osób w nim uczestniczących. Taki wykaz zostanie załączony do protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie późniejszym.

#### **Odpowiedź nr 77:**

Zamawiający potwierdza, że Wydanie przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, poprzedzonego wcześniejszym badaniem przeprowadzonym w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia pierwszego szkolenia personelu Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych, licząc od daty przekazania przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 78**

Prosimy także o zmianę treści §2 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie zapisu, że w przypadku odmowy odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, wyznaczy on Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, po upływie którego Strony ponownie przystąpią do czynności związanych z odbiorem Przedmiotu Umowy.

#### **Odpowiedź nr 78:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 79**

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację § 4 ust. 6 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

#### **Odpowiedź nr 79:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 80**

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych:

- określonej w § 5 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy z 10% do 5%",
- określonej w § 5 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy z 1,5% do 1%",
- określonej w § 5 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy z 700 zł do 350 zł.

Kary umowne nie mogą służyć wzbogaceniu się Zamawiającego, a mają jedynie charakter mobilizujący strony do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także stanowią zryczałtowane odszkodowane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

#### **Odpowiedź nr 80:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 81**

Prosimy także o zmianę treści §5 ust. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez wykreślenie sformułowania „jednostronnego rozwiązania umowy” oraz o zmianę treści §5 ust. 2 projektu umowy poprzez zastąpienie wyrażenia „z tytułu



rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego” zastrzeżeniem „z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”. Wskazać należy, iż rozwiązanie umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli obu Stron Umowy, tym samym nie może ono nastąpić jednostronnie. Rozwiązanie umowy na mocy zgodnego porozumienia Stron nie powinno nadto prowadzić do naliczania jakichkolwiek kar umownych z tego tytułu.

**Odpowiedź nr 81:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 82**

Prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu w §5 wzoru umowy: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”.

**Odpowiedź nr 82:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 83**

W związku z treścią §3 ust. 1 pkt 8 i 9 projektu umowy, prosimy Zamawiającego o dodanie do projektu umowy zastrzeżenia, zgodnie z którym w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na czas przedłużającej się naprawy Przedmiotu Umowy ambulansu sanitarnego zastępczego wraz z wyposażeniem, Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za zwłokę w usunięciu wady, w ramach naprawy gwarancyjnej, określonej w treści §5 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy.

**Odpowiedź nr 83:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 84**

Prosimy także o zmianę treści §6 ust. 1 projektu umowy poprzez wykreślenie sformułowania: „ze skutkiem natychmiastowym” i dostosowanie jego treści do art. 491 §1 k.c., zgodnie z którym przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Umową i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

**Odpowiedź nr 84:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 85**

Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o poszerzenie katalogu przesłanek, zawartego w §8 ust. 2 projektu umowy, umożliwiających Stronom dokonanie zmian zawartej umowy o poniższe:

- a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- b) zmiany sposobu/terminów płatności;
- c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- d) zmiany numeru konta bankowego;
- e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- h) nastąpi zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”

**Odpowiedź nr 85:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 86**

Prosimy Zamawiającego o dodanie w Załączniku nr 7 do SWZ – Ambulans Techniczny – Warunki Gwarancji, Lp. nr 91, 92, 93, 94 zapisu „ okres liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym”.



**Odpowiedź nr 86:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 87**

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu pogwarancyjnego o których mowa w Załączniku nr 7 do SWZ – Ambulans Techniczny – Warunki Gwarancji, Lp. nr 99 ograniczają się do przedłożenia wykazu punktów świadczących serwis pogwarancyjny. Serwis pogwarancyjny będzie wykonywany na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.

**Odpowiedź nr 87:**

Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 88**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 7 do SWZ, dot. Wyposażenie Medyczne Ambulansu Lp. 31, Krzesło Transportowe Lp. 19, Defibrylator Przenośny Lp. 37, Przenośny Ssak Elektryczny Lp. 29, „koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu” świadczone będą tylko w okresie gwarancji.

**Odpowiedź nr 88:**

Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 89**

Prosimy Zamawiającego o dodanie w rozdziale XX SWZ pkt 5 poprzez wyrażenie zgodny na zawarcie umowy w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) k.c.

**Odpowiedź nr 89:**

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Rozdziału XX SWZ przez dodanie pkt 6.

który otrzymuje brzmienie:

„6. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej.”

**Pytanie nr 90**

Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy, dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, zgodnie z art. 578 k.c.

**Odpowiedź nr 90:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 91**

W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:

„§....

Siła wyższa

1) Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy.

2) Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.

4) W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.

5) Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

6) W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia



jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.

**Odpowiedź nr 91:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 92**

dotyczy pozycji 9 „Zasilacz wbudowany”

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora wyposażonego w zewnętrzny moduł zasilający w postaci zasilacza sieciowego 230V oraz modułu zasilającego wbudowanego w uchwyt karetkowy zgodny z normą PN EN 1789.

**Odpowiedź nr 92:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 93**

dotyczące pozycji 12 „Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.”

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności, w efekcie której Zamawiający ma większe szanse uzyskać bardziej korzystną cenowo ofertę dopuści defibrylator wykonujący automatycznie autotest z możliwością wydruku w dowolnym momencie przez operatora, przy każdorazowym uruchomieniu defibrylatora, co nie wiąże się dla obsługującego z żadnymi dodatkowymi czynnościami?

Powyższe rozwiązanie pozwala dokładnie tak jak w przypadku opisanego przez Zamawiającego urządzenia otrzymać informacje o sprawności defibrylatora a dodatkowo pozwala na potwierdzenie gotowości za każdym razem kiedy defibrylator ma być użyty, a nie tylko 1 raz w ciągu doby.

Proponowany sposób sprawdzenia gotowości pozwala dodatkowo na otrzymanie informacji zwrotnej o podstawowych elementach takich jak chociażby gotowość kondensatora, jak również informację o podpięciu lub uszkodzeniu akcesoriów do monitorowania.

**Odpowiedź nr 93:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 94**

dotyczy pozycji 16 „Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min od 5 do 360 J.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora umożliwiającego defibrylację asynchroniczną oraz synchroniczną w zakresie energii od 2 do 200 J przy zaoferowaniu 43 poziomów energii, przy zastosowaniu kondensatorów generujących wyższe napięcie, oraz zakresie pomiaru impedancji 15  $\Omega$  do 600  $\Omega$  co pozwala na osiągnięcie tego samego efektu klinicznego przy użyciu niższych energii.

Najnowsze badania oraz wytyczne wskazują, że obydwa protokoły są równoważne. Główna różnica polega na kształcie krzywej defibrylacji oraz osiąganych przez nią wartościach czasu, natężenia oraz napięcia. Istotnym elementem jest również to, że w przypadku użycia niskoenergetycznego protokołu, szczytowe natężenie prądu jest bardzo zbliżone do średniego natężenia, co pozwala na ograniczenie ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego podczas zabiegu elektroterapii.

**Odpowiedź nr 94:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 95**

dotyczy pozycji 21 „Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min”

Czy w punkcie „Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min” nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej tj. czy poprzez wskazanie wyżej wymienionego zakresu Zamawiający nie miał na myśli zakresu akcji serca?

**Odpowiedź nr 95:**

Zamawiający informuje, że w pozycji 21 znajduje się następujące wymaganie: „Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min”.

**Pytanie nr 96**

dotyczy pozycji 22 „Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,125 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora oferującego wzmocnienie sygnału EKG na poziomach 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto, który dostosowuje wielkość krzywej EKG tak by zapis EKG o największej amplitudzie zajmował 50% miejsca dostępnego na ekranie?



**Odpowiedź nr 96:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 97**

dotyczy pozycji 26 „Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych.”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie punktu „Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych” poprzez zaferowanie pamięci wewnętrznej - wymiennej w postaci karty pamięci CF o pojemności 2GB pozwalającej na rejestrację ponad 500 zdarzeń?

**Odpowiedź nr 97:**

Tak, Zamawiający dopuści zaferowaną pamięć wewnętrzną, pozwalającą na rejestrowanie 500 zdarzeń.

**Pytanie nr 98**

Dotyczy noszy:

Prosimy o doprecyzowanie co oznacza parametr opisany w pkt. 25: Max 250 kg. Nosze tego typu posiadają udźwig powyżej 300 kg, więc taki zapis uniemożliwia złożenie ważnej oferty, dodatkowo Zamawiający w punkcie 23 określił minimalne obciążenie na 250 kg.

**Odpowiedź nr 98:**

Tak, Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający wyraża zgodę na udźwig powyżej 250 kg.

**Pytanie nr 99**

Dotyczy krzeselka transportowego z system rampa:

Prosimy o dopuszczenie krzeselka o maksymalnym obciążeniu 180 kg, spełniające pozostałe wymagania OPZ.

**Odpowiedź nr 99:**

Tak, zamawiający dopuszcza takie obciążenie.

**Pytanie nr 100**

Dotyczy przenośnego ssaka elektrycznego:

Prosimy o dopuszczenie ssaka elektrycznego, popularnego w Polsce modelu Accuvac, posiadający zasilanie prądu stałego typowo dla ambulansów 12-15V, poziom generowanego hałasu poniżej 70 dB, skokowa regulacja ciśnienia 0,1 do 0,8 bar, spełniający pozostałe wymagania OPZ.

**Odpowiedź nr 100:**

Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin):**

– zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych.

**Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmienia termin składania ofert na dzień: 26.08.2024 r. do godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 26.08.2024 r. o godz. 10:30.**

**Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy Rozdziału XVII SWZ, gdzie ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

**„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24.09.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”**

p.o. Dyrektora

**Sylwester Bierzanowski**

