



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

NZZ/14/P/20

Bydgoszcz, dnia 11.04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych jednorazowego użytku, nr sprawy NZZ/14/P/20.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem głośnych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3 – dot. par. 4 ust. 13 i 15 wzoru umowy

Zwracam się z uprzejmą prośbą o obniżenie kary z 5% na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4 – dot. par. 4 ust. 18 wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kar z 15% do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5 – dot. pakietu nr 10, poz. 1

Czy w związku z zakończeniem produkcji przedmiotu zamówienia o podanych parametrach, Zamawiający wymaga zaproponowania Kaniuli dożylniej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych, posiadającej wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia, bez dodatkowego portu górnego, kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących, wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył, dodatkowy otwór przy ostrzu igły, umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi).

Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.

07x19-przepływ 19 ml/min -24G

06 x 19 mm. –przepływ 14 ml/min- 26 G

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6 – dot. grupy 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w grupie 1 Cewnika do wymiany rurki intubacyjnej o tępym atraumatycznym zakończeniu, z kanałem wentylacyjnym na całej długości z dystalnymi portami bocznymi. Cewnik





ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

radiocieniujący, posiada oznaczenia centymetrowe długości. W zestawie dodatkowo 2 adaptory do podawania tlenu (złącze 15 mm i złącze Luer lock). Dostępny w rozmiarze:

- Rozm. 8 Fr dł. 45, śr. wewn cewnika 1,6mm zamiast 22 (6 FR)
- Rozm. 11 Fr dł. 83, śr. wewn cewnika 2,3mm zamiast (10 FR)
- Rozm. 14 Fr dł. 83, śr. wewn cewnika 3,0mm.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 7 – dot. grupa 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na ostre odpady o pojemności użytkowej 6L oraz wymiarach 167 x 167 mm i wysokości 500 mm, (patrz załączone zdjęcie) pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą. Natomiast nieznacznie większa pojemności i wysokości pozwalają na zgromadzenie większej ilości zużytego sprzętu medycznego przeznaczonego do utylizacji w jednym pojemniku, w sposób oczywisty przeloży się na oszczędności, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.



Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pojemnik na ostre odpady o pojemności użytkowej 6L oraz wymiarach 167 x 167 mm i wysokości 500 mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, należy złożyć w terminie wskazanym w rozdziale III, ppkt. 3.1 SIWZ.

Pytanie 9 – dot. gr. 2, poz. 1, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga strzykawek JANETA z podwójną skalą pomiarową.

Odpowiedź

Strzykawki Janet zostały określone przez Zamawiającego w grupie 9. Zamawiający nie wymaga, strzykawek JANETA z podwójną skalą pomiarową.

Pytanie 10 – dot. gr. 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga strzykawek JANETA 100 ml z dwoma łącznikami typu Luer.

Odpowiedź

Strzykawki Janet zostały określone przez Zamawiającego w grupie 9. Zamawiający nie wymaga strzykawek JANETA 100 ml z dwoma łącznikami typu Luer.

Pytanie 11 – dot. gr. 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki JANETA o pojemności 50/60 ml.

Odpowiedź

Strzykawki Janet zostały określone przez Zamawiającego w grupie 9. Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12 – dot. gr. 2, poz. 1, poz. 2

Prosimy Zmywającego o dopuszczenie możliwości przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym, strzykawek na opakowania po 25 szt.

Odpowiedź

Strzykawki Janet zostały określone przez Zamawiającego w grupie 9. Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie.



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie 13 – dot. gr. 2, poz. 1, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga strzykawk JANETA w całości wykonanych polipropylenu.

Odpowiedź

Strzykawki Janet zostały określone przez Zamawiającego w grupie 9. Zamawiający nie wymaga strzykawk JANETA w całości wykonanych polipropylenu.

Pytanie 14 – dot. gr. 10

Prosimy Zmywającego o dopuszczenie strzykawk kaniuli wykonanej z FEP. (PTFE=teflon, FEP=teflon). Obecny opis wskazuje tylko jednego producenta kaniuli co nie daje możliwości złożenia oferty konkurencyjnej innym producentom. Pozostałe zapis zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 15 – dot. gr. 11

Prosimy Zmywającego o dopuszczenie strzykawk 3 – cz., których tłok wykonany jest z polipropylenu a cylinder z polipropylenu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 16 – dot. gr. 11

Prosimy Zmywającego o dopuszczenie strzykawk 3 – cz. w rozmiarze 50/60 ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie.

Pytanie 17 – dot. pakietu 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków o poniższych parametrach;

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykle – ok. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 18 – dot. gr. 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę do rurek intubacyjnych 2.0 (6 Fr)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19 – dot. gr. 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary:

- a) do 40 cm
- b) do 35 cm
- c) do 31 cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 20 – dot. gr. 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szerokości osłonek chroniących przed promieniami UV:

- a) ok. 11 cm
- b) ok. 9 cm
- c) ok. 7 cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 21 – dot. gr. 1, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, przewodnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP. Dostępna w rozmiarach:

- 1. 6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm
- 2. 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm
- 3. 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm
- 4. 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie.

Pytanie 22 – dot. gr. 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej 3-częściowa strzykawki, jałowej, końcówka luer-lock 60 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki/logo producenta na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie.

Pytanie 23 – dot. gr. 5, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 120 mm x 30 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 40 rolek.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 24 – dot. Projekt umowy – par. 4 ust. 18

Prosimy o naliczanie kary umownej od wartości części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 25 – dot. SIWZ – rozdział III pkt. 3.1 – grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, należy złożyć w terminie wskazanym w rozdziale III, ppkt. 3.1 SIWZ.

Pytanie 26 – dot. pakietu 17

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SIWZ, tj.:

Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta, wykonane z materiału nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne, dobrze przylegające do skóry na zasadzie bioadhezji, bezklejowe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie, bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych. Wykonanie okularek gwarantuje szczelne ich przyleganie, nie przemieszczają się, nawet podczas zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.


Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:

Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm (najmniejsze noworodki/ wcześniaki),

Rozmiar 1 110 x 47 mm (noworodki o drobnej budowie główki)

Rozmiar 2 130 x 60 mm (wielkość główki - typowa)

Każda sztuka pakowana pojedynczo z oznakowaniem rozmiaru.



Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż





ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank – do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 30

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 13 Projektu umowy do 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 31

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 15 Projektu umowy do 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 32

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 15a Projektu umowy do 0,1% wartości brutto zamówienia, którego dotyczy naruszenie.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 33

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 18 Projektu umowy do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 34

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 4 Projektu umowy do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Projektu umowy zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną??

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 20: 2% hydroksypropylometylocelulozę w ampułkostrzykawce 2,5 ml z kaniulą 23G, 1 ml roztworu zawiera 20 mg (2%) HPMC, chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia, kwas mlekowy i wodę do wstrzykiwań??

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający



SZPITAL
AKREDYTOWANY