

Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem przetargowym

Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/7/2-2/24

data: 17.04.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nr 7/24/ZP „Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej udziela odpowiedzi na pytania:

Firma 12

Pakiet 57

„Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądów powyższych pakietów zgodnie z zaleceniami producenta, licząc od daty instalacji sprzętu – odpowiednio przegląd roczny, dwuletni, trzyletni, czteroletni – uwzględniając wymianę wszystkich części wymaganych przy danym przeglądzie przez producenta?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z treścią SWZ.”

Według zaleceń producenta GE przegląd aparatury z pakietu 57 wykonuje się raz do roku. W formularzu cenowym dla poz. 1 wpisano 2 przeglądy w roku, natomiast w poz. 2 (ten sam aparat) wpisano 1 przegląd w roku.

Czy Wykonawca zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego ma zmienić w poz. 1 ilość przeglądów z 2 na 1?

Odpowiedź: Modyfikacja w załączeniu.

Pakiet 73

„Zamawiający w wymaganiach serwisowych zawarł wymów 2 przeglądów rocznie. Według aktualnej specyfikacji posiadanego produktu właściwa ilość to 3 przeglądy rocznie.

Wnosimy o poprawę w/w parametru.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.”

Czy w formularzu cenowym Wykonawca ma dokonać wyceny dla 2 przeglądów rocznie, czy zgodnie z zaleceniami producenta dla aparatu z pakietu 73 3 przeglądów rocznie?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej

(podpis elektroniczny)

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym

FORMULARZ CENOWY**Pakiet 57 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - CARE SCAPE R 860**

L.p.	Nazwa	Jednostka wymagana	Ilość jednost. wymag.	Ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd/1h	Wartość netto przeglądów, napraw	Stawka VAT	Wartość brutto przeglądów, napraw
1.	Respirator kliniczny CareScape R860, r. prod. 2020, GE MEDICAL SYSTEMS (OIT)	szt.	6	1 x w roku				
2.	Respirator kliniczny CareScape R860, r. prod. 2020, GE MEDICAL SYSTEMS (ARM)	szt.	7	1 x w roku				
3.	Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy	h	10	xxxxxxxxxx				
GLOBALNA WARTOŚĆ					NETTO:		BRUTTO:	

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)
 - b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi
 - c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)
 - d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu
 - e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji
 - f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji
 - g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
 - h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy
 - i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń
2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
 4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
 - a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)
 - b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)
 - c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
 5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.