

DZ.271.4. 83 .2019


Kraków, dnia 04.02.2019 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iż wpłynęły pytania do postępowania nr **DZ.271.4.2019 dostawa wyrobów medycznych do krioablacji.**

Pytanie 1

Pyt. 1. Dot. Pakietu na krioablację, pozycja 6 - Koszulka sterowalna do wprowadzania elektrody ablacyjnej

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie [pozycji 6 z pakietu i dopuszczenie koszulki sterowalnej z zastawką od amerykańskiego producenta. **Koszulka w wymaganym przez Zamawiającego rozmiarze 12F i zakrzywieniu dystalnym 39mm.** Dodatkowo dla rozmiaru 12F dostępne są zakrzywienia dystalne: **22mm oraz 50mm – DODATKOWY ATUT.**



Produkt ten jest najwyższej jakości i cieszy się dużym uznaniem wśród użytkowników dzięki cechom tj:

- **Zwiększona widoczność końcówki** w promieniach rentgenowskich umożliwiającą dokładne pozycjonowanie końcówki
- **Dystalny kąt odchylenia 180°**
- **Koszulka z powłoką hydrofobową**, umożliwiającą łatwe wprowadzanie
- **Technologia Flexsteer™** - koszulka zbrojona, co zapewnia wyjątkową kontrolę i opór podczas manewrowania, przy zachowaniu optymalnej elastyczności
- **Ergonomiczny uchwyt** z wyraźnym nadrukiem o rozmiarze, długości koszulki oraz wybranej krzywiznie
- **Efektywna praca z przewodnikami w rozmiarach 0.014 – 0,038"**
- **Rozmiar koszulki: 71cm**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

Handwritten signature