

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski, dnia 23.04.2024r.

Otrzymują:

- strona prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/901570>

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę RÓŻNYCH – jednorazowych produktów medycznych dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim - Oznaczenie sprawy: FDZP.226.16.2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art.284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW NR 1

Pakiet nr 3 poz. 2

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru do aparatu USG? **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pakiet nr 3 poz. 3

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego. **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 3 poz. 6,7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o całkowitej szerokości 107mm.

ODPOWIEDŹ: TAK – dopuszcza się.

Pakiet nr 3 poz. 10

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez? **ODPOWIEDŹ: papier z nadrukiem; rolka w rozmiarze 50x30; długość rolki 30m; 5 rolek w opakowaniu.**

Pakiet nr 3 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez? Jeśli z nadrukiem to czy nadruk ma być na zewnątrz czy do środka rolki? **ODPOWIEDŹ: TAK – z nadrukiem; nadruk na zewnątrz rolki.**

Pakiet nr 3 poz. 12,13

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiarów wymaganych papierów oraz o podanie więcej szczegółów ze względu na specyfikę asortymentu. **ODPOWIEDŹ: poz. 12 i poz.13 usunięto z pakietu nr 3- zamawiający nie posiada już wyspecyfikowanych urządzeń. Jednocześnie zamawiający zmienił zapisy w załączniku nr 1A do SWZ – w zakresie pakietu nr 14, z uwzględnieniem powyższego.**

Pakiet nr 3 poz. 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody typu 812-80H? **ODPOWIEDŹ: TAK-dopuszcza się.**

Pakiet nr 3 poz. 18

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić sztuki elektrod czy opakowanie a'2 szt. elektrod, elektrody do defibrylacji są zawsze pakowane parami, po 2 sztuki w op. Zatem czy Zamawiający oczekuje 20 sztuk (10kpl) czy też 20 kompletów elektrod? **ODPOWIEDŹ: 20 kompletów**

Pakiet nr 3 poz. 19

Ze względu na pakowanie elektrod przyssawkowych po 6 sztuk zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 3 kompletów po 6 sztuk. **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pakiet nr 3 poz. 20,21

Ze względu na pakowanie elektrod kończynowych po 4 sztuki zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie wymaganych ilości . **ODPOWIEDŹ: zamawiający zmienić zapisy w załączniku nr 1A do SWZ – w zakresie pakietu nr 3, z uwzględnieniem sugestii Uczestnika postępowania**
Projekt umowy - §8 ust. 1b, 1c, 2a

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 8 ust. 1b,1c,2a projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy brutto określonej w par. 4 ust. 1 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10.% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. **ODPOWIEDŹ: zamawiający dokonał zmian we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SWZ i dołączył do niniejszych odpowiedzi Zał. Nr 2 – Wzór umowy PO ZMIANACH.**

ZESTAW NR 2

Pakiet 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 172mm , pole opisu 1,4 cm x 5,3 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 14 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta z nadrukowanymi liniami, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,9 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,3(+/-1 mm)? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 240 mm ,rozmiar kartonika 16 mm x 87 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 16 mm x 71 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 14 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta z nadrukowanymi liniami, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 2,1 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,3(+/-1 mm)? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet 2, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pakiet 2, poz. 5-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pakiet 2, poz. 1-6, 14-16,30-33,36-37

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-6,14-16,30-33,36-37 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, poz. 1-6

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 3

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie 7, pozycja 1,2,3,4 popełnił omyłkę pisarską, bo wymagany asortyment nie może być kompatybilny z urządzeniami różnych producentów (co określa instrukcja obsługi urządzenia). Zwracamy się z prośbą o określenie ilości kołder grzewczych w pozycjach dla poszczególnych urządzeń i umożliwienie złożenia oferty obu oferentom. **ODPOWIEDŹ:**

zamawiający dokonał modyfikacji zapisów i dołączył do niniejszych odpowiedzi zmieniony załącznik nr 1A w zakresie pakietu nr 7.

ZESTAW NR 4

1. Dot. Pakiet nr 6 - Naczynia jednorazowe wykonane z celulozy do maceratora, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści kaczkę o parametrach:
 - Stojąca ze względu na płaską powierzchnię dna o ergonomicznej konstrukcji oraz gładkim wykończeniu
 - Stojąca ze względu na płaską powierzchnie dna,
 - Większy komfort pacjenta i łatwe nalewanie dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz gładkiemu wykończeniu otworu,
 - Rozmiar uniwersalny - indywidualne dozowanie,
 - Łatwa do przenoszenia, gdy jest pełna,
 - Produkt jednorazowego użytku zmniejszający ryzyko zakażenia krzyżowego.
 - PARAMETRY TECHNICZNE
 - Pojemność: 875 ml
 - Materiał: Pulpa celulozowa
 - Wymiary produktu: 245dł. x 105szer. x 125wys. mm
 - Waga: 35g ± 4g
 - Odporność na przeciekanie: Brytyjskie Standardy: PAS 29: 1999
 - Płyn: woda
 - Odporność czas:> 4 godziny
 - Odporność temp: 35°C ± 3°C
 - Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999

ODPOWIEDŹ: TAK - dopuszcza



2. Dot. Pakiet nr 6 - Naczynia jednorazowe wykonane z celulozy do maceratora
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach zbiorczych, z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do 1 opakowania w górę?

ODPOWIEDŹ: TAK

ZESTAW NR 5

Pakiet nr 1, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu wykonaną ze stopu metali? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 1, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji dla dorosłych o masie ciała >40kg?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

Pakiet nr 1, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji dla dzieci o masie ciała 10-30kg?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

Pakiet nr 1, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji z maską w rozmiarze 2 oraz z maską w rozmiarze 3 dołączoną osobno do zestawu? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 1, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji dla noworodków o masie ciała <10kg?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

Pakiet nr 1, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji z maską w rozmiarze 1 oraz z maską w rozmiarze 0 dołączoną osobno do zestawu? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 1, pozycja 55, 56

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dziecięcy dwururowy? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 1, pozycja 55, 56

Czy Zamawiający dopuści filtr dołączony osobno do układu oddechowego? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 1, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw T o parametrach:

- Wyposażony w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia
- Obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta

- Nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1ml (numerycznie co 2ml)
- Wyposażony w anatomiczny ustnik oraz karbowaną rurkę
- Możliwość podłączenia do obwodu oddechowego
- Możliwość odłączenia każdego elementu zestawu
 - Jednorazowego użytku
 - Pakowane pojedynczo
 - Sterylne



ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

Pakiet nr 1, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania pediatryczny o długości 32cm?

ODPOWIEDŹ: TAK – z zastrzeżeniem, iż pozostałe parametry są zgodne z SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 65

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 60cm? **ODPOWIEDŹ:**

TAK – z zastrzeżeniem, iż pozostałe parametry są zgodne z SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 65

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z podwójnie obrotowym łącznikiem o kącie 45°? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 1, pozycja 65

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania wyposażony z klin do ewentualnego rozłączenia układu z rurką? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków na leki za op. a'80 sztuk z przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków i niemowląt wykonane z nieprzezroczystej folii w kolorze niebieskim oraz różowym? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 2, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne bez języczka w górnej części? **ODPOWIEDŹ:**

TAK - dopuszcza się

Pakiet nr 2, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z kartonikiem z nadrukowanymi danymi?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne o długości 17cm? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych wykonane z nieprzezroczystej folii w kolorze białym? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne o długości min. 24cm? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 15ml? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 30ml? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 2, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek medycznych za op. a'144 sztuk z przeliczeniem ilości? **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pakiet nr 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 19mm i długości 50mb? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 2, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści karton o wymiarach 270 x 170 x 70mm? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści antybakteryjny czepek o działaniu antybakteryjnym wobec bakterii Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Candida albicans?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pakiet nr 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 1x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Możliwość stosowania systemu do 28dni?

W razie niedopuszczenia ww. parametrów prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego. ODPOWIEDŹ: dopuszcza się o ile posiada port do pobierania próbek stolca.

Pakiet nr 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

W razie niedopuszczenia ww. parametrów prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: dopuszcza się o ile posiada wkładkę żelującą.

Pakiet nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 350 ml napełniony jałową, apirogeną wodą do terapii inhalacyjnej. Wyposażony jest w przejściówkę UNF 9/16" umożliwiającą podłączenie go do większości koncentratorów tlenu. Stosowana wyłącznie dla jednego pacjenta tak długo jak to konieczne lub do wyczerpania wody? **ODPOWIEDŹ: TAK, o ile będzie kompatybilna z ;posiadanymi koncentratami tlenu i o ile oferent przedstawi rekomendacje producenta nt. czasu użyteczności wodu do inhalacji.**

ZESTAW NR 6

Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się**

Pakiet 2, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się**

Pakiet 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 17cm i budowie jak na zdjęciu:



z karteczką posiadającą nadrukowane miejsca do opisu? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 25cm i budowie jak na zdjęciu:



z karteczką posiadającą nadrukowane miejsca do opisu?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

Pakiet 2, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści wzierniki sterylne? **ODPOWIEDŹ:TAK**

Pakiet 2, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 0,015l?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

Pakiet 2, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 0,030l?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ


Pakiet 2, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **ODPOWIEDŹ:TAK.**

Pakiet 2, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pakiet 2, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści taśmę o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem ilości? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet 2, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierze ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.



ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści kasetki z otworami 2x2mm? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet 2, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kasetki z otworami 1x5mm? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet 2, pozycja 24 Zamawiający dopuści

Czy półmasks bez filtra? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet 2, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrożelowy 12x12cm? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się**

Pakiet 2, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pakiet 2, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pakiet 2, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści okulary w kształcie litery Y z rzepem umożliwiającym regulację oraz podwójną osłonką na oczy bez dodatku lateksu? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet 2, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**

Pakiet 2, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena o długości 85cm w zupełności wystarczającej do przeprowadzenia dedykowanego zabiegu? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet 2, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści karton 230x160x20mm ? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet 2, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę z zakończeniem jak na zdjęciu:



ODPOWIEDŹ: dopuszcza się

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**

Pakiet 3, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści papier 210x140x156 z odpowiednim przeliczeniem? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet 6, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zgodnie z konfekcjonowaniem oraz odpowiednie przeliczenie ilości? **ODPOWIEDŹ: TAK.**

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę w osobnych pozycjach basenu oraz przykrywki w związku z różnymi stawkami vat? **ODPOWIEDŹ: zamawiający dokonał zmian w zakresie pakietu nr 6 i dołączył do niniejszych odpowiedzi na pytania zmieniony załącznik nr 1A w zakresie pakietu nr 6.**

Pakiet 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści nerkę posiadającą Max pojemność: 900 ml i Pojemność użytkową: 300 ml? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**

ZESTAW NR 7

PAKIET nr 7 - poz.3.

Prosimy o wybór następujących rodzajów oraz wymiarów koców:

Wymiary 122 x 100 cm

Lub

Wymiary 99 x 136cm


ODPOWIEDŹ: zamawiający dokonał zmian w zakresie pakietu nr 7 i dołączył do niniejszych odpowiedzi na pytania zmieniony załącznik nr 1A w zakresie pakietu nr 7.

Poz. 1-4 Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. ? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**

ZESTAW NR 8

1. Pakiet 1, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści standardową Rurkę ustno-gardłową typu Guedel, czysta mikrobiologicznie, rozmiary: od 00 do 5, produkt zawierający ftalany, bez lateksu? Dla Rurek intubacyjnych i tracheostomijnych zamawiający nie postawił wymogu by nie posiadały

- ftalalów, dlatego prosimy o odstąpienie od wymogu „bez ftalanów” dla rurek ustno-gardłowych, w przeciwnym wypadku prosimy o uzasadnienie medyczne. **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**
2. Pakiet 1, poz. 19-31 Czy Zamawiający dopuści Rurkę intubacyjną z mankietem, z oznaczeniem rozmiaru rurki na rurce, średnica mankieta na opakowaniu jednostkowym? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się**
 3. Pakiet 1, poz. 19-31 Czy Zamawiający dopuści Rurkę intubacyjną z mankietem, balonik kontrolny bez oznakowania celem dobrej wizualizacji, oznaczenia rozmiaru rurki, średnica mankieta na opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry zgodnie z swz? W taki sposób oznakowane są rurki bez mankieta i zbrojone. Wymagane informacje znajdują się na opakowaniu jednostkowym, celem lepszej wizualizacji. **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**
 4. Pakiet 1, poz. 19-31 Czy Zamawiający dopuści Rurkę intubacyjną z mankietem, z oznaczeniem rozmiaru rurki na baloniku, średnica mankieta na opakowaniu jednostkowym? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**
 5. Pakiet 1, poz. 62 Czy Zamawiający dopuści Standardowy przedłużacz rozciągliwy martwa przestrzeń z podwójnie obrotowym kominkiem? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**
 6. Pakiet 1, poz. 62 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz rozciągliwy do 10cm? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**
 7. Pakiet 1, poz. 62 Czy Zamawiający dopuści ze złączem kolanko nieobrotowym? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**
 8. Pakiet 1, poz. 62 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz rozciągliwy do 15cm? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**
 9. Pakiet 1, poz. 62 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz z portem? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**
 10. Pakiet 1, poz. 62 Czy Zamawiający dopuści Standardowy przedłużacz o stałej długości 10cm martwa przestrzeń z podwójnie obrotowym kominkiem? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**
 11. Pakiet 1, poz. 63 - Zamawiający wymaga Zestaw T układu oddechowego, z nebulizatorem CIRRUS 2, **łącznik do podawania aerozoli u pacjentów mechanicznie wentylowanych. Co Zamawiający rozumie przez „łącznik do podawania aerozoli u pacjentów mechanicznie wentylowanych”? Czy Zamawiający dopuści „Standardowy zestaw T układu oddechowego, z nebulizatorem, z drenem tlenowym i rurką karbowaną? Czy też zestaw ma zawierać tylko jeden z tych elementów?**



ODPOWIEDŹ: Nebulizator CIRRUS z łącznikiem T

12. Pakiet 1, poz. 64 Czy Zamawiający dopuści Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej rozmiary CH6, Ch8, o standardowej długości 54cm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Oferowana długość jest standardowa dla większości światowych producentów (opisana w swz charakteryzuje tylko jednego producenta) i w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykonania procedury? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**

13. Pakiet 1, poz. 65 Czy Zamawiający dopuści Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej rozmiary CH10, Ch12, o standardowej długości 54cm, oferowanej przez większość światowych producentów, pozostałe parametry zgodnie z swz? Oferowana długość jest standardowa dla większości światowych producentów (opisana w swz charakteryzuje tylko jednego producenta) i w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykonania procedury? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**

Jednocześnie zamawiający informuje, iż wszystkie udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ i jej załączników są ostateczne i wiążące. Wykonawcy składający oferty są bezwzględnie zobowiązani złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższych zmian oraz przy użyciu zmienionych załączników..